# REPÚBLICA DE COLOMBIA

## SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ORGANISMO EVALUADOR DE LA CONFORMIDAD (OEC ACREDITADO ONAC)

**SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL METROLÓGICO (RUMP · LEY 1480 DE 2011)**

**CERTIFICADO OFICIAL DE CONFORMIDAD**

**QA-CERT-001**

**FOLIO: CERT-FOLIO-1792884536754-7210**

EMISIÓN: 2026-10-24 | VENCE: 2027-10-24

**ESTADO: VIGENTE (APTO)**

**' DICTAMEN METROLÓGICO: CONFORME (APTO PARA USO LEGAL Y TRANSACCIONES)** Reglamentación: NTC 2031 / OIML R 76-1

## 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO REGLAMENTADO

**NÚMERO DE SERIAL FÍSICO (PLACA):**
**QA-BASC-001**

**MARCA Y MODELO:**
QA-Marca · QA-M1

**TIPO DE INSTRUMENTO:**
Bascula

**PRECINTO SIMEL:** QA-SIMEL-001

**CLASE DE EXACTITUD:** Clase III

**CAPACIDAD MÁXIMA (Max):** 150 kg

**CAPACIDAD MÍNIMA (Min):** 1 kg

**DIVISIÓN DE ESCALA (e / d):** e = 0.05 kg

**ESCALONES VERIFICACIÓN (n):** n = 3.000 escalones

## 2. PATRONES METROLÓGICOS DE REFERENCIA Y TRAZABILIDAD (NIST / INM)

| CÓDIGO PATRÓN | DESCRIPCIÓN DEL PATRÓN | CERTIFICADO TRAZABILIDAD (ONAC / INM) | VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|
| QA-P1 | Pesa patron | QA-TR-1 | 2027-06-01 |

## 3. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE CARGA Y EVALUACIÓN DE EMP (NTC 2031)

| PUNTO | CARGA NOMINAL | ERROR OBSERVADO (E) | EMP PERMITIDO | MARGEN EMP | DICTAMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 50 kg | +0.02 kg | ± 0.05 kg | 40% | CUMPLE |

** Nota metrológica: Ensayos realizados bajo condiciones ambientales controladas (T: 20°C ± 2°C, HR: 50% ± 10%). Ningún error observado supera el EMP permitido en verificación.*

## 4. VALIDACIÓN PÚBLICA, CÓDIGO QR Y TRAZABILIDAD CRIPTOGRÁFICA

**CÓDIGO QR RUMP**
Escanee con su móvil para verificar vigencia

**SELLO CRIPTOGRÁFICO DE SEGURIDAD E INTEGRIDAD**

HASH SHA-256 INALTERABLE DEL DOCUMENTO:

```
62da674d7cf40db907999d74e65b75b3
7cc3bfae182fe54746eb9cf858dd0f92
```

Documento firmado electrónicamente bajo la Ley 527 de 1999. El certificado es inmutable y reposa indexado en el RUMP de la Superintendencia de Industria y Comercio.

ORGANISMO EVALUADOR CERTIFICADO ONAC-18-LAB-042

**Firma electrónica registrada**

TÉCNICO METRÓLOGO RESPONSABLE

QA Lab

**ADVERTENCIA LEGAL Y RÉGIMEN SANCIONATORIO (LEY 1480 DE 2011 & DECRETO 1074 DE 2015):**

El uso de instrumentos de pesaje no aptos, vencidos o con precintos SIMEL violentados constituye infracción contra el régimen de protección al consumidor y metrología legal. La SIC podrá imponer sanciones de hasta 2.000 SMLMV y decretar la medida cautelar de sellamiento preventivo e incautación del equipo.