REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ORGANISMO EVALUADOR DE LA CONFORMIDAD (OEC ACREDITADO ONAC)

SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL METROLÓGICO (RUMP · LEY 1480 DE 2011)

CERTIFICADO OFICIAL DE CONFORMIDAD

QA-R2-UI-CERT-1

FOLIO: CERT-FOLIO-1792892721918-3363

EMISIÓN: 2026-10-24 | VENCE: 2027-10-24

ESTADO: VIGENTE (APTO)

DICTAMEN METROLÓGICO: CONFORME (APTO PARA USO LEGAL Y TRANSACCIONES)

Reglamentación: NTC 2031 / OIML R 76-1

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO REGLAMENTADO

NÚMERO DE SERIAL FÍSICO (PLACA):
QA-R2-UI

MARCA Y MODELO:
QA-Marca · QA-R2

TIPO DE INSTRUMENTO:
Bascula

PRECINTO SIMEL: STAMP-CO-9201776

CLASE DE EXACTITUD: Clase III

CAPACIDAD MÁXIMA (Max): **150 kg**

CAPACIDAD MÍNIMA (Min): 1 kg

DIVISIÓN DE ESCALA (e / d): e = 0.05 kg

ESCALONES VERIFICACIÓN (n): **n = 3.000 escalones**

2. PATRONES METROLÓGICOS DE REFERENCIA Y TRAZABILIDAD (NIST / INM)

CÓDIGO PATRÓN	DESCRIPCIÓN DEL PATRÓN	CERTIFICADO TRAZABILIDAD (ONAC / INM)	VENCIMIENTO
QA-PAT-1	QA Juego de pesas	QA-TR-UI-1	2027-06-30

3. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE CARGA Y EVALUACIÓN DE EMP (NTC 2031)

PUNTO	CARGA NOMINAL	ERROR OBSERVADO (E)	EMP PERMITIDO	MARGEN EMP	DICTAMEN
#1	5 kg	+0.001 kg	± 0.005 kg	20%	CUMPLE
#2	15 kg	+0.003 kg	± 0.0075 kg	40%	CUMPLE
#3	30 kg	+0.004 kg	± 0.015 kg	27%	CUMPLE

** Nota metrológica: Ensayos realizados bajo condiciones ambientales controladas (T: 20°C ± 2°C, HR: 50% ± 10%). Ningún error observado supera el EMP permitido en verificación.*

4. VALIDACIÓN PÚBLICA, CÓDIGO QR Y TRAZABILIDAD CRIPTOGRÁFICA

CÓDIGO QR RUMP

Escanee con su móvil para verificar vigencia

SELLO CRIPTOGRÁFICO DE SEGURIDAD E INTEGRIDAD

HASH SHA-256 INALTERABLE DEL DOCUMENTO:

```
c0e59eef711178b4b7a736dc2bb2f526
efb55ef907b6c937ada3b887cc44434a
```

Documento firmado electrónicamente bajo la Ley 527 de 1999. El certificado es inmutable y reposa indexado en el RUMP de la Superintendencia de Industria y Comercio.

ORGANISMO EVALUADOR CERTIFICADO ONAC-18-LAB-042

Firma electrónica registrada

TÉCNICO METRÓLOGO RESPONSABLE

ONAC-18-LAB-042 (Laboratorio Metrológico Nacional)

ADVERTENCIA LEGAL Y RÉGIMEN SANCIONATORIO (LEY 1480 DE 2011 & DECRETO 1074 DE 2015):

El uso de instrumentos de pesaje no aptos, vencidos o con precintos SIMEL violentados constituye infracción contra el régimen de protección al consumidor y metrología legal. La SIC podrá imponer sanciones de hasta 2.000 SMLMV y decretar la medida cautelar de sellamiento preventivo e incautación del equipo.