REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ORGANISMO EVALUADOR DE LA CONFORMIDAD (OEC ACREDITADO ONAC)

SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL METROLÓGICO (RUMP · LEY 1480 DE 2011)

CERTIFICADO OFICIAL DE CONFORMIDAD

CERT-R3-001

FOLIO: FOLIO-1

EMISIÓN: 2026-05-15 | VENCE: 2027-05-15

ESTADO: VIGENTE (APTO)

' DICTAMEN METROLÓGICO: CONFORME (APTO PARA USO LEGAL Y TRANSACCIONES)

Reglamentación: NTC 2031 / OIML R 76-1

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO REGLAMENTADO

NÚMERO DE SERIAL FÍSICO (PLACA): **S-1**

MARCA Y MODELO: Mettler · J8

TIPO DE INSTRUMENTO: BASCULA

PRECINTO SIMEL: No asignado

CLASE DE EXACTITUD: CLASE_III

CAPACIDAD MÁXIMA (Max): **80000 kg**

CAPACIDAD MÍNIMA (Min): 400 kg

DIVISIÓN DE ESCALA (e / d): e = 20 kg

ESCALONES VERIFICACIÓN (n): **n = 4.000 escalones**

2. PATRONES METROLÓGICOS DE REFERENCIA Y TRAZABILIDAD (NIST / INM)

CÓDIGO PATRÓN	DESCRIPCIÓN DEL PATRÓN	CERTIFICADO TRAZABILIDAD (ONAC / INM)	VENCIMIENTO
P1	Pesas	C1	2027-12-31

3. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE CARGA Y EVALUACIÓN DE EMP (NTC 2031)

PUNTO	CARGA NOMINAL	ERROR OBSERVADO (E)	EMP PERMITIDO	MARGEN EMP	DICTAMEN
#1	**10000 kg**	**+5 kg**	± 10 kg	50%	CUMPLE

** Nota metrológica: Ensayos realizados bajo condiciones ambientales controladas (T: 20°C ± 2°C, HR: 50% ± 10%). Ningún error observado supera el EMP permitido en verificación.*

4. VALIDACIÓN PÚBLICA, CÓDIGO QR Y TRAZABILIDAD CRIPTOGRÁFICA

CÓDIGO QR RUMP

Escanee con su móvil para verificar vigencia

SELLO CRIPTOGRÁFICO DE SEGURIDAD E INTEGRIDAD

HASH SHA-256 INALTERABLE DEL DOCUMENTO:

```
a9af55b181618131c9318df17afb8082
b4e432ab1e84804d699903225a705256
```

Documento firmado electrónicamente bajo la Ley 527 de 1999. El certificado es inmutable y reposa indexado en el RUMP de la Superintendencia de Industria y Comercio.

ORGANISMO EVALUADOR CERTIFICADO ONAC-18-LAB-042

Ing. Test

TÉCNICO METRÓLOGO RESPONSABLE

Lab ONAC-18-LAB-042

ADVERTENCIA LEGAL Y RÉGIMEN SANCIONATORIO (LEY 1480 DE 2011 & DECRETO 1074 DE 2015):

El uso de instrumentos de pesaje no aptos, vencidos o con precintos SIMEL violentados constituye infracción contra el régimen de protección al consumidor y metrología legal. La SIC podrá imponer sanciones de hasta 2.000 SMLMV y decretar la medida cautelar de sellamiento preventivo e incautación del equipo.