



UNIVERSIDAD DE BURGOS  
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR  
Grado en Ingeniería de la Salud



INGENIERÍA  
DE LA SALUD

**TFG del Grado en Ingeniería de la  
Salud**

**título del TFG  
Documentación Técnica**

Presentado por nombre alumno  
en Universidad de Burgos

7 de junio de 2025

Tutores: nombre tutor – nombre tutor 2



## Índice general

I

E.2. App de visualización . . . . .	18
<b>Apéndice F Especificación de Requisitos</b>	<b>27</b>
F.1. Diagrama de casos de uso . . . . .	27
F.2. Explicación casos de uso. . . . .	27
F.3. Prototipos de interfaz o interacción con el proyecto. . . . .	27
<b>Apéndice G Estudio experimental</b>	<b>29</b>
G.1. Cuaderno de trabajo . . . . .	30
G.2. Configuración y parametrización de las técnicas. . . . .	44
G.3. Detalle de resultados. . . . .	45
<b>Apéndice H Anexo de sostenibilización curricular</b>	<b>47</b>
H.1. Introducción . . . . .	47
H.2. Integración de la sostenibilidad en el TFG . . . . .	47
H.3. Competencias de sostenibilidad adquiridas y aplicadas . . . . .	48
H.4. Conclusión . . . . .	49
<b>Bibliografía</b>	<b>51</b>

---

# Índice de figuras

---

D.1. Estructura del Stent. Fuente Propia . . . . .	11
D.2. (a) Posición del sensor en el stent y (b) Estructura del stent. Fuente propia. . . . .	12
D.3. Estructura de las bobinas. Fuente Propia . . . . .	13
D.4. Prototipo del stent inteligente. Fuente Propia . . . . .	14
E.1. Plano del diseño inicial del stent . Fuente Propia . . . . .	19
E.2. Plano del diseño stent inteligente . Fuente Propia . . . . .	19
E.3. Plano del diseño del sensor capacitivo . Fuente Propia . . . . .	20
E.4. Sección A del plano del sensor . Fuente Propia . . . . .	20
E.5. Esquema eléctrico de conexión entre el stent y el sistema externo. Fuente propia. . . . .	23
E.6. Diagrama de flujo del sistema de comunicación entre el parche externo, el stent inteligente y el dispositivo receptor. Fuente propia. . . . .	24
E.7. Diagrama de componentes de la aplicación. . . . .	25
E.8. Diagrama de despliegue de la aplicación web en Streamlit Cloud. . . . .	25
E.9. Diagrama de secuencia de interacción entre el usuario y el sistema. . . . .	26
G.1. Histéresis del Nitinol . . . . .	34
G.2. Diseño del stent inteligente inicial. Fuente Propia . . . . .	45
G.3. Diseño del stent inteligente final. Fuente Propia . . . . .	45

---

# Índice de tablas

---

D.1. Parámetros técnicos del stent . . . . .	7
D.2. Características técnicas del sensor capacitivo . . . . .	8
D.3. Estructura en capas del sensor capacitivo . . . . .	8
D.4. Parámetros técnicos del sistema de comunicación . . . . .	9
F.1. CU-1 Nombre del caso de uso. . . . .	28

## Apéndice A

# Plan de Proyecto Software

## A.1. Introducción

bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla  
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla  
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.

Ojo <sup>1</sup>

## A.2. Planificación temporal

cronograma cpn la evolucion temporal

## Planificación económica

## Viabilidad legal

---

<sup>1</sup>Los anexos deben de tener su propia bibliografía, eso es tan fácil como utilizar referencias igual que en la memoria [?]





## *Apéndice B*

---

# **Documentación de usuario**

---

### **B.1. Requisitos software y hardware para ejecutar el proyecto.**

ver os requisitos y decidir

### **B.2. Instalación / Puesta en marcha**

### **B.3. Manuales y/o Demostraciones prácticas**



## *Apéndice C*

---

# **Manual del desarrollador / programador / investigador.**

---

### **C.1. Estructura de directorios**

Descripción de los directorios y ficheros entregados.

### **C.2. Compilación, instalación y ejecución del proyecto**

En caso de ser necesaria esta sección, porque la compilación o ejecución no sea directa.

### **C.3. Pruebas del sistema**

Esta sección puede ser opcional.

Puede tratarse de validación de la interfaz por parte de los usuarios, mediante encuestas o similar o validación del funcionamiento mediante pruebas unitarias.

## **C.4.    Instrucciones para la modificación o mejora del proyecto.**

Instrucciones y consejos para que el trabajo pueda ser mejorado en futuras ediciones.

## Apéndice *D*

---

# Descripción de adquisición y tratamiento de datos

---

### D.1. Descripción formal de los datos

Los datos correspondientes a este trabajo son los parámetros técnicos utilizados para el diseño conceptual del stent inteligente.

#### Stent

Los valores definidos para la estructura del stent se muestran en la Tabla [D.1.](#)

Parámetro	Valor
Diámetro expandido	3.55 mm
Longitud total	20 mm
Espesor del hilo	0.1 mm
Tamaño del paso	10 mm
Número de hilos	6 hilos
Material del stent	Nitinol

Tabla D.1: Parámetros técnicos del stent

## Sensor capacitivo

Los valores relacionados con el sensor se muestran en la Tabla D.2.

Parámetro	Valor
Ubicación	Superficie interna del stent
Dimensiones	1,05 mm $\times$ 15 mm
Espesor total del sensor	16 $\mu\text{m}$
Número de electrodos	48 pares
Dimensiones de los electrodos	350 $\mu\text{m}$ x 150 $\mu\text{m}$
Separación entre electrodos	5 $\mu\text{m}$

Tabla D.2: Características técnicas del sensor capacitivo

## Capas del sensor

Las capas que componen el sensor capacitivo se detallan en la Tabla D.3.

Capa	Material	Espesor
Capa superior	Poliamida (PI)	2.5 $\mu\text{m}$
Electrodo superior	Nanopartículas de plata (AgNP)	1 $\mu\text{m}$
Capa intermedia	Poliamida (PI) (2 Capas superpuestas de 2.5 $\mu\text{m}$ )	5 $\mu\text{m}$
Electrodo inferior	Nanopartículas de plata (AgNP)	1 $\mu\text{m}$
Capa inferior	Poliamida (PI)	2.5 $\mu\text{m}$
Recubrimiento externo	PDMS	4 $\mu\text{m}$

Tabla D.3: Estructura en capas del sensor capacitivo

## Sistema de comunicación

La información técnica del sistema de comunicación se basa en el uso de tecnología de acoplamiento inductivo (circuito LC), donde el condensador (C) está constituido por el propio sensor capacitivo, mientras que las bobinas (L) presentan las dimensiones recogidas en la Tabla D.4.

Parámetro	Valor
Ubicación	Extremos del stent
Material conductor	Oro
Diámetro exterior de la bobina	1.2 mm
Número de vueltas	10
Espesor del hilo	10 $\mu\text{m}$
Longitud de la bobina	2,5 cm

Tabla D.4: Parámetros técnicos del sistema de comunicación

## Conexiones

Las pistas conductoras se imprimen directamente sobre la superficie del stent utilizando oro recubiertas con una capa de poliamida. Estas pistas conectan eléctricamente las bobinas con los electrodos interdigitados del sensor. El espesor total de las conexiones es de 1  $\mu\text{m}$ .

## Parche externo

El parche externo es fundamental en el sistema de comunicación inalámbrica y alimentación del stent inteligente. Su función principal sería transferir energía al stent y recibir la información generada por el sensor mediante acoplamiento inductivo, sin necesidad de cables ni contacto directo.

El diseño del parche incluiría los siguientes elementos clave:

- **Generador de señal u oscilador:** Produce una corriente alterna a una frecuencia específica, que alimenta el circuito inductivo LC.

- **Bobina transmisora ( $L_{\text{ext}}$ ):** Genera un campo magnético alterno que induce corriente en la bobina del stent, proporcionando la energía necesaria para su funcionamiento.
- **Capacitor de sintonización ( $C_{\text{ext}}$ ):** Forma un circuito resonante LC con la bobina transmisora, optimizando la transferencia de energía y señal entre el parche y el stent.

La bobina transmisora junto con el capacitor constituyen la parte pasiva del sistema, funcionando como circuito resonante o “antena” que permite tanto la transferencia de energía al stent como la recepción de la señal modulada que este transmite.

El circuito receptor activo del parche está compuesto por varios bloques electrónicos que procesan la señal recibida:

- **Rectificador:** Convierte la señal alterna recibida en una señal continua adecuada para su procesamiento.
- **Conversor analógico-digital (ADC):** Digitaliza la señal analógica modulada que proviene del stent.
- **Microcontrolador (MCU):** Procesa y decodifica los datos digitalizados transmitidos desde el sensor capacitivo integrado en el stent.
- **Módulo Bluetooth Low Energy (BLE):** Transmite inalámbricamente los datos procesados a dispositivos externos, como smartphones o sistemas de monitorización remota.

## D.2. Descripción clínica de los datos.

Los parámetros definidos para el diseño del stent inteligente tienen como objetivo de tratar enfermedades cardiovasculares, más concretamente lesiones arteriales en arterias coronarias. A continuación, se presenta el significado clínico de cada uno de los parámetros seleccionados.

### Estructura del stent

Se ha seleccionado un diámetro expandido de 3.55 mm para el stent, ya que representa un valor promedio dentro del rango fisiológico de las arterias coronarias humanas, el cual varía entre 3 mm y 6 mm [1]. Esta



elección permite garantizar una adecuada apertura de la luz arterial tras la implantación, favoreciendo el restablecimiento del flujo sanguíneo.

La longitud del stent, de 20 mm, ha sido definida para cubrir eficazmente la zona afectada por la estenosis, sin invadir segmentos arteriales sanos. Esta dimensión se encuentra dentro del intervalo clínicamente recomendado para lesiones localizadas, que va de 0 a 20 mm.[1]

El stent está fabricado en Nitinol, una aleación con memoria de forma que permite recuperar su configuración original tras el despliegue en el vaso. Este material se emplea ampliamente en dispositivos médicos por su excelente biocompatibilidad, elasticidad y capacidad de adaptarse a los movimientos de la pared arterial [2].

En cuanto a sus características estructurales, el diseño incluye 6 hilos entrelazados con un espesor de 0.1 mm, que aseguran la estabilidad del dispositivo frente a las presiones internas del vaso sin comprometer su integridad estructural.

En la siguiente imagen, Figura D.1 se puede observar la estructura del stent diseñado




Figura D.1: Estructura del Stent. Fuente Propia

## Sensor capacitivo

El sensor capacitivo ha sido integrado en la superficie interna del stent, lo que permite obtener información fisiológica del entorno que lo rodea. Sus dimensiones ( $1.05 \text{ mm} \times 15 \text{ mm} \times 16 \mu\text{m}$ ) han sido definidas para permitir su adaptación longitudinal a la pared interna del stent, sin alterar el flujo sanguíneo.

El número de pares de electrodos y su distribución estratégica permiten captar variaciones de presión o rigidez en la pared arterial. Estos cambios

pueden estar relacionados con eventos clínicamente adversos, como reestenosis, trombosis o procesos inflamatorios. Además, la separación entre capas de  $5\text{ }\mu\text{m}$  mejora la sensibilidad del sensor ante pequeñas variaciones fisiológicas.

El sensor está compuesto por capas de materiales biocompatibles, incluyendo poliamida (como capa dieléctrica<sup>1</sup>), plata (electrodos) y PDMS. Estos materiales han sido seleccionados no solo por su buena biocompatibilidad, minimizando el riesgo de rechazo, sino también por su estabilidad eléctrica en el entorno del flujo sanguíneo. La inclusión de PDMS como recubrimiento externo añade flexibilidad y mejora la protección frente al entorno biológico.

En la Figura D.2 se puede observar el sensor. Cabe destacar que las capas del sensor no se diferencian bien en la imagen D.2b, ya que están superpuestas. Por lo tanto, para más detalle, véase el plano del sensor ubicado en el *Anexo E*.




Figura D.2: (a) Posición del sensor en el stent y (b) Estructura del stent. Fuente propia.

---

<sup>1</sup>capa dieléctrica: es aquella capa que actúa como un asilante eléctrico que puede polarizarse mediante la aplicación de un campo eléctrico.[3]

## Sistema de comunicación

La implementación de un sistema de comunicación por acoplamiento inductivo permite la monitorización remota del sensor sin necesidad de baterías ni conexiones invasivas. Desde el punto de vista clínico, esta estrategia facilita el seguimiento continuo del paciente tras la implantación del stent, posibilitando la detección temprana de complicaciones sin requerir procedimientos diagnósticos invasivos.

Las bobinas inductivas, ubicadas en los extremos del stent, presentan dimensiones de 2.5 cm de longitud, un espesor de hilo de 10  $\mu\text{m}$  y un diámetro de giro de 1.2 mm. Estas han sido diseñadas para generar un campo electromagnético que, al entrar en resonancia con el sensor capacitivo, permite la transmisión inalámbrica de datos hacia el exterior.

Estas bobinas han sido fabricadas con oro, un material elegido por su excelente conductividad eléctrica, alta resistencia a la corrosión y biocompatibilidad, características fundamentales para dispositivos implantables. El uso de oro también contribuye a mantener una señal estable y eficiente en un entorno fisiológico complejo como el torrente sanguíneo, donde otros materiales podrían degradarse o generar reacciones adversas.

Este enfoque es totalmente compatible con las tecnologías médicas actuales y forma parte de la evolución hacia dispositivos implantables inteligentes, capaces de proporcionar información en tiempo real sobre el estado fisiológico del paciente.

En la siguiente imagen, Figura D.3, se muestra una de las bobinas, ya que ambas presentan un diseño idéntico.




Figura D.3: Estructura de las bobinas. Fuente Propia

## Conexiones

Desde el punto de vista clínico, las conexiones permiten transmitir la señal del sensor al sistema de comunicación de forma segura y eficaz dentro del entorno corporal. Se utilizan pistas conductoras de oro, un material seleccionado por su alta biocompatibilidad y resistencia a la corrosión en medios biológicos. Estas pistas están recubiertas con una capa de poliamida, que actúa como aislante para evitar el contacto directo con los tejidos y minimizar el riesgo de reacciones adversas. Todo ello asegura la estabilidad eléctrica del sistema y su integración segura en el entorno vascular.

Aunque las conexiones no son visibles en el diseño final, en la siguiente imagen Figura D.4 se presenta el modelo completo del stent, donde se puede observar su configuración estructural definitiva.




Figura D.4: Prototipo del stent inteligente. Fuente Propia

## Parche externo

Desde el punto de vista clínico, el parche externo actúa como interfaz entre el paciente y el entorno médico. Su capacidad para alimentar el stent inteligente y recibir datos en tiempo real permite transformar el stent inteligente en un sistema activo de monitorización continua, sin necesidad de procedimientos invasivos o complejos.

Este tipo de tecnología resulta especialmente útil en el seguimiento en tiempo real de pacientes con enfermedad arterial coronaria, permitiendo la recogida de datos hemodinámicos directamente desde el interior de la arteria. El uso del parche, colocado de forma superficial sobre la piel proporciona una solución cómoda y no invasiva, lo que facilita su uso regular por parte del paciente fuera del entorno hospitalario.

Mediante el módulo de comunicación Bluetooth Low Energy (BLE), los datos adquiridos pueden ser enviados automáticamente a plataformas médicas o aplicaciones móviles, lo que favorece la integración del sistema en entornos de telemedicina personalizada y de monitorización domiciliaria en tiempo real. Esta capacidad resulta especialmente valiosa para detectar de forma precoz eventos adversos como la reestenosis, trombosis o signos de fallo del stent.



## *Apéndice E*

---

# **Manual de especificación de diseño**

---

En este apéndice se presenta una visión general de los diseños desarrollados en el proyecto, abarcando tanto el dispositivo físico (stent) como la aplicación informática que facilita la visualización de los ensayos de viabilidad.

El contenido se organiza en dos secciones principales: la primera aborda el diseño estructural del stent mediante planos y esquemas que permiten entender su funcionamiento; la segunda describe el diseño de la aplicación desarrollada, incluyendo su arquitectura de software, diagramas de clases y despliegue.

## **E.1. Diseño físico**

En esta sección se presentan los planos del stent inteligente y del sensor integrado, mostrando únicamente la geometría general del dispositivo. Las acotaciones siguen la normativa ISO y están indicadas en milímetros, con el objetivo de facilitar la comprensión visual del diseño desarrollado.

### **E.1.1. Planos**

Cabe destacar que, inicialmente, se realizó un diseño preliminar que representa la estructura base del stent. A continuación, se muestra el plano correspondiente en la Figura [E.1](#).

Tras ello, se presenta el plano correspondiente al diseño final del stent inteligente, Figura E.2, en el cual se pueden visualizar todos los componentes integrados, junto con sus respectivas acotaciones.

Seguidamente, se presenta el plano del sensor capacitivo (Figura E.3). Este se basa en una estructura tipo sándwich, compuesta (de la capa superior a la inferior) PI\_up\_2 – AgNP\_up – PI\_up\_1 – PI\_bottom\_1 – AgNP\_bottom – PI\_bottom\_2, con un recubrimiento externo de PDMS. Para facilitar la diferenciación visual en el plano, las capas de poliamida se han representado en color rojo.

En la Sección A del plano se ha realizado un aumento de 300:1 con el fin de visualizar correctamente las acotaciones correspondientes al espesor de cada capa, ya que estas presentan dimensiones muy reducidas. Esta ampliación puede observarse en la Figura E.4.

Por último, se incluye un esquema representativo del sistema de comunicación entre el stent inteligente y el circuito externo (Figura E.5). En él se detallan tanto las conexiones internas del stent inteligente como las del parche exterior. Este esquema tiene como objetivo conocer las conexiones necesarias para el funcionamiento general del sistema creado.

### E.1.2. Diagramas

A continuación, se presenta un diagrama de flujo, Figura E.6, que resume el proceso de comunicación entre el sistema externo (parche) y el stent inteligente, así como la posterior transmisión de datos hacia el dispositivo receptor. Este esquema permite comprender de manera visual la secuencia de funcionamiento del sistema en condiciones normales.

## E.2. App de visualización

La aplicación informática desarrollada en este proyecto no está destinada a la recepción de datos biomédicos en tiempo real desde el stent inteligente, sino que tiene como objetivo principal facilitar la visualización e interpretación de los ensayos de viabilidad realizados. Esta fue desarrollada desarrollada con el framework **Streamlit** en Python, lo que permite ofrecer una interfaz web sencilla e interactiva para el usuario.






Figura E.1: Plano del diseño inicial del stent . Fuente Propia




Figura E.2: Plano del diseño stent inteligente . Fuente Propia




Figura E.3: Plano del diseño del sensor capacitivo . Fuente Propia




Figura E.4: Sección A del plano del sensor . Fuente Propia

### E.2.1. Diseño arquitectónico

La aplicación ha sido desarrollada con una estructura modular, lo que permite una navegación intuitiva y una clara separación entre los distintos ensayos realizados para evaluar el funcionamiento del stent inteligente. En la Figura E.7 se presenta el diagrama de componentes, el cual refleja la estructura lógica de la aplicación. Cada módulo, con excepción del inicio, está asociado a uno de los ensayos descritos en el *Anexo G*, los cuales simulan el comportamiento del sistema en diversas condiciones. Los módulos realizados fueron:

- **Inicio:** Pantalla inicial con información general.
- **Vista 3D:** Visualización tridimensional del stent mediante archivos STL.
- **Flujo sanguíneo:** Representación del comportamiento del flujo tras la implantación.
- **Expansión térmica:** Simulación del efecto de la temperatura en el Nitinol.
- **Parámetros del circuito LC:** Cálculo de capacitancia, inductancia y frecuencia de resonancia.
- **Análisis del sistema de comunicación:** Estimación del factor de calidad y distancia de transmisión.
- **Análisis mecánico:** Evaluación de tensiones estructurales en el stent.

### Despliegue de la aplicación

La Figura E.8 muestra el diagrama de despliegue, el cual representa cómo se despliega la aplicación en un entorno cliente-servidor, utilizando la plataforma **Streamlit Cloud**.

El código de la aplicación, escrito en Python, se ejecuta en el servidor y se comunica con el navegador del usuario mediante el protocolo HTTP/HTTPS. El usuario puede modificar parámetros, cargar archivos y visualizar los resultados dinámicamente desde su navegador web, sin necesidad de instalaciones locales.

**Interacción usuario-aplicación**

La Figura E.9 presenta el diagrama de secuencia, el cual describe el flujo de interacción entre el usuario y los distintos componentes del sistema.

Cuando el usuario modifica un valor o carga un archivo, estos datos se envían al servidor Streamlit, el cual los procesa y ejecuta los cálculos correspondientes mediante el backend en Python. Una vez obtenidos los resultados, la interfaz se actualiza automáticamente con gráficos y resultados interactivos.




Figura E.5: Esquema eléctrico de conexión entre el stent y el sistema externo. Fuente propia.




Figura E.6: Diagrama de flujo del sistema de comunicación entre el parche externo, el stent inteligente y el dispositivo receptor. Fuente propia.




Figura E.7: Diagrama de componentes de la aplicación.




Figura E.8: Diagrama de despliegue de la aplicación web en Streamlit Cloud.




Figura E.9: Diagrama de secuencia de interacción entre el usuario y el sistema.



## *Apéndice F*

---

# **Especificación de Requisitos**

---

Si procede.

### **F.1. Diagrama de casos de uso**

### **F.2. Explicación casos de uso.**

Se puede describir mediante el uso de tablas o mediante lenguaje natural.

Una muestra de cómo podría ser una tabla de casos de uso:

### **F.3. Prototipos de interfaz o interacción con el proyecto.**

CU-1	Ejemplo de caso de uso
<b>Versión</b>	1.0
<b>Autor</b>	Alumno
<b>Requisitos asociados</b>	RF-xx, RF-xx
<b>Descripción</b>	La descripción del CU
<b>Precondición</b>	Precondiciones (podría haber más de una)
<b>Acciones</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasos del CU</li> <li>2. Pasos del CU (añadir tantos como sean necesarios)</li> </ol>
<b>Postcondición</b>	Postcondiciones (podría haber más de una)
<b>Excepciones</b>	Excepciones
<b>Importancia</b>	Alta o Media o Baja...

Tabla F.1: CU-1 Nombre del caso de uso.

## *Apéndice G*

---

# **Estudio experimental**

---

leere es de las tensiones A pesar de la presencia de bobinas pequeñas en el diseño del stent, su efecto directo sobre las tensiones estructurales es marginal debido a su tamaño y disposición. El análisis de tensiones se centra en las fuerzas radiales y circunferenciales generadas por la presión interna, mientras que los efectos de la inducción magnética o fuerzas adicionales provenientes de las bobinas no se consideran en este modelo simplificado. En estudios más avanzados, podría evaluarse su influencia en la deformación axial o el comportamiento global del stent. Exclusión de las tensiones axiales en el análisis de integridad estructural

En el presente análisis, no se han considerado las tensiones axiales (en dirección longitudinal) del stent, ya que el modelo se enfoca exclusivamente en una sección transversal del stent, donde se evalúan las tensiones radiales y circunferenciales generadas por la presión interna. Este enfoque es común en el estudio de estructuras delgadas como los stents, donde la longitud del dispositivo es considerablemente mayor que su espesor.

Además, el stent tiene extremos libres, lo que significa que no está sometido a fuerzas axiales significativas. En condiciones de implantación real, las tensiones axiales pueden estar presentes, pero en la mayoría de los casos, su magnitud es pequeña en comparación con las tensiones radiales y circunferenciales. Por lo tanto, su influencia sobre el comportamiento estructural global del stent es mínima y se considera despreciable en este análisis simplificado.

Este modelo está diseñado para evaluar la integridad estructural del stent bajo las condiciones más críticas de presión interna, que son las que principalmente afectan su seguridad durante el uso. En estudios más

detallados, se podrían incluir las tensiones axiales, especialmente si se desea evaluar el comportamiento longitudinal o el impacto de fuerzas adicionales, como la expansión térmica o la interacción con la pared arterial.

Exclusión de las tensiones axiales en el análisis de integridad estructural

Dado que el stent es una estructura alargada y delgada, se ha considerado únicamente el análisis de las tensiones radiales y circunferenciales en una sección transversal del dispositivo. En este tipo de modelos, donde la longitud del stent es considerablemente mayor que su espesor, las tensiones axiales son mínimas y se consideran despreciables.

Además, los extremos del stent son libres, lo que significa que las fuerzas axiales no tienen un impacto significativo en la integridad estructural. Por lo tanto, en este análisis simplificado, no se han incluido las tensiones axiales, ya que las tensiones radiales y circunferenciales son las que dominan el comportamiento del stent bajo presión intern

## **G.1. Cuaderno de trabajo**

### **G.1.1. Elaboración del stent inteligente**

Inicialmente, se llevó a cabo una fase de familiarización con el software Autodesk Inventor. Durante esta etapa, se exploraron algunas de sus funcionalidades básicas, ya que nunca se había utilizado previamente un software de diseño. Esto conllevó varios intentos para generar una simple tubería y, posteriormente, los primeros bocetos de un stent genérico, aún sin características definidas. Esta fase fue clave para adquirir soltura en el entorno de modelado 3D y comprender mejor las limitaciones geométricas y estructurales del dispositivo.

Posteriormente, se realizó una revisión bibliográfica centrada en artículos científicos sobre stents inteligentes. Esta investigación permitió recopilar parámetros técnicos fundamentales (como dimensiones, materiales, estructuras internas, tecnologías de comunicación, entre otros), y sirvió como base para el planteamiento del diseño final del dispositivo.

Una vez definidos los requisitos del diseño, se procedió a modelar el stent inteligente. Este se basó en una malla helicoidal que permite integrar un sensor capacitivo flexible en la superficie interna del dispositivo, así como bobinas en sus extremos. El proceso de diseño comenzó con la creación de un primer boceto en el que se dibujó un círculo que representa el radio interior del stent, junto con otro círculo correspondiente a la sección del

hilo del stent, también incluyo la sección transversal del sensor capacitivo. Como la estructura requiere seis hilos, se utilizó una operación de patrón para repetir este segundo círculo seis veces, ubicándolos equidistantemente en las posiciones adecuadas. A continuación, se creó un segundo boceto, en un plano perpendicular al primero, en el que se dibujó una línea que sirvió como trayectoria para generar la forma helicoidal del stent mediante una operación de extrusión (Bobina). Esta extrusión helicoidal se realizó en ambas direcciones para conformar la estructura completa del stent. Posteriormente, se extruyó el sensor capacitivo ubicado en la superficie del stent, utilizando la sección definida previamente en el primer boceto, junto con una restricción de desplazamiento que permitió posicionarlo correctamente sobre la estructura. En el diseño final, este sensor se modeló como un sólido integrado en el cuerpo del stent. Finalmente, se incorporaron las bobinas en los extremos del stent, las cuales también fueron modeladas mediante bocetos en 2D y extrusiones en forma de bobina. Para optimizar el proceso, se aplicó una operación de simetría que permitió duplicar la primera bobina y posicionarla en el extremo opuesto del dispositivo.

A continuación, se realizó un diseño independiente para visualizar el sensor con mayor detalle. Para su desarrollo, se utilizó un boceto en 2D que incluía todas las dimensiones necesarias para extruir de forma individual cada una de las capas que lo conforman.

Todos los parámetros utilizados en el diseño se encuentran detallados en el *Anexo D*; en caso de duda, los planos se encuentran disponibles en el *Anexo F*.

### G.1.2. Ensayos de viabilidad

Una vez obtenido el diseño del stent, se planteó realizar una serie de simulaciones mediante software gratuito para evaluar su comportamiento. Se probó el uso de ANSYS Student; sin embargo, tras la implementación de todos los parámetros y el inicio de la simulación, el equipo informático utilizado no pudo procesarla y se bloqueó. Esto reveló una limitación importante: el equipo disponible no contaba con la capacidad necesaria para ejecutar simulaciones complejas de manera eficiente.

Ante esta restricción, se consideró la utilización de simuladores 3D en línea como alternativa. Sin embargo, comprensión y manejo de las herramientas de simulación resultaron ser excesivamente complejos para la fase actual del proyecto. A pesar de estas dificultades, se llevó a cabo una simulación preliminar con un modelo simplificado, consistente en un cilindro compacto.

El objetivo fue simular el comportamiento del Nitinol, un material con memoria de forma dependiente de la temperatura. No obstante, como se detalla en la sección de resultados, los resultados obtenidos no fueron satisfactorios ni representativos.

Dada esta situación, se decidió optar por un enfoque alternativo basado en modelos teóricos y aproximaciones matemáticas. Estos modelos se implementaron mediante Jupyter Notebook utilizando Python, con el fin de analizar la variación de los parámetros de diseño, permitiendo así una evaluación preliminar de la viabilidad del diseño sin requerir elevados recursos computacionales. Los ensayos modelados se encuentran a continuación.

#### **G.1.2.1. Simulación de la expansión térmica del Nitinol**

El objetivo de este análisis es evaluar cómo se comporta el stent durante el proceso de expansión térmica, teniendo en cuenta que, en la práctica clínica, este se introduce comprimido dentro de un catéter mediante un procedimiento mínimamente invasivo conocido como angioplastia. Una vez colocado en la posición deseada dentro de la arteria, el stent debe expandirse hasta alcanzar su diámetro funcional.

El material seleccionado para la base del stent es Nitinol, una aleación de níquel y titanio que presenta propiedades de memoria de forma. Esta característica permite que el material recuerde una forma predefinida y la recupere al alcanzar una temperatura específica. En concreto, el Nitinol puede estar en fase martensítica a temperatura ambiente (por ejemplo, 24°C), donde se encuentra comprimido, y transitar a fase austenítica a temperatura corporal (alrededor de 37°C), momento en el cual recupera su forma expandida.

Dado que el diseño del stent en este trabajo se ha modelado directamente en su estado expandido, se propone realizar una aproximación teórica para estimar cuáles serían las dimensiones iniciales necesarias del stent comprimido para que, al expandirse por efecto térmico, alcance las dimensiones finales deseadas. Este cálculo permite comprobar si el diseño es viable y coherente con el comportamiento del Nitinol en condiciones fisiológicas reales.

#### **Modelo de expansión térmica del Nitinol**

Para analizar la expansión térmica del stent, se ha desarrollado una aproximación matemática simplificada que permite simular el comportamiento termomecánico del material a lo largo de sus tres fases térmicas: martensita (ecuación G.1), transición de fase (ecuación G.4) y austenita

(ecuación G.5). Esta modelización permite obtener una estimación del cambio dimensional del stent en función de la temperatura, considerando las propiedades específicas del Nitinol.

Tal como se observa en la Figura G.1 correspondiente, el Nitinol presenta una curva de histéresis<sup>1</sup> térmica característica de su comportamiento con memoria de forma. Esta transformación de fase es reversible y se define mediante cuatro temperaturas fundamentales:

- $M_s$ : temperatura de inicio de la transformación a martensita
- $M_f$ : temperatura de finalización de la transformación a martensita
- $A_s$ : temperatura de inicio de la transformación a austenita
- $A_f$ : temperatura de finalización de la transformación a austenita

### Consideraciones del modelo

- La expansión térmica en cada fase es modelada, según el coeficiente de expansión correspondiente:
  - $\alpha_m$ : coeficiente de expansión térmica en fase martensítica.
  - $\alpha_a$ : coeficiente de expansión térmica en fase austenítica.
- Durante la transición de fase (entre  $A_s$  y  $A_f$ ), se emplea una función de fracción transformada suave basada en un coseno, inspirada en los modelos de Tanaka [4] y Shaw & Kyriakides [5], que permiten una transición continua en lugar de una evolución brusca.

### Módulo matemático

El modelo calcula la longitud  $D(T)$  en función de la temperatura  $T$  siguiendo tres zonas:

---

<sup>1</sup>La histéresis térmica del Nitinol es el fenómeno por el cual las temperaturas de transformación de fase durante el calentamiento (martensita a austenita) difieren de las del enfriamiento (austenita a martensita), generando un bucle característico que refleja la energía necesaria para los cambios estructurales reversibles del material.




Figura G.1: Histéresis del Nitinol

1. **Zona martensítica** ( $T < A_s$ ):

$$D(T) = D_0 \cdot (1 + \alpha_m \cdot (T - T_{\min})) \quad (G.1)$$

Se aplica la ley de expansión lineal clásica para sólidos:

$$\Delta L = L_0 \cdot \alpha \cdot \Delta T \quad (G.2)$$

2. **Zona de transición** ( $A_s \leq T \leq A_f$ ):

Durante esta fase, se produce una evolución gradual de la fracción transformada  $f(T)$  desde martensita a austenita. Para modelar este fenómeno se usa:

$$f(T) = \frac{1}{2} \left( 1 - \cos \left( \pi \cdot \frac{T - A_s}{A_f - A_s} \right) \right) \quad (G.3)$$

Esta forma funcional es una aproximación realizada para suavizar la transición, inspirada en los modelos desarrollados para aleaciones con memoria de forma [4, 5].



La expansión se modela como una composición acumulativa de las expansiones en martensita y austenita, ponderada por la fracción transformada:

$$D(T) = D_0 \cdot (1 + \alpha_m \cdot (A_s - T_{\min})) \cdot (1 + \alpha_a \cdot (T - A_s)) \cdot (1 + f(T)) \quad (\text{G.4})$$

En este modelo **G.4**:

- El primer término recoge la expansión desde  $T_{\min}$  hasta  $A_s$  en fase martensita.
- El segundo, desde  $A_s$  hasta  $T$  en fase austenita.
- El tercero añade el efecto adicional de la transformación de fase (efecto no puramente térmico), reflejado en el cambio microestructural del material.

### 3. Zona austenítica ( $T > A_f$ ):

$$D(T) = D_0 \cdot (1 + \alpha_m \cdot (A_s - T_{\min})) \cdot (1 + \alpha_a \cdot (T - A_s)) \cdot (1 + 1) \quad (\text{G.5})$$

Aquí se asume que la fracción transformada ha alcanzado su valor máximo ( $f(T) = 1$ ). Por tanto, el diámetro final incluye:

- La expansión térmica completa.
- El efecto completo de la transformación a austenita.

El término adicional  $(1 + f(T))$ , tiene como objetivo representar de forma simplificada cómo evoluciona la estructura del material a medida que cambia la temperatura. Este cambio no se debe únicamente a la dilatación térmica clásica, sino que también involucra transformaciones internas en la microestructura del material (como cambios de fase o reorganización atómica), que afectan su comportamiento macroscópico. La función  $f(T)$  permite capturar esta evolución no lineal, inspirándose en enfoques suavizados como los propuestos por Tanaka [4] y Shaw & Kyriakides [5], quienes modelan estas transformaciones como procesos continuos que dependen tanto de la temperatura como del esfuerzo aplicado.

#### G.1.2.2. Simulación del flujo sanguíneo en el Stent

El objetivo de este análisis es evaluar el comportamiento del flujo sanguíneo a través del stent implantado en una arteria coronaria, bajo diferentes condiciones fisiológicas (reposo y actividad). Para ello, se utiliza el modelo clásico de Poiseuille, que describe el movimiento de un fluido viscoso en un

conducto cilíndrico, permitiendo calcular variables como la caída de presión, el caudal volumétrico, la velocidad promedio y el perfil de velocidades a lo largo del radio del stent. Además se calculan los parámetros clínicos como el índice de reserva fraccional (FFR) y el índice de reserva instantánea (iFR).

### Fundamento teórico del flujo sanguíneo

El flujo sanguíneo en arterias coronarias con stent puede aproximarse como un flujo laminar y viscoso, descrito por la ley de Poiseuille [6, 7]. Este modelo es aplicable siempre que el flujo no presente turbulencias significativas, condiciones comunes en vasos sanos o con estenosis leves.

La ecuación fundamental de Poiseuille para el caudal volumétrico  $Q$  es:

$$Q = \frac{\pi \cdot R^4 \cdot \Delta P}{8 \cdot \mu \cdot L} \quad (\text{G.6})$$

donde:

- $Q$ : flujo volumétrico ( $\text{m}^3/\text{s}$ )
- $R$ : radio del vaso o stent (m)
- $\Delta P$ : caída de presión a lo largo del stent (Pa)
- $\mu$ : viscosidad dinámica de la sangre ( $\text{Pa} \cdot \text{s}$ )
- $L$ : longitud del stent (m)

De la ecuación G.6 se puede despejar la caída de presión como:

$$\Delta P = \frac{8 \cdot \mu \cdot L \cdot Q}{\pi \cdot R^4} \quad (\text{G.7})$$

### Perfil de velocidades

Por otro lado, el perfil de velocidades dentro del stent se aproxima a un comportamiento parabólico, característico del flujo laminar en tubos rígidos. Este comportamiento surge de la solución analítica de las ecuaciones de Navier-Stokes para un fluido newtoniano en condiciones de flujo laminar estacionario y completamente desarrollado, tal como se describe en [8]. En estas condiciones, la velocidad del fluido es máxima en el centro del tubo y disminuye de forma cuadrática hacia las paredes, donde se anula debido a la condición de adherencia (no deslizamiento) del fluido a la superficie.

$$v(r) = v_{\max} \left( 1 - \frac{r^2}{R^2} \right) \quad (\text{G.8})$$

donde:

- $v(r)$ : velocidad en una posición radial  $r$  (m/s)
- $v_{\max}$ : velocidad máxima en el centro del stent (m/s)
- $R$ : radio interno del stent (m)
- $r$ : distancia radial desde el centro del stent (m)

La velocidad promedio (ecuación G.9) se relaciona con la máxima por:

$$v_{\text{prom}} = \frac{v_{\max}}{2} \quad (\text{G.9})$$

### FFR o iFR

Finalmente, se calcularon los índices de reserva fraccional (FFR) e índice de reserva instantánea (iFR) son herramientas clínicas ampliamente utilizadas para evaluar la funcionalidad hemodinámica de arterias coronarias con estenosis y la efectividad del stent implantado [9]. Ambos se definen como la relación entre las presiones distal y proximal al stent:

$$FFR = iFR = \frac{P_{\text{distal}}}{P_{\text{proximal}}} \quad (\text{G.10})$$

Valores cercanos a 1 indican ausencia de obstrucción significativa, mientras que valores por debajo de 0.80 sugieren un flujo restringido que podría comprometer la perfusión miocárdica.

La diferencia principal entre FFR e iFR es que el FFR se mide bajo vasodilatación inducida farmacológicamente, mientras que el iFR se evalúa en condiciones de reposo, sin necesidad de medicamentos vasodilatadores, facilitando un diagnóstico menos invasivo [9].

### G.1.2.3. Simulación eléctrica del circuito LC

#### Objetivo

Este análisis presenta los fundamentos teóricos y cálculos necesarios para evaluar la viabilidad del sistema de comunicación del stent inteligente, basado en un circuito resonante LC. Se evaluarán los siguientes parámetros:

- **Inductancia (L)** de las bobinas integradas en el stent.
- **Capacitancia (C)** del sensor.
- **Frecuencia de resonancia ( $f$ )** del sistema.
- **Factor de calidad (Q)** del circuito.
- **Distancia máxima de comunicación** mediante acoplamiento inductivo.

#### 1. Cálculo de la Inductancia de las Bobinas del Stent

La inductancia es una propiedad electromagnética que cuantifica la capacidad de una bobina para inducir un campo magnético ante el paso de corriente. En este trabajo, este parámetro se calcula mediante la fórmula empírica de Wheeler[10]. Esta expresión es válida para bobinas con geometría cilíndrica corta y ancha, caracterizadas por un radio  $r$  que supera el 80 % de su longitud  $l$ , condición que cumple las bobinas utilizadas. La fórmula aplicada es:

$$L(\mu H) = \frac{r^2 \cdot N^2}{9r + 10l} \quad (G.11)$$

donde  $L$  es la inductancia en microhenrios,  $r$  y  $l$  son el radio y la longitud de la bobina en centímetros, respectivamente, y  $N$  es el número de vueltas.

Dado que el stent inteligente está formado por dos bobinas interconectadas en paralelo, la inductancia total  $L_{\text{total}}$  se calcula como:

$$\frac{1}{L_{\text{total}}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} \quad (G.12)$$

#### 2. Cálculo de la Capacitancia Total del Sensor

La capacitancia es una propiedad eléctrica que mide la capacidad de un sistema para almacenar carga eléctrica cuando se aplica una diferencia de potencial. En el caso del sensor integrado en el stent, se utiliza una estructura tipo sándwich formada por dos electrodos paralelos separados por un dieléctrico. La fórmula empleada para calcular la capacitancia de un condensador plano [11, 12] es:

$$C = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \frac{A}{d} \quad (\text{G.13})$$

donde  $C$  es la capacitancia en faradios (F),  $\varepsilon_0$  es la permitividad del vacío ( $8,854 \times 10^{-12}$  F/m),  $\varepsilon_r$  es la permitividad relativa del material dieléctrico (en este caso, PDMS),  $A$  es el área de superposición entre los electrodos (en metros cuadrados), y  $d$  es la distancia entre los electrodos (espesor del dieléctrico, en metros).

En esta proyecto, las pequeñas variaciones en  $d$  (por deformación del sensor ante cambios de presión o rigidez en la pared arterial) provocan cambios en la capacitancia, lo que permite detectar y cuantificar dichas variaciones fisiológicas.

### 3. Cálculo de la frecuencia de resonancia

La frecuencia de resonancia es la frecuencia a la que oscila el circuito LC formado por la bobina y el sensor capacitivo. Esta frecuencia viene dada por la fórmula del circuito resonante[13]:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (\text{G.14})$$

donde  $f_0$  es la frecuencia de resonancia (en Hz),  $L$  es la inductancia de la bobina (en Henrios) y  $C$  es la capacitancia del sensor (en Faradios).

### 4. Factor de calidad del circuito LC

El **factor de calidad**  $Q$  caracteriza la eficiencia de un circuito resonante LC, cuantificando la relación entre la energía almacenada y la energía disipada. Un valor elevado de  $Q$  indica bajas pérdidas energéticas y una alta selectividad en la respuesta en frecuencia del sistema. Matemáticamente, se define como[13]:

$$Q = \frac{1}{R} \cdot \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (\text{G.15})$$

donde  $R$  es la resistencia,  $L$  la inductancia y  $C$  la capacitancia del circuito.

Para calcular correctamente  $Q$ , es necesario determinar la resistencia total de las bobinas. La resistencia de un conductor se puede estimar mediante la expresión[14]:

$$R = \rho \cdot \frac{l}{A} \quad (\text{G.16})$$

donde  $\rho$  es la resistividad del material conductor (para el oro,  $\rho = 2,44 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ ),  $l$  es la longitud del hilo conductor (en metros) y  $A$  es el área de su sección transversal (en metros cuadrados).

Como el circuito cuenta con dos bobinas conectadas en paralelo, la resistencia total se calcula como:

$$R_{\text{total}} = \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)^{-1} \quad (\text{G.17})$$

## 5. Distancia máxima de comunicación

En el contexto de sistemas de transferencia inalámbrica de energía mediante acoplamiento inductivo, la **distancia máxima permisible** entre la bobina transmisora y la bobina receptora puede estimarse mediante la siguiente expresión[15]:

$$d_{\text{max}} = r_t \cdot \sqrt{\frac{Q_t \cdot Q_r}{k_{\text{eff}}}} \quad (\text{G.18})$$

donde radio de la bobina transmisora  $r_t$ , de los factores de calidad de la bobina transmisora  $Q_t$  y de la receptora  $Q_r$ , así como del coeficiente de acoplamiento efectivo  $k_{\text{eff}}$ .

Su propósito es ofrecer una estimación razonable de la separación máxima admisible entre bobinas para garantizar una transferencia de energía eficiente.

### G.1.2.4. Evaluación mecánica del stent

Para evaluar la integridad estructural del stent inteligente, se ha modelado inicialmente como un cilindro hueco abierto sometido a presión interna, generada por la sangre dentro del vaso, que es la carga más relevante en el funcionamiento normal del dispositivo. Aunque existen otras cargas, como

la presión externa del tejido circundante y las tensiones derivadas de los movimientos vasculares o del proceso de expansión del stent, en esta sección se considerará únicamente la presión interna para simplificar el análisis.

Debido a que el cilindro está abierto en sus extremos, la presión interna genera principalmente tensiones circunferenciales y radiales en la pared del stent, mientras que la tensión axial inducida por la presión se considera despreciable, ya que no actúa sobre las caras abiertas. Otras tensiones axiales derivadas de movimientos o fuerzas externas quedan fuera del alcance de este análisis preliminar.

Por tanto, el modelo se centra en la distribución de tensiones circunferenciales y radiales generadas por la presión sanguínea interna.

Se han utilizado dos modelos para el análisis: el modelo de cilindro de pared delgada y la teoría de Lamé para cilindros de pared gruesa. El primero ofrece una solución simple y directa cuando el espesor es relativamente pequeño, mientras que el segundo permite analizar distribuciones de tensión más complejas cuando el espesor no puede despreciarse.

### Modelo de cilindro de pared delgada

Este modelo se considera válido cuando la relación entre el espesor de la pared  $t$  y el radio interior  $r_i$  del cilindro cumple con la siguiente condición:

$$\frac{t}{r_i} < 0,1 \quad (\text{G.19})$$

Bajo esta condición, se pueden adoptar simplificaciones que facilitan el análisis sin comprometer la precisión en geometrías delgadas:

- Se asume que la tensión se distribuye de manera uniforme a lo largo del espesor de la pared.
- Se considera que la tensión radial es muy pequeña en comparación con la tensión circunferencial, por lo que se desprecia.

Estas suposiciones son razonables porque, en estructuras con paredes delgadas, las tensiones no varían significativamente desde la cara interna hasta la externa. Por tanto, el esfuerzo puede considerarse constante a través del espesor, lo cual simplifica los cálculos y permite una evaluación preliminar eficaz, especialmente útil durante la fase de diseño.

La tensión circunferencial, también denominada tensión tangencial o “hoop stress”, se expresa como [16, 17]:

$$\sigma_\theta = \frac{p \cdot r_i}{t} \quad (\text{G.20})$$

La tensión radial, al ser despreciable en este modelo, se aproxima a:

$$\sigma_r \approx 0 \quad (\text{G.21})$$

Dado que la tensión circunferencial es dominante, la tensión equivalente de Von Mises, utilizada para estimar el criterio de fallo, se aproxima simplemente como:

$$\sigma_{vm} \approx \sigma_\theta \quad (\text{G.22})$$

Las variables utilizadas son:

- $\sigma_\theta$ : tensión circunferencial o tangencial (Pa)
- $\sigma_r$ : tensión radial (Pa)
- $\sigma_{vm}$ : tensión equivalente de von Mises (Pa)
- $p$ : presión interna aplicada (Pa)
- $r_i$ : radio interior del cilindro (m)
- $t = r_o - r_i$ : espesor de la pared (m)

### Modelo de cilindro de pared gruesa (Teoría de Lamé)

Cuando el espesor de la pared no puede considerarse despreciable en comparación con el radio interior, es decir,

$$\frac{t}{r_i} \geq 0,1 \quad (\text{G.23})$$

la distribución de tensiones a lo largo del espesor ya no puede asumirse uniforme. En este caso, se aplica la teoría de Lamé para cilindros de pared gruesa, que permite obtener expresiones más precisas para las tensiones



radial y circunferencial como función del radio  $r$ , considerando tanto la presión interna  $P_i$  como la presión externa  $P_o$  [18] :

$$\sigma_r(r) = \frac{P_i r_i^2 - P_o r_o^2}{r_o^2 - r_i^2} - \frac{r_i^2 r_o^2 (P_o - P_i)}{(r_o^2 - r_i^2) r^2} \quad (\text{G.24})$$

$$\sigma_\theta(r) = \frac{P_i r_i^2 - P_o r_o^2}{r_o^2 - r_i^2} + \frac{r_i^2 r_o^2 (P_o - P_i)}{(r_o^2 - r_i^2) r^2} \quad (\text{G.25})$$

A partir de estas tensiones, la tensión equivalente de Von Mises puede calcularse como[17]:

$$\sigma_{vm}(r) = \sqrt{\frac{1}{2} [(\sigma_\theta(r) - \sigma_r(r))^2 + \sigma_\theta(r)^2 + \sigma_r(r)^2]} \quad (\text{G.26})$$

Este modelo es más complejo desde el punto de vista matemático y computacional, pero proporciona una representación más precisa del estado tensional en estructuras donde el espesor tiene una influencia considerable.

**Aplicación al stent inteligente** Los stents coronarios tradicionales presentan paredes delgadas en comparación con su radio interior, lo que justifica el uso del modelo de cilindro de pared delgada para una primera aproximación. Esta simplificación permite analizar de forma eficiente las tensiones inducidas por la presión sanguínea interna.

Sin embargo, en el caso del stent inteligente, es posible que el diseño incluya elementos adicionales como sensores, recubrimientos o refuerzos estructurales que incrementen el espesor efectivo de la pared. En tales situaciones, el uso exclusivo del modelo de pared delgada podría no ser suficiente, y sería necesario recurrir a la teoría de Lamé para evaluar con mayor precisión la distribución real de tensiones y garantizar la integridad mecánica del dispositivo bajo distintas condiciones de operación.

Por tanto, la elección entre uno u otro modelo depende directamente de la geometría final del stent.

## Evaluación de Seguridad

Para evaluar si el material trabaja dentro de condiciones seguras, se utiliza el criterio de von Mises junto con un factor de seguridad. La condición de seguridad se expresa mediante [19]:


$$\sigma_{vm} < \frac{\sigma_{\text{límite}}}{FS} \quad (G.27)$$

Donde:

- $\sigma_{vm}$ : tensión equivalente de von Mises calculada (en Pa),
- $\sigma_{\text{límite}}$ : límite elástico del material.
- $FS$ : factor de seguridad utilizado.

Una vez obtenida la tensión de von Mises a partir del análisis de esfuerzos, se compara con el valor límite ajustado por el factor de seguridad. Si se cumple la condición anterior, se considera que el diseño es seguro bajo las condiciones de carga evaluadas.

## G.2. Configuración y parametrización de las técnicas.



### G.3. Detalle de resultados.

El diseño final, con el cual se realizará la evaluación de la viabilidad del prototipo, se muestra en la siguiente figura G.2. Cabe destacar que la única modificación con respecto al diseño final (FiguraG.3) fueron el espesor del hilo y las dimensiones de las bobinas, ya que durante los ensayos preliminares se observó que estas no permitían una comunicación óptima.




Figura G.2: Diseño del stent inteligente inicial. Fuente Propia




Figura G.3: Diseño del stent inteligente final. Fuente Propia

Se evaluaron dos condiciones fisiológicas principales para el flujo coronario:

1. **Reposo:** flujo típico de 200 ml/min.
2. **Actividad física:** flujo típico incrementado hasta 1000 ml/min.

Para convertir el caudal volumétrico a unidades del SI:

$$Q = \frac{\text{Volumen (ml)}}{\text{Tiempo (s)}} \times 10^{-6} \quad \Rightarrow \quad Q_{\text{reposo}} = 3,33 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s}, \quad Q_{\text{actividad}} = 16,67 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s}$$

## **Anexo de sostenibilización curricular**

---

### **H.1. Introducción**

En este anexo presento una reflexión personal sobre los aspectos relacionados con la sostenibilidad que han sido integrados durante el desarrollo de mi Trabajo de Fin de Grado (TFG) en Ingeniería de Salud. Mi proyecto consistió en el diseño de un stent inteligente basado en reguladores, que permite monitorear parámetros cruciales para detectar la presencia de restenosis o trombosis en su interior. Para validar el diseño, se realizaron aproximaciones matemáticas y se desarrolló una aplicación móvil que facilita la visualización y seguimiento de los resultados obtenidos.

Esta reflexión se apoya en las directrices propuestas por la CRUE para la sostenibilización curricular [?], y pretende mostrar cómo las competencias relacionadas con la sostenibilidad adquiridas a lo largo de la carrera han sido aplicadas de forma práctica y coherente en el trabajo realizado.

### **H.2. Integración de la sostenibilidad en el TFG**

Desde el inicio del proyecto, la sostenibilidad ha sido un eje fundamental en la toma de decisiones técnicas y metodológicas. El diseño del stent inteligente no sólo persigue objetivos técnicos y sanitarios, sino que también incorpora consideraciones sociales, económicas y ambientales que contribuyen a un desarrollo más responsable y equilibrado.

En el ámbito social y sanitario, el dispositivo tiene un claro propósito de mejorar la calidad de vida de los pacientes que requieren un seguimiento riguroso tras la implantación del stent. Al permitir la detección temprana de complicaciones como la restenosis o la trombosis, se fomenta una intervención médica más rápida y eficaz, lo que puede reducir riesgos, evitar hospitalizaciones prolongadas y mejorar los resultados clínicos. De este modo, se contribuye a una atención sanitaria más humana, equitativa y accesible.

Por otro lado, desde la perspectiva ambiental, el proyecto se ha enfocado en minimizar el impacto asociado a la fabricación y uso del dispositivo. Se ha trabajado en optimizar el diseño para reducir el consumo de materiales y prolongar la vida útil del stent, disminuyendo así la necesidad de sustituciones frecuentes y la generación de residuos médicos. La aplicación móvil, que permite el seguimiento remoto, también ayuda a reducir la necesidad de desplazamientos físicos para el control médico, disminuyendo indirectamente la huella de carbono asociada.

En términos económicos, se ha tenido especial atención en la viabilidad del diseño para que pueda ser producido a bajo costo y, por tanto, potencialmente accesible para sistemas sanitarios con recursos limitados. Este enfoque contribuye a fomentar la justicia social y la equidad en el acceso a tecnologías sanitarias innovadoras.

### **H.3. Competencias de sostenibilidad adquiridas y aplicadas**

El desarrollo del TFG ha sido un proceso en el que se han puesto en práctica diversas competencias relacionadas con la sostenibilidad, siguiendo las líneas establecidas por la CRUE, tales como el pensamiento sistémico, la competencia ética, la responsabilidad profesional y social, y el compromiso con la sostenibilidad.

#### **H.3.1. Pensamiento sistémico**

Este proyecto ha requerido abordar el problema desde una perspectiva integral y multidimensional. El stent inteligente no es un elemento aislado, sino parte de un sistema complejo que incluye la interacción con el organismo humano, la infraestructura sanitaria, y las tecnologías digitales para el procesamiento y visualización de datos. Esta visión sistémica ha permitido anticipar impactos y optimizar el diseño para asegurar que las soluciones

aportadas sean sostenibles en el largo plazo, considerando no solo la eficacia técnica sino también las repercusiones sociales y ambientales.

### **H.3.2. Competencia ética**

La ética ha sido un componente fundamental durante todo el desarrollo del trabajo. Se ha asegurado la protección de la privacidad y seguridad de los datos recogidos por la aplicación móvil, garantizando el respeto a los derechos de los usuarios. Además, el diseño ha tenido siempre presente el bienestar del paciente, evitando riesgos innecesarios y promoviendo la equidad en el acceso a la tecnología. Estas consideraciones éticas refuerzan el compromiso de un ejercicio profesional responsable y consciente.

### **H.3.3. Responsabilidad profesional y social**

La elaboración del TFG ha reforzado mi conciencia sobre la responsabilidad social que conlleva la profesión de Ingeniería de Salud. Más allá de desarrollar un dispositivo técnicamente viable, el proyecto busca aportar valor social mediante la mejora de los procesos de diagnóstico y seguimiento médico, contribuyendo así a una atención sanitaria más eficiente y accesible. Este enfoque proactivo refleja una actitud profesional comprometida con el bienestar colectivo y con la construcción de sociedades más saludables.

### **H.3.4. Compromiso con la sostenibilidad**

Finalmente, el compromiso con la sostenibilidad se ha manifestado en la elección de materiales y métodos que buscan reducir el impacto ambiental del dispositivo, así como en el desarrollo de una solución tecnológica que fomenta el uso racional de recursos sanitarios. La aplicación móvil, al facilitar el seguimiento remoto, apoya modelos de salud digital que optimizan recursos y minimizan el consumo de energía y materiales, alineándose con los principios de la sostenibilidad.

## **H.4. Conclusión**

En conclusión, la realización de este TFG ha sido una experiencia enriquecedora para aplicar de manera integrada las competencias en sostenibilidad adquiridas durante la formación en Ingeniería de Salud. El proyecto no solo ha supuesto un avance técnico en el diseño de dispositivos médicos inteligentes, sino que también ha reafirmado la importancia de incorporar

la sostenibilidad como un elemento transversal y esencial en el ejercicio profesional.

Esta reflexión me motiva a continuar desarrollando mi carrera con una visión comprometida hacia la sostenibilidad, consciente del papel que la innovación tecnológica puede desempeñar en la mejora de la salud y la calidad de vida, siempre en armonía con los principios éticos, sociales y ambientales que garantizan un futuro más justo y responsable.

Más información en el documento de la CRUE [https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/Directrices\\_Sostenibilidad\\_Crue2012.pdf](https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/Directrices_Sostenibilidad_Crue2012.pdf).

Este anexo tendrá una extensión comprendida entre 600 y 800 palabras.



---

## Bibliografía

---

- [1] G. Bastarrika Alemañ, A. Alonso Burgos, P. M. Azcárate Agüero, S. Castaño Rodríguez, J. C. Pueyo Villoslada, and E. Alegría Ezquerro, “Anatomía normal, variantes anatómicas y anomalías del origen y trayecto de las arterias coronarias por tomografía computarizada multicorte,” *Radiología*, vol. 50, no. 3, pp. 197–206, 2008.
- [2] D. Stoeckel, A. Pelton, and T. Duerig, “Stents autoexpandibles de nítinol: consideraciones sobre el material y el diseño,” *European Radiology*, vol. 14, pp. 292–301, 2004.
- [3] B. J.L, “Material dieléctrico: Qué es, tipos, propiedades y ejemplos.” <https://electronicaonline.net/electronica/dielectrico/>, 2022.
- [4] K. Tanaka, “A thermomechanical sketch of shape memory effect: One-dimensional tensile behavior,” *Res Mechanica*, vol. 18, no. 3, pp. 251–263, 1986.
- [5] J. A. Shaw and S. Kyriakides, “Thermomechanical aspects of niti,” *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, vol. 43, no. 8, pp. 1243–1281, 1995.
- [6] J. L. M. Poiseuille, “Recherches expérimentales sur le mouvement des liquides dans les tubes de très petits diamètres,” *Mémoires de l’Académie des Sciences de l’Institut de France*, vol. 9, pp. 433–544, 1840.
- [7] L. Antiga, M. Piccinelli, L. Botti, B. Ene-Iordache, A. Remuzzi, and D. A. Steinman, “Un marco de modelado basado en imágenes para la hemodinámica computacional específica del paciente,” *Medical Biological Engineering Computing*, vol. 46, no. 11, pp. 1097–1112, 2008.

- [8] F. M. White, *Fluid Mechanics*. New York: McGraw-Hill Education, 7th ed., 2011.
- [9] M. Götberg, E. H. Christiansen, I. J. Gudmundsdottir, L. Sandhall, M. Danielewicz, L. Jakobsen, S.-E. Olsson, P. Öhagen, H. Olsson, E. Omerovic, F. Calais, P. Lindroos, M. Maeng, T. Tödt, D. Venetsanos, S. K. James, A. Kåregren, M. Nilsson, J. Carlsson, D. Hauer, J. Jensen, A.-C. Karlsson, G. Panayi, D. Erlinge, and O. Fröbert, “Instantaneous wave-free ratio versus fractional flow reserve to guide pci,” *New England Journal of Medicine*, vol. 376, no. 19, pp. 1813–1823, 2017.
- [10] H. Wheeler, “Simple inductance formulas for radio coils,” *Proceedings of the Institute of Radio Engineers*, vol. 16, no. 10, pp. 1398–1400, 1928.
- [11] Modern Physics, “Sensor capacitivo | precisión, sensibilidad y aplicaciones,” 2025. Accedido el 26 de mayo de 2025.
- [12] V. Bande, S. Pop, D. Pitica, and C. Ioan, “Electrical model of a capacitive based level sensor,” *Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics Technology*, pp. 333–338, 05 2013.
- [13] Votatera, “Resonancia en circuitos rlc: Eficiencia, sintonización y teoría,” 2024. Accedido el 28 de mayo de 2025.
- [14] OpenStax, *Física universitaria volumen 2*. OpenStax, 2021. Accedido el 28 de mayo de 2025.
- [15] M. Kesler, “Highly resonant wireless power transfer: Safe, efficient, and over distance,” tech. rep., WiTricity Corporation, 2013. Accessed via Wayback Machine.
- [16] University of Washington, “Thin walled pressure vessels,” n.d. Accessed: 2025-06-07.
- [17] University of Arizona, “Opti 222 mechanical design in optical engineering,” n.d. Accessed: 2025-06-07.
- [18] University of Washington, “Thick walled cylinders,” n.d. Accessed: 2025-06-07.
- [19] “Cálculo de factor de seguridad probabilístico basado en la validación metrológica de modelos ingenieriles,” *e-medida*, no. 12, 2017. Accedido el 7 de junio de 2025.