项目自测报告

一、概述

在项目初步制作完成后,我们进行项目的功能与性能测试,验证是否达到设计的预期的技术指标。

进行项目功能测试时使用词设备测量人体生理信号,在 PC 端绘制出心电、脑电和眼电的波形,并对脑电信号进行功率谱分析,以α波为参考观察脑电信号质量;在手机 APP 上显示心电、脑电和眼电信号并显示心率,与实际心率进行比对并观察心电、脑电和眼电信号的波形;

项目性能测试主要包含信号通频带、共模抑制比、设备噪声、输入阻抗、信号幅度输入范围、系统功耗等技术指标的测量结果。

二、项目预期应用及标准基本要求概述

项目功能预期标准及基本要求如下:

- (1) 能够采集到稳定的不失真的心电信号;
- (2) 可以在眨眼时采集到明显的眼电信号:
- (3) 采集到的脑电信号信噪比较高,在闭眼时能采集到明显的α波波形:
- (4) 手机能实时显示心电、脑电、眼电的波形,并计算实时心率;

项目性能预期标准及基本要求如下:

- (1) 通频带带宽为 DC~131Hz(-3dB 带宽)
- (2) 共模抑制比大于 100dB
- (3) 设备噪声低于 2µV
- (4) 输入阻抗大于 500MΩ
- (5) 信号幅度输入范围大于 2μV
- (6) 系统功耗低于 200mW

三、项目功能测试方案

心率计算使用标准心率信号发生器输入标准心率信号,观察显示心率与输入心率是否有区别。

测试工具主要为 MATLAB 软件;

- (1) 设备连接人体进行测试,记录测量原始数据;
- (2) 用 MATLAB 软件读取并分析采集到的脑电(主要是 α 波)、眼电、 心电数据:
- (3) 绘制脑电、眼电、心电的时域波形;
- (4) 对脑电信号进行功率谱分析,观察信号的频率成分(主要是信噪比与α波幅度)。

四、项目性能测试方案

测试使用信号发生器产生输入信号,示波器测量输出信号,万用表测输入电压电流;

4.1 通频带带宽:用函数发生器输入频率在截止频率附近的正弦波信号,观察是否有输出信号、是否失真,确定实际通频带带宽:

4.2 共模抑制比:

- (1) **差模增益(Aud)测试**:输入信号为正弦波,峰峰值 5mV 测试方法:脑电、心电、眼电参考电极接信号源地,设备右腿驱动电极与脑电、心电、眼电主电极接信号源输出。
- (2) 共模增益(Auc)测试:输入信号为正弦波,峰峰值 4V 测试方法:设备地跳线接信号源地,设备右腿驱动电极与脑电、心电、眼电参考电极以及脑电主电极接信号源输出。
- (3) 共模抑制比 (CMRR):

将上面测试后的差模增益和共模增益通过该公式计算出共模抑制比:

CMRR=20log(Aud/Auc)

- **4.3 设备噪声:** 将设备模拟端的 5 通道连接到地,测试其输出端的电压值,即为设备噪声值;
- **4.4 输入阻抗:** 测量模拟电路输入端中电流大小,根据模拟端供电为 5V 来计算输入阻抗;
- **4.5 信号幅度输入范围:**设计采用的是 TI 公司 24 位高精度 ADC,且参考电压为 4.5V,由此得其理论输入范围为:

Input=
$$4.5/(223-1) = 0.536\mu V$$

实际测量时输入幅值为 2μV 左右的正弦波信号,观察信号是否失真;

4.6 系统功耗: 测量系统输入电压与实际工作电流, 计算功率:

五、项目功能与性能测试记录

5.1 功能测试记录

使用标准心率信号发生器输入标准心率信号,手机端显示心率不失真,输入心率与显示心率记录如下:

输入心率	30	60	100	160
显示心率	30	60	100	160

用 MATLAB 软件分析了采集到的脑电、眼电、心电数据,详细代码见附录,以下是分析的结果:

(1) 心电信号波形:



图 1. 心电时域图

(2) 眼电信号波形:



图 2. 眼电时域图 (连续眨眼)

(3) 脑电信号波形及功率谱:



图 3. 脑电 α 波时域图




图 4. α 波功率谱(主要集中在 10Hz 附近)

5.2 性能测试记录

(1) 通频带带宽:

输入信号频率为①135Hz/100 μ V ②140Hz/100 μ V 时(均大于 131Hz),或输入信号频率为①0.1Hz/ μ V ②0.4Hz/100 μ V 时,无信号输出;

当调节信号频率在 0.5~131Hz 范围内时,有信号输出,且无明显失真;测试结果表明该设计的信号通频带为 0.5Hz~131Hz。

(2) 共模抑制比:

共模抑制比测试结果如下表

差模增益测试记录

差模增益	CH1	CH2	СНЗ	CH4	CH5
	121.93	121.31	120.18	121.33	122.62
5mV/10Hz	1mV	4mV	1mV	4mV	4mV
	124.15	122.58	122.32	120.85	125.32
5mV/5Hz	6mV	3mV	6mV	4mV	5mV
	124.34	123.01	121.55	121.95	123.42
5mV/1Hz	0mV	8mV	6mV	1mV	9mV

共模增益测试记录

共模增益	CH1	CH2	СН3	CH4	CH5
4V/10Hz	530μV	530μV	529μV	531μV	533μV
4V/5Hz	515μV	513μV	510μV	510μV	517μV
4V/1Hz	515μV	513μV	513µV	509μV	515μV

共模抑制比测试记录

CMRR(均	107.51	105.25	105.56	105.23	105.75
值)	dB	dB	dB	dB	dB

测试结果表明共模抑制比满足设计要求;

(3) 设备噪声:

噪声测试结果如下表 噪声测试记录

	СН	СН		CH4	CH5
噪声	1	2	CH3		
电压均值 μVpp	1.56	1.39	1.51	1.71	1.64

测试结果表明设备噪声满足设计要求;

(4) 输入阻抗:

由于实验室缺乏微弱电流的测量仪器,所以无法进行共模输入阻抗和差模输入阻抗具体数值的具体测量。但根据查询 ADS1299 Datasheet 和具体的计算可知,本设计的模拟端供电为 5V,在模拟电路输入端中实际测到电流不足 $0.01\mu A$,所以实际的共模输入阻抗和差模输入阻抗均是大于 $500M\Omega$ 的。

(5) 信号幅度输入范围:

实际测量时输入大于 $2\mu V/10Hz$ 的正弦波,信号无明显失真;当信号小于 $2\mu V$ 时,信号有失真现象;

由此表明该设计的信号幅度输入范围>2μV,满足测试脑电要求。

(6) 系统功耗:

功耗测试结果如下表

功耗测试记录

电源电压	电流	功耗
		155.41m
3.81V	40.79mA	W

测试结果表明系统功耗满足设计要求;

六、小结

测试结果表明:

系统测量得到的心电、眼电和脑电波形无明显失真,脑电信号中主峰频率在 10Hz 附近(α 波段范围内)且噪声较低,手机端能够实时显示三种波形,心率 计算正确:

实际测量的信号通频带、共模抑制比、设备噪声、输入阻抗、信号幅度输入范围、系统功耗等技术指标均满足设计预期要求;

项目功能与性能均满足设计预期要求。

附录:

```
function power_sp_HE()
      path = 'EEG_channel(3).txt';
EEG_data = load(path);
figure(1)
       plot(EEG_data);
EEG_data=EEG_data(6000:10000);
       max(EEG_data)-min(EEG_data)
sample rate = 500;
EEG_data = filter(eeg, EEG_data);
EEG_data = EEG_data(10*500 : end);
[p,Fre]=pwelch(EEG_data,length(EEG_data),sample_rate,length(EEG_data),sample_rate);
figure(2)
plot(Fre, p)
     title('脑电功率谱')
xlabel('频率')
ylabel('功率')
axis([0, 30, 0, 300]);
   path = 'EEG_channel(5).txt';
EEG data = load(path);
sample_rate = 500;
seg_time = 30;
signal_len = length(EEG_data);
total_seg = floor(signal_len / sample_rate / seg_time);
   for epoch = 1:total seg
EEG_epoch = EEG_data((epoch-1)*seg_time*sample_rate+1 : epoch*seg_time*sample_rate);
[p,Fre]=pwelch(EEG_epoch,length(EEG_epoch),sample_rate,length(EEG_epoch),sample_rate
);
figure(2)
plot(Fre, p)
        title('脑电 30s 信号功率谱')
xlabel('频率')
ylabel('功率')
axis([0, 30, 0, 300]);
pause(0.5)
   end
end
```