



«АЛЕКСАНДРИТ»

142714, Московская область, д. Андреевское,
Индустриальный парк «Андреевское», стр. 29 Б
Телефон: 8 (495) 649-54-84
e-mail: CIT-ALEXANDRIT@yandex.ru

Жидкость калибровочная «АЛЕКСАНДРИТ 4113»

ТУ 1920-001-63545730-2024

Партия № 2

Дата отбора пробы (ГОСТ 2517): 8 октября 2024г.

Место отбора пробы (номер резервуара) -3

Дата изготовления: **8 октября 2024г.**

Дата проведения испытания: 8 октября 2024г.

Масса нетто/брутто: 0.800тн/ 0.850тн

ПАСПОРТ №1/10

Показатели качества

Наименование показателей	Норма по ТУ	Фактически	Метод испытаний
Концентрат в состоянии поставки			
1. Внешний вид	Слабоокрашенная прозрачная жидкость	Выдерживает	ГОСТ 6243 раздел 1
2. Вязкость кинематическая при 40град.С, мм ² /с	2.75-3.3	3.172	ГОСТ 33 или ASTM D 445
3. Плотность при 20град.С, кг/м ³	820-830	825	ГОСТ 3900 или ASTM D 4052
4. Температура вспышки в открытом тигле, град.С	не ниже 100	109	ГОСТ 4333 или ASTM D 92
5. Содержание воды, %	Отсутствие	Отсутствие	ГОСТ 2477
6. Коррозионное воздействие на медную пластину	1	1	ГОСТ ИСО 2160 с до.по п.5.2 ТУ

Продукт соответствует требованиям ТУ 1920-001-63545730-2024

Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления

Начальник ОТК _____ 9 октября 2024г.



Прочая информация:

Вся информация, содержащаяся в паспорте, является конфиденциальной и не должна использоваться для целей, не предусмотренных настоящим паспортом.