Виды профилактики ИСМП и ВБИ

1) Дезинфекц. и стерилиз. мероп. котор. включ. в себя профилактик. и очаговую инфекцию, дезинсекцию, дератизацию, обеззаражив. предстерилизац. очистку, стерилиз- ~~ию~~ изделий мед. назначений.

~~Д~~

Дезинфекция (обеззараживание) удаление или уничтож. заразного начала (по лат. des - уничтожение, infectio - инфекция)

! уничтожение патогенных и условно патогенных микроорг. в окруж. среде человека, на объектах оборуд., изделия к мед. назнач. в ЛПУ. При дезинф. погибают вегетативные формы микроорг.

- механич.
- физическая
- химическая
- комбинированная.

а) профилактич.
б) очаговая

Дезинфекция

Противоэпидемиолог. мероприятие напр. на прерыв эпидемиолог. процесса путем возд на механизм перед. возбуд.	Цель дезинф удаление и уничтож. возбудит инфекц. заболев. с объектов внешн среды: палат, функц. помещ. ЛПУ, на мед оборуд. и инструмент. для предотвр. пац. и мед. персонала	Уничтож. патог. и условно патогенных микроорг. кроме их спор! на объектах внешн. среды предм ухо за больны и мед. обору и инструмен

Виды дезинфекции

1) профилактич. - при отсутств очага инф

2) очаговая - при наличии очага инфекции, она провод. противоэпидемиолог., в случае инф. заболев или подозрения на него

Профилакт.: текущая, постоянн ЛПУ, силами персон. учрежд.

Очаговая: провод. в зависимости
мени проведения, делится:

/ текущая провод.
кратно в уч ЛПУ и
ашн усл
↓
. посд. возбуд боль-
а или носителе

2) Заключительная провод. однократно
↓
после выписки и перевода его в инфекц. отделение или смерти пациента или выздоровл.

Профилактич. провд. в плановом
порядке по эпидемиолог. показ. и
санитарно-гигиенич. показаниям.

Бактериологич. контроль дезинфекц. –
это смывы с различных поверхнос.
с дальнейшим посевом на питатель-
ной среде

Изделия мед. назнач. не содержат
жизнеспособных микроорганизм.
– ~~м~~ продезинфиц.

Критерии – отрицат. результ.
проб, посевов. Показат. обсемененност.
воздуха не превыш. норму. (по класс
чистоты)

Отсутствие в помещениях грызунов
Отсутствие в помещ. членистоногих.

Схема этапов обработки мед изделий

1) Дезинфекция

↓ химический метод (примен. дезинф ср-в)

↓ физическая (уничтожение паровым, воздушн

↓ механическая (проветривание, протир., выколачивание

↓ комбиниров.

после промываем проточной водой от дез раствора

ПСО (пред. стерилиз. очистка)

ПСО осущ. в кач. самост процесса после дезинф. изделий или при совмещении с дезинф

Контроль ПСО: азопирамовая амидопириновая, фенолфталеиновая

Стерилизация: физическими методами (воздух, пар) химический метод (перекись например), радиационный метод

Требования к соврем. дезинфектантам

Дезинфектант (дез. ср-во) это хим. вещество различного происхождения состава и назначения, вызыв. гибель или приостановку жизнедеят. орг.

Требов.:

1) широкий спектр антимикробной эффективности

2) безопасность для применения персоналом и пац.

3) быть совместимым с обрабатыв. материалом и не разрушать обеззараж. объекты

Иметь степень устойчивости к органич. нагрузке, например кровь

Быть простыми в приготов и применении

Иметь технологич. в применении и хранении форму (таблетки, жидкие и сыпучие ~~формы~~ дозы в пакет., концентраты, надежную упаковку, ясные и четкие этикетки

- Не требуют особ. усл. для хранения (хранится в отдельном помещ. в отдельном шкафу)
- Не издавать запаха
- Быть многократными в применени (рабочий раствор срок годности 1 рабочая смена) при изменении цвета раб.раствора использовать его нельзя

быть экономичными и доступн. для леч. учрежд.

Хлорактивные соединения облад. резким запахом, высокой токсичн. вызывают коррозию метал. изд., нестабильны (разруш. под действием света, летучи), но облад. мощн. эффектом, представл. реальную угрозу здоровью мед. персонала.

Я размещают 3 группы дезинфектантов, наиболее активные альдегиды и хлорактивные, затем фенолы и ЧАС (дать характеристики)

леч. эти группы активны только на часть микроорганизм;)

1) 0,5% – 3л.

с% = m вещества /(m раствора)) · 100%

с · проц. концентр.

m. вещества масса раств. вещ.

m раств. общая масса раств.

$0,5\% = (x / 3л) \cdot 100\%$

$x / 3л = \frac{0,5\%}{100\%}$

$\frac{x}{3л} = \frac{0,5}{100}$ $x = \frac{0,5 \cdot 3}{100} = 0,015$ л

2% – 4,5л

0,5% – 3л – 15 мл

1,5% 2л =

3% 5л =

5% 7л =

0,2% – 3л =

2,5% – 3л =

4% – 3,5 =