Схема этапов обработки мед изделий

1) Дезинфекция

↓ химический метод (примен. дезинф ср-в)

↓ физическая (кипячение паровым, воздушн

↓ механическая (проветривание, протир., выколачивание

↓ комбиниров.

после промываем проточной водой от дез раствора

ПСО (пред. стерилиз. очистка)

ПСО осущ. в кач. самост процесса после дезинф. изделий или при совмещении с дезинф

Контроль ПСО: азопирамовая амидопиромовая, фенолфталеиновая

Стерилизация: физическими методами (воздух, пар) химический метод (перекись например), радиационный метод

Требования к соврем. дезинфектантам

Дезинфектант (дез. ср-ве) это хим. вещество различного происхождения состава и назначение, вызыв. гибель или приостановку жизнедеят. орг.

Требов.:

1) широкий спектор антимикробных эффективности

2) безопасность для применения персоналом и пац.

3) быть совместимым с обрабатыв. материалом и не разрушать обезараж. объекты

Д/З. правила и техн безоп. с дезинф ср вами и характерист. дез ср-в.

Проведение ПСО:

1) полное погружение в моющий раствор при температуре 50 с° экспоз 15 мин

2) ершевание в моющем растворе каждого предмета 30 сек, промывание проточной водой

3) полоскание в ~~до~~ дистиллированной воде

4) просушиваем, на полотенце или в сухожаровом шкафу при темп 86

Виды упаковки для стерилиз.

1) Коробка стерилизационная (БИКС) - имеет боковые отверстия в которые свободно проходит внутрь пар при стерилиз в автоклаве. При стерилиз отверстия открыты после стерилиз закрываются спец мет пояском. Срок годности стер. 3 сут

2) Коробка стерилизационная имеет отверстия располож на крышке и днище, котор изнутри закрыты бактериальными фильтрами. Фильтры обеспеч. стерильность 20 сут фильтры используют многократно не ~~боле~~ но не более 60 стерилиз. и при износе замена чаще Замена фильтра указывается в журнал контроля стерильности

3) Упаковка пергаментная бумага /крафт пакеты/ срок годности 3сут

4) хлопчатобум укладки срок годности 3сут (чехол бязевой ткани)

5) комбинированные упаковки (ламинат + бум) срок годна, ти не упаковка

Виды укладок

1) Видовая укладка – содержит только 1 вид ~~мед~~ м/д. мед назнач. перч. /ватные шарики салф/ и тд.

2) Универсальная! – содержит перевязочн матер. простыни и халаты.

а Правила укладки бикс —
секторально и вертикально

Целенаправленная укладка —
содержит белье и перевязочн.
материал, необход для конкр.
манипуляции

Кладется рыхло, не утрамбовывается

Режим физическ. метод
стерилизации

основного изделий

/ Стерилиз. воздушный, режим
t 180 с°, 60 мин (сухожар.)
изд. из метала и стекла
Способ без уп. в откр. виде
срок стер. 1 раб. смена
Крафт пакеты срок хран 3 сут.

Дренажи 160 С°, 150 мин
(изделия из силиконовой резины) без уп. срок хран 6 час.
(1 раб смена)
В крепиров. бумаге (упак.) -
20 сут

Паровой метод, режим стер.

132 С°, 2 АТМ, 20 мин
Перевяз. и шовный матр., хирург. белье, изд из металла,
~~изд из резин.~~
Вид упак. стерилиз коробка без фильтра и с фильтром,

2 уп. из бязи, бумага, мешочная крепированная, крафт пакеты

Щадящий: 120 С°, 1,1 АТМ,
45 мин.

изд. из резины, латекса, полимерные металлы. Упаковка мешочная влагопрон., стер. коробки с фильтр и без фильтра.

Хим метод стерилиз.

Стерилиз растворами хим. препаратов. Хим для стерилиз изделий из термолабильных материалов

Для стерилиз исп. стерильн. емкост. мат из стекла пластика.

При полном погруж. изделий изд в раствор, разъемные изд в разобранном виде. Каналы и полости заполнять раствором

Дальнейшая обраб проводу при условии соблюд. асептик

из раствора извлек. стоматолог.
стерильных инструментов, удаляют
раств. из каналов и полостей
рабоч. промыв. дважды стер.
жидкостью, выдерж. экспоз.
по 5 мин.

Хранимые стер. изделия
исп. сразу по назнач. или
помещ. в стерильн. стерилиз.
коробку, выложенную стер. прост.
сроком на трое суток или
КСС (камера сохр. стер.)

Контроль кач. стерильности

1) Технич. способ самой аппа-
ратуры, проводит 1 ЦСО, осущ.
наблюд. за показаниями ~~[illegible]~~ мон
и термометра 2 р. в год

ощью

ание ют

вей

вер.

мод.

иру.

ост

ды

я

іон. ометра
тел тра

---

2) Бактериол. контроль, исп. биотесты дозир. кол-во спор. тест культуры, провод 2р в год.

3) Хим. контроль, осущ. с пом. хим. вещ., котор. меняют цвет при темп. режиме

Исп. индикаторы стерильн. (ИС) для соблюд. температ. и временного реж. стерилиз.