



PROPOSTA DE EQUIPAMENTO

Nº da Proposta	Ano		
11283265000122004	2022		
CNPJ	Beneficiário	Esfera Administrativa	
11283265000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORTALEGRE	03	
Tipo de Beneficiário	FUNDO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL		
Dirigente		CPF do Dirigente	
TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA		02865816478	
População	Telefone	Município	CEP
7.859	84999541680	PORTALEGRE	59.810-000
Endereço	E-mail		
JOSE VIEIRA MAFALDO, CENTRO	semsabportalegre@gmail.com		

RECURSO DA PROPOSTA

Recurso

EMENDA PARLAMENTAR

Objeto

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Composição	Número	Valor
EMENDA	39940009	346.593,00

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

CNPJ	Nome	CNES
08358053000190	HOSPITAL PRONTO ATENDIMENTO MAE AGAR	2874571
Tipo de Unidade	Endereço	
HOSPITAL	RUA RAIMUNDO RODRIGUES TORRES - CENTRO, CEP:59810000	

RELAÇÃO DE ITENS CADASTRADOS

Tipo de Serviço

Assistência à Emergência - Hospital

Setor

Atendimento Imediato / Atendimentos de Urgência e Emergência- Urgências (baixa e média complexidade)

Ambiente

Sala de aplicação de medicamentos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Bomba de Infusão	1	8.705,00	8.705,00

Especificação Técnica

EQUIPO|KVO|BOLUS|ALARME|BATERIA: POSSUI|POSSUI|POSSUI|POSSUI|POSSUI

Ambiente

Sala de triagem médica e/ou de enfermagem

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Escada com 2 degraus	2	302,00	604,00

Especificação Técnica
MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Tipo de Serviço

Apoio Diagnóstico - Hospital

Setor

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Imagenologia - Radiologia

Ambiente

Sala de exames (com comando) - Geral - Odontológico - Mama - Densitometria

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Aparelho de Raios X - Fixo Analógico	1	178.769,00	178.769,00

Especificação Técnica
PAINEL DE COMANDO: POSSUI, ESTATIVA PORTA TUBO: POSSUI, GERADOR POTÊNCIA|TENSÃO|CORRENTE: 40 KW OU SUPERIOR| 40 A 125KV OU SUPERIOR|MÁXIMO 500mA OU SUPERIOR, COLIMADOR: POSSUI, MESA TIPO|CAPACIDADE|BUCK MURAL DESLOCAMENTO VERTICAL: FIXA COM TAMPO FLUTUANTE |MÍNIMO 160 KG|DESLOCAMENTO DE MÍNIMO DE 120 CM, TUBO FOCO FINO|GROSSO: FF:MINIMO DE 0,6MM|FG:IGUAL A 1,2MM

Setor

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Imagenologia - Ultra-sonografia

Ambiente

Sala de ecocardiografia

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica	1	158.515,00	158.515,00

Especificação Técnica
Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD ou LED com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 490 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD ou SSD interno de no mínimo 500 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI (Padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive. Impressão direta. Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2.0 a 5.0 MHz; Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4.0 a 9.0 MHz; Transdutor Linear que atenda as frequências de 4.0 a 11 MHz; Transdutor Setorial adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0 MHz. Acessórios: Impressora a laser colorida, no break compatível com o equipamento. Tensão de acordo com a entidade solicitante.

TOTAL UNIDADE ASSISTIDA	QTD.	VALOR
	5	346.593,00
TOTAL GERAL	QTD.	VALOR
	5	346.593,00

DADOS DO CADASTRADOR**CPF**

02865816478

Nome

Temistocles Maia de Lucena

E-mail

temistoclesml@hotmail.com

Telefone

8499541680