

## Feuille de résultats Recherche de contamination maternelle Kit PowerPlex 16 ®



## Étude de la contamination materno-foetale et de la bonne identité des ADN lors de la réalisation d'un diagnostic prénatal à l'aide du kit PowerPlex ® 16 System

Sexe du foetus : M

N° de la mère : 10-XFRA181848

Date du run : 2018-06-20

Nom du projet : 10-XFRA181848

N° du foetus : 11-XFRA181985

N° du père : ABS

Marqueurs	Contamination materno-foetale			
	Informativités	Résultats	Pourcentages de contamination	Détails
CSF1PO	OK	Non contaminé		/
D13S317	OK	Non contaminé		/
D16S539	Non informatif	/	/	Echo
D18S51	OK	Non contaminé		/
D21S11	OK	Non contaminé		/
D3S1358	Non informatif	/	/	Allèles semblables
D5S818	Non informatif	/	/	Mère homozygote
D7S820	Non informatif	/	/	Echo
D8S1179	Non informatif	/	/	Mère homozygote
FGA	OK	Non contaminé		/
Penta D	OK	Non contaminé		/
Penta E	OK	Contaminé	1.91%	/
TH01	OK	Non contaminé		/
TPOX	OK	Non contaminé		/
vWA	Non informatif	/	/	Allèles semblables

## Conclusion

Concordance mère/foetus: OUI

Nombre de marqueurs informatifs non contaminés : 8

Nombre de marqueurs informatifs contaminés : 1

Moyenne du pourcentage de contamination : 1.91

## Paramètres

Seuil minimum de marqueur : 2

Seuil de hauteur d'un pic: 1/3

Seuil pourcentage de contamination: 5

Contamination : L'échantillon n'est pas contaminé (conclusion automatique)