

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР012 136.01 00074

Серия ВУ № 0037179

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Гроекс»; место нахождения: улица 3-я Щорса, 9, офис 501, 220089, город Минск, Республика Беларусь, аттестат аккредитации ВУ/112 136.01 от 27.06.2022, телефон: +375 29 7656563; адрес электронной почты: info@gro-ex.com

ЗАЯВИТЕЛЬ Научно-производственное общество с дополнительной ответственностью «ФАРМЭК»; сведения о регистрации: Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации № 100162047; место нахождения: улица Жилуновича, дом 2В, 220026, город Минск, Республика Беларусь; телефон +375 17 2522211; адрес электронной почты: pharmec2@tut.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Научно-производственное общество с дополнительной ответственностью «ФАРМЭК», место нахождения: улица Жилуновича, дом 2В, 220026, город Минск, Республика Беларусь

ПРОДУКЦИЯ Измеритель давления газа ФД-09 в соответствии с приложением 1 на бланке ВУ 0042076, ТУ ВУ 100162047.034-2011 «Измеритель давления газа ФД-09», серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9026 20 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний от 20.06.2024 № 88/24 испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Техпромимпорт» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210A97); акта о результатах анализа состояния производства от 18.06.2024 №13/24 органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Гроекс» (аттестат аккредитации ВУ/112 136.01), подписанного экспертом-аудитором Макаревичем Юрием Ивановичем.
Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Обозначение и наименование примененных стандартов: ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) «Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования», ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i».

Срок службы – 10 лет.

Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию с 12.03.2024 (даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания)

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.06.2024 ПО 20.06.2029 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)

(подпись)



Чимитова Эржена Будаевна
(Ф.И.О.)

Макаревич Юрий Иванович
(Ф.И.О.)

ИЗД. «Беларусь» государственная типография им. А. Т. Нелогодина» зак. 4674-2021, г. 10000

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР012 136.01 00074

Назначение и область применения

Измеритель давления газа ФД-09 (далее – измеритель, ФД-09) предназначен для измерения избыточного, абсолютного, разности (дифференциального) давлений газов в газовом оборудовании и газопроводах низкого, среднего или высокого давления.

Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных установок, в соответствии с присвоенной маркировкой взрывозащиты и требованиями технических нормативных правовых актов, регламентирующих применение данного оборудования во взрывоопасных зонах.

Измеритель изготовлен в климатическом исполнении УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150 и предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от минус 30 °С до 50 °С, атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 25 °С.

Описание конструкции и средств обеспечения взрывозащиты

Основные технические характеристики: маркировка взрывозащиты – 1Ex ib IIC T4 Gb; степень защиты электронного блока по ГОСТ 14254-2015 – IP20; степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для аккумуляторного блока – IP64; напряжение блока питания U_0 – 4,2 В; ток короткого замыкания на выходе блока питания I_0 – 0,8 А, максимальная выходная мощность на входе P_0 – 3,4 Вт.

Измеритель представляет собой электронный портативный прибор. В качестве датчика давления в измерителе используется тензорезистивный датчик. Конструктивно измеритель состоит из корпуса с размещенными внутри него платой обработки, блока датчика, клавиатуры, отсека питания, блока искрозащиты. Корпус измерителя выполнен из металла и обладает высокой степенью механической прочности. На плате обработки размещены управляющий процессор, жидкокристаллический индикатор и стабилизатор тока, предназначенный для заряда аккумуляторной батареи. Блок датчика состоит из двух штуцеров, предназначенных для подключения источников давления, датчика давления и измеряющего процессора. Измеренное в блоке датчика значение давления передается в управляющий процессор на плате обработки посредством цифровой, однопроводной линии связи и отображается на жидкокристаллическом индикаторе.

Взрывозащищенность измерителя давления газа ФД-09 с маркировкой взрывозащиты 1Ex ib IIC T4 Gb обеспечивается видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i» в соответствии с ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) и выполнением требований ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017), что достигается включением в выходные цепи аккумуляторной батареи ограничителя тока, выбором значений элементов электронной схемы и выполнением конструкции в соответствии с ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), ограничение тока в цепи питания осуществляется сдублированными блоками токоограничения, плата ограничителя тока и аккумулятор, которые расположены в корпусе блока питания, заливаются термореактивным компаундом с выполнением следующих требований: минимальная толщина заливки над токоведущими частями 2 мм; заливка монолитная, раковины воздушные пузыри и отслоения отсутствуют; температура наружной поверхности заливки не превышает допустимую для температурного класса электрооборудования T4 (135 °С); залитый компаундом ограничитель тока выдерживает без пробоя и поверхностных разрядов испытательное напряжение 500 В; блок питания защищен от механических воздействий корпусом измерителя.

Маркировка

Маркировка ФД-09 содержит: на лицевой панели: товарный знак изготовителя; условное обозначение; заводской номер по системе нумерации изготовителя; обозначение технических условий; маркировку взрывозащиты; надпись: «Сделано в Беларуси»; знак утверждения типа средств измерений Республики Беларусь; знак утверждения типа средств измерений страны-импортера; степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254-2015; диапазон температуры окружающей среды; надпись: «ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЕ НЕ ВСКРЫВАТЬ И НЕ ЗАРЯЖАТЬ»; маркировка специальным знаком взрывобезопасности «Ex» в соответствии с ТР ТС 012/2011; единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза ЕАЭС; номер сертификата соответствия.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

М.П.
«Гроекс»
Цимитова Эржена Будаевна
(Ф.И.О.)
Макарович Юрий Иванович

Эксперт (эксперт-аудитор)