



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР012 136.01 00068

Серия ВУ № **0037172**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Гроекс»; место нахождения: улица 3-я Щорса, 9, офис 501, 220089, город Минск, Республика Беларусь, аттестат аккредитации ВУ/112 136.01 от 27.06.2022, телефон: +375 29 7656563; адрес электронной почты: info@gro-ex.com

ЗАЯВИТЕЛЬ Научно-производственное общество с дополнительной ответственностью «ФАРМЭК»; сведения о регистрации: Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации № 100162047; место нахождения: улица Жилуновича, дом 2В, 220026, город Минск, Республика Беларусь; телефон +375 17 2522211; адрес электронной почты: pharmec2@tut.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Научно-производственное общество с дополнительной ответственностью «ФАРМЭК», место нахождения: улица Жилуновича, дом 2В, 220026, город Минск, Республика Беларусь

ПРОДУКЦИЯ Течеискатель-сигнализатор ФП 12 в соответствии с приложением 1 на бланке ВУ 0034560, ТУ ВУ 100162047.026-2004 «Течеискатель-сигнализатор ФП 12», серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9027 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний от 02.05.2024 № 53/24 испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Техпромимпорт» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210A97); акта о результатах анализа состояния производства от 02.05.2024 №9/24 органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Гроекс» (аттестат аккредитации ВУ/112 136.01), подписанного экспертом-аудитором Макаревичем Юрием Ивановичем.

Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Обозначение и наименование примененных стандартов: ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) «Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования», ГОСТ IEC 60079-1-2013 «Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d», ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i».

Срок службы – 10 лет.

Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию с 01.04.2024 (даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания)

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.05.2024 ПО 14.05.2029 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

М.П. Чимитова Эржена Будаевна
(подпись) «Гроекс» (Ф.И.О.)
Брановец Виктор Анатольевич
(подпись) (Ф.И.О.)

«Белорусская государственная типография им. А.Т. Нелюбова» зак. 4674-2021, г. 10.000

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. TP012 136.01 00068

Назначение и область применения

Течеискатель-сигнализатор ФП 12 (далее – ФП 12, течеискатель) предназначен для обнаружения утечек метана (CH_4) и пропана (C_3H_8) и выдачи световой и звуковой сигнализации при превышении установленных пороговых значений объемной доли газов.

Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных установок, в соответствии с присвоенной маркировкой взрывозащиты и требованиями отраслевых правил безопасности, регламентирующих применение данного оборудования во взрывоопасных зонах. ФП 12 может применяться в производственных помещениях (ГРП, ГНС, котельные и т.д.), подвалах, колодцах и других газовых объектах, а также газопроводах высокого, среднего и низкого давления, в том числе и подземных газопроводах при проведении регламентных, ремонтно-восстановительных работ.

Условия эксплуатации – вид климатического исполнения ФП 12 УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69, температура окружающей среды от минус 20 °С до плюс 50 °С.

Описание конструкции и средств обеспечения взрывозащиты

Основные технические характеристики: маркировка взрывозащиты – 1 Ex db ib IIC T4 Gb; напряжение питания постоянного тока – 3,0-4,2 В; степень защиты ФП 12 по ГОСТ 14254-2015 – IP20; степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для аккумуляторного блока – IP64; напряжение блока питания U_0 – 4,2 В; ток короткого замыкания на выходе блока питания I_0 – 0,8 А, максимальная выходная мощность P_0 – 3,4 ВА.

Конструктивно ФП 12 состоит из металлического корпуса с размещенными внутри него платами, блоком питания, микронасосом и блоком полупроводникового сенсора ПГС-1Ех. Течеискатель содержит USB порт для заряда аккумулятора, для подключения к компьютеру, посредством которого возможна настройка и диагностика, а также обновление программного обеспечения.

В основе работы ФП 12 лежит принцип регистрации изменения сопротивления полупроводникового датчика (сенсора) при воздействии на него газа.

Взрывозащищенность течеискателя-сигнализатора ФП 12 с маркировкой взрывозащиты 1 Ex db ib IIC T4 Gb обеспечивается видами взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i» в соответствии с ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), «взрывонепроницаемая оболочка «d» в соответствии с ГОСТ IEC 60079-1-2013 и выполнением требований ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017), что достигается включением в выходные цепи аккумуляторной батареи ограничителя тока, выбором значений элементов электронной схемы и выполнением конструкции в соответствии с ГОСТ 31610.11 (IEC 60079-11:2011), ограничение тока в цепи питания осуществляется дублированными блоками токоограничения, плата ограничителя тока и аккумулятор, которые расположены в корпусе блока питания, заливаются термореактивным компаундом; блок питания защищен от механических воздействий корпусом течеискателя. Чувствительные элементы сенсоров заключены во взрывонепроницаемую оболочку «d».

Маркировка

Маркировка ФП 12 содержит: на лицевой панели: товарный знак изготовителя; условное обозначение «ФП 12»; заводской номер по системе нумерации изготовителя; обозначение технических условий; маркировку взрывозащиты; надпись: «Сделано в Беларуси»; знак утверждения типа средств измерений Республики Беларусь; знак утверждения типа средств измерений страны-импортера; степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254-2015; диапазон температуры окружающей среды; надпись: «ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЕ НЕ ВСКРЫВАТЬ И НЕ ЗАРЯЖАТЬ»; маркировка специальным знаком взрывобезопасности Ex в соответствии с TP TC 012/2011; единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза ЕАЭС; номер сертификата соответствия.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)


(подпись) Чумитова Эржена Будаевна (Ф.И.О.)

(подпись) Брановец Виктор Анатольевич (Ф.И.О.)