



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР012 136.01 00100

Серия ВУ № **0037207**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Гроекс»; место нахождения: улица 3-я Щорса, 9, офис 501, 220089, город Минск, Республика Беларусь, аттестат аккредитации ВУ/112 136.01 от 27.06.2022, телефон: +375 29 7656563; адрес электронной почты: info@gro-ex.com

ЗАЯВИТЕЛЬ Научно-производственное общество с дополнительной ответственностью «ФАРМЭК»; сведения о регистрации: Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации № 100162047; место нахождения: улица Жилуновича, дом 2В, 220026, город Минск, Республика Беларусь; телефон +375 17 2522211; адрес электронной почты: pharmec2@tut.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Научно-производственное общество с дополнительной ответственностью «ФАРМЭК», место нахождения: улица Жилуновича, дом 2В, 220026, город Минск, Республика Беларусь

ПРОДУКЦИЯ Газоанализатор ФП11.2к в соответствии с приложением 1 на бланках ВУ 0042138, ВУ 0042139,
ТУ РБ 100162047.021-2000 «Газоанализаторы ФП11»,
серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9027 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний от 23.12.2024 № 202/24 испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Техпромимпорт» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210A97); акта о результатах анализа состояния производства от 10.12.2024 № 23/24 органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Гроекс» (аттестат аккредитации ВУ/112 136.01), подписанного экспертом-аудитором Макаревичем Юрием Ивановичем.

Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Обозначение и наименование примененных стандартов: ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) «Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования», ГОСТ IEC 60079-1-2013 «Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d», ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i».

Срок службы – 10 лет.

Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию с 01.11.2024 (даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания).

Выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР012 136.01 00087 от 24.12.2024.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.02.2025 ПО 23.12.2029 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

М.П.

Чимитова Эржена Будаевна
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)

(подпись)

Макаревич Юрий Иванович
(Ф.И.О.)

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР012 136.01 00100

Маркировка

Маркировка газоанализатора ФП11.2к содержит: товарный знак изготовителя; условное обозначение; номер по системе нумерации изготовителя; обозначение технических условий; маркировку взрывозащиты; надпись «Сделано в Беларуси»; знак утверждения типа средства измерения Республики Беларусь; знак Государственного реестра средств измерений страны-импортера (для газоанализаторов, поставляемых на экспорт); химическую формулу определяемого компонента; степень защиты оболочкой; диапазон температуры окружающей среды (ta); надпись: «ВНИМАНИЕ! ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЕ НЕ ВСКРЫВАТЬ И НЕ ЗАРЯЖАТЬ»; изображение специального знака взрывобезопасности по ТР ТС 012/2011 - Ex; номер сертификата соответствия; единый знак обращения продукции на рынке государств Евразийского экономического союза – ЕАС.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

М.П.
Чимитова Эржена Будаевна
(подпись) (Ф.И.О.)
«Гроекс»
Макаревич Юрий Иванович
(подпись) (Ф.И.О.)

ГУП «Бобруйская ускоренная типография им. А. Т. Непогодина» зак. 134/2024, т. 1000

Серия ВУ № 0042139

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР012 136.01 00100

Назначение и область применения

Газоанализатор ФП11.2к предназначен (далее – газоанализатор) предназначен для измерения объемной доли метана, пропана или пропана и метана в воздухе и выдачи звуковой и световой сигнализации при превышении установленных пороговых значений объемной доли газа.

Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных установок, в соответствии с присвоенной маркировкой взрывозащиты и требованиями технических нормативных правовых актов, регламентирующих применение данного оборудования во взрывоопасных зонах.

Газоанализатор изготовлен в климатическом исполнении УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150 и предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от минус 35 °С до плюс 50 °С, атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 25 °С.

Описание конструкции и средств обеспечения взрывозащиты

Основные технические характеристики: маркировки взрывозащиты: исполнение с термokatалитическим сенсором – 1Ex db ib IIB T4 Gb, исполнение с оптическим инфокрасным сенсором – 1Ex ib IIB T4 Gb; степень защиты оболочки электронного блока газоанализатора – IP20; оболочка отсека аккумуляторной батареи – IP64; максимальное напряжение U_0 блока питания – не более 4,2 В; ток короткого замыкания I_0 на выходе блока питания – не более 0,8 А; максимальная выходная мощность на входе блока питания P_0 – не более 3,4 В·А.


Конструктивно газоанализатор состоит из металлического корпуса с размещенными внутри него: платами, блоком питания с платой искрозащиты, микронасосом и чувствительными сенсорами. Принцип работы газоанализатора с оптическим датчиком основан на измерении величины поглощения инфракрасного излучения молекулами определяемых компонентов. В основе работы газоанализатора с термokatалитическим сенсором лежит принцип регистрации изменения сопротивления термokatалитического сенсора при воздействии на него газа.

Взрывозащищенность газоанализатора ФП11.2к с маркировкой взрывозащиты 1Ex db ib IIB T4 Gb (исполнение с термokatалитическим сенсором) обеспечивается видами взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i» в соответствии с ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), «взрывонепроницаемая оболочка «d» в соответствии с ГОСТ IEC 60079-1-2013 и выполнением требований ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017), газоанализатора ФП11.2к с маркировкой взрывозащиты 1Ex ib IIB T4 Gb (исполнение с оптическим инфокрасным сенсором) обеспечивается видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i» в соответствии с ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) и выполнением требований ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017), что достигается, в том числе: включением в выходные цепи аккумуляторной батареи ограничителя тока, выбором значений элементов электронной схемы и выполнением конструкции в соответствии с ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011); ограничение тока в цепи питания осуществляется сдублированными блоками токоограничения; плата ограничителя тока и аккумулятор, которые расположены в корпусе блока питания, герметизированы термореактивным компаундом; температура наружной поверхности заливки не превышает допустимую для температурного класса электрооборудования T4 (135 °С); залитый компаундом ограничитель тока выдерживает без пробоа и поверхностных разрядов испытательное напряжение 500 В; блок питания защищен от механических воздействий корпусом газоанализатора. В исполнении с термokatалитическим сенсором чувствительный элемент сенсора заключен во взрывонепроницаемую оболочку, состоящую из колпачка, выполненного из спеченного порошка (нержавеющая сталь), и основания. Оболочка сенсора выдерживает давление взрыва и исключает его передачу в окружающую взрывоопасную среду. Температура наружной поверхности оболочки сенсора не превышает допустимую для температурного класса электрооборудования T4 (135 °С). Сенсор защищен от механических повреждений.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)


(подпись) Чимитова Эржена Будаевна
(Ф.И.О.)


(подпись) Макаревич Юрий Иванович
(Ф.И.О.)