

検 査 証

製 造 者 2024年8月26日
型 式 MT-052-A 受 注 番 号 EP24-126
製 品 名 ラジエーションシールド付き気温計

ラジエーションシールド部

検査項目： 外観：良

気温測定素子部 シリアルNo.：065980

測温抵抗体： Pt100 許容差クラスA
(JIS C 1604-2013/IEC60751-2008準拠)検査項目： 外観：良
寸法：良

ケーブル： 30 m、4線式

試 験 成 績

設定温度	規定範囲	測定値	判定
0° C	99.94~100.06 Ω	99.97 Ω	良
100° C	138.37~138.65 Ω	138.51 Ω	良

この計器は当社の検査に合格し、一般仕様を満足しています。

承認	担当者
	