

Victor 921 Pocket Multimeter
6000 Count DTM0660 based
Long press REL Δ HzDuty for serial output.

Serial logging tested with QtDmm
<http://www.mtoussaint.de/qtdmm.html>
<https://github.com/pingumacpenguin/QtDMM-DTM0660-Version>
and SigRok
<https://sigrok.org/>



Autorange, Auto Power off.
DCV: 600.0mV,6.000V,60.00V,600.0V,600V
ACV: 600.0mV,6.000V,60.00V,600.0V,600V
 Ω : 600.0 Ω ,6.000k Ω ,60.00k Ω ,600.0k Ω
6.000M Ω ,60.00M Ω
Frequency: 100Hz,1000Hz,10kHz,100kHz
1MHz,10MHz
Duty Cycle: 0.1%~99.9%
Cap: 6.000nF, 60.00nF, 600.0nF, 6.000 μ F
60.00 μ F, 200 μ F
Diode Test: 0V~1.5V
Continuity: <60 Ω sounds buzzer.

CAUTION: Limited input protection, treat the Cat II rating as advisory. Use suitable gloves and eye protection if measuring >100V AC or DC

Victor 921 Pocket Multimeter
4000 Count DTM0660 based
Long press REL Δ HzDuty for serial output.

Serial logging tested with QtDmm
<http://www.mtoussaint.de/qtdmm.html>
<https://github.com/pingumacpenguin/QtDMM-DTM0660-Version>
and SigRok
<https://sigrok.org/>




Autorange, Auto Power off.
DCV: 400.0mV,4.000V,40.00V,400.0V,600V
ACV: 400.0mV,4.000V,40.00V,400.0V,600V
 Ω : 400.0 Ω ,4.000k Ω ,40.00k Ω ,400.0k Ω
4.000M Ω ,40.00M Ω
Frequency: 100Hz,1000Hz,10kHz,100kHz
1MHz,10MHz
Duty Cycle: 0.1%~99.9%
Cap: 4.000nF,40.00nF,400.0nF,4.000 μ F
40.00 μ F,200 μ F
Diode Test: 0V~1.5V
Continuity: <60 Ω sounds buzzer.

CAUTION: Limited input protection, treat the Cat II rating as advisory. Use suitable gloves and eye protection if measuring >100V AC or DC

Victor 921 Pocket Multimeter
8000 Count DTM0660 based
Long press REL Δ HzDuty for serial output.

Serial logging tested with QtDmm
<http://www.mtoussaint.de/qtdmm.html>
<https://github.com/pingumacpenguin/QtDMM-DTM0660-Version>
and SigRok
<https://sigrok.org/>



Autorange, Auto Power off.
DCV: 800.0mV,8.000V,80.00V,800.0V,800V
ACV: 800.0mV,8.000V,80.00V,800.0V,800V
 Ω : 800.0 Ω ,8.000k Ω ,80.00k Ω ,800.0k Ω
8.000M Ω ,80.00M Ω
Frequency: 100Hz,1000Hz,10kHz,100kHz
1MHz,10MHz
Duty Cycle: 0.1%~99.9%
Cap: 8.000nF, 80.00nF, 800.0nF, 8.000 μ F
80.00 μ F, 200 μ F
Diode Test: 0V~1.5V
Continuity: <60 Ω sounds buzzer.

CAUTION: Limited input protection, treat the Cat II rating as advisory. Use suitable gloves and eye protection if measuring >100V AC or DC