



operaciones@hemaq.cl
WWW.HEMAQ.CL
+56 9 68451473

CERTIFICADO DE CALIBRACION Calibration Certificate



Area De Calibración / Calibration Area: **TORQUE** No. De Certificado / Certificate Number: **1247**
Instrumento / Instrument: **TORQUIMETRO** Modelo / Model: **TQCM210**
Código / Identification Code: **NS** Número De Serie / Serial Number: **NS**
Rango De Medición / Measurement Range: **28 - 210** Fabricante / Manufacturer: **COWNMAN**
Unidad / Unit: **Nm** Cliente / Customer: **TECTRAMIN CHILE SPA**
División De Escala / Scale Division: **1** Dirección / Address: **ANTONIO POUPIN #1051**
Exactitud / Accuracy %(+/-): **4**

Fecha De Calibración Equipo / Date calibrated: **30-08-2024**

Fecha De Próxima Calibración Equipo / Date Calibrated: **28-02-2025**

Procedimiento Utilizado / Used Procedure:

Procedimiento Interno / Internal Procedure:

Condiciones Ambientales / Environmental Conditions.

Temperatura / Temperature(°C): **21,6**

Humedad Relativa / Relative Humidity(%RH): **55,0**



Trazabilidad / Traceability: **Equipos De Referencia Para La Calibración / Calibration Reference Equipment. FLUKE-289**

Código Interno / Internal Code: **DIN ISO 6789-1 :2017** Serie / Serial: **D022**

No. Certificado / Certificate Number: **LU-001**

Resultado De La Calibración / Calibration Test Result. (Clock Wise - CW)

Prueba / Test	Nominal / Nominal Value	Límites / Limits		* (1) Dato Inicial / As Found		* (2) Dato Final / As Left		* (2)
		Inferior / Low	Superior / High	Resultado / Result	Errores / Errors	Resultado / Result	Errores / Errors	Incertidumbre / Uncertainty
	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	%	%
1	42,00	40,32	43,68	43,00	1,00	42,50	0,50	2,20
2	105,00	100,80	109,20	105,00	0,00	105,00	0,00	
3	168,00	161,28	174,72	167,50	-0,50	168,00	0,00	



El instrumento se encuentra en tolerancia acuerdo a las especificaciones del fabricante The instrument is as according to the specifications of maker

Condición de recibo / Condition Received: **En Tolerancia**

Declaración de cumplimiento / Statement of compliance (Condicion de Entrega / Condition Returned):

En Tolerancia

Incertidumbre De Medición / Uncertainty of Measurement.

La incertidumbre reportada representa la incertidumbre expandida aproximadamente a un nivel de confianza de 95% usando un factor de cobertura de k=2 / The reported uncertainties represent expanded uncertainties expressed at approximately the 95% confidence level using a coverage factor of k=2.

Los resultados contenidos en este certificado corresponden al instrumento calibrado, cuya descripción se relaciona en este documento.

The results contained in this certificate correspond to the calibrated instrument, which description relates in this document.



Firmado digitalmente / Digitally Signed

Revisado por / Checked by:

Jefe Servicio Técnico; Eduargo Vega.

Calibrado por / Calibrated by:

Elberto Suárez
Técnico especialista

Este informe expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total ni parcialmente. Los resultados contenidos en este reporte se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. La empresa HEMAQ, no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados. Este certificado cumple con los requerimientos de la Norma ISO 17025