

18.09.2026

Zweckbestimmung Radialert Triage Version 5.0

Sehr geehrte Frau Dr. Feld,

Radialert Triage 5.0 unterstützt den ärztlichen Dienst bei der Priorisierung von Untersuchungen in einer Arbeitsliste. Die Anwendung verarbeitet die in der freigegebenen Schnittstellenspezifikation bezeichneten Bildserien und erzeugt eine zusätzliche Markierung. Die Markierung ersetzt weder die Befundung noch die Prüfung sämtlicher bereitgestellter Untersuchungen durch qualifiziertes Personal. Ohne Markierung darf eine Untersuchung nicht allein deshalb von der Bearbeitung ausgeschlossen werden.

Dieses Dokument beschreibt die Version 5.0. Die Softwarelieferung für Ihr Haus wird nach der gegenwärtigen Planung die Version 5.1 enthalten. Ein ergänzendes Dokument zum Unterschied zwischen diesen Versionen ist angefordert. Die hier beschriebene Zweckbestimmung darf deshalb nicht ohne Abgleich als abschließende Beschreibung der angelieferten Version verwendet werden. In der Vorführung war eine neu gestaltete Priorisierungsanzeige zu sehen.

Der Betrieb ist auf dem lokalen System des Hauses vorgesehen. Die Schnittstelle übergibt Untersuchung und interne Kennung gemeinsam. Wird die Verbindung zum Bildarchiv unterbrochen, muss die Arbeitsliste den Ausfall erkennbar anzeigen. Die Befundung muss über die vorhandenen klinischen Verfahren weiter möglich sein. Der Hersteller stellt Wartung und Updates nach einem gesonderten Plan bereit.

Die Unterlagen zur Konformität und die Gebrauchsanweisung werden als gesondertes Paket geliefert. Dieses Schreiben stellt keine Konformitätserklärung dar und enthält keine Bestätigung einer bereits erfolgten Abnahme im Krankenhaus. Bitte teilen Sie uns die konkret vorgesehenen Untersuchungsarten und Arbeitsabläufe mit, damit wir diese mit dem freigegebenen Einsatzbereich abgleichen können.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Eva Riedel | Produktmanagement