

Datei: emails/2026-05-30_betreiber_an_support_unfall.eml

Von	betrieb@muenchner-feinlogistik.example
An	support@vellbruck-robotics.example
Datum	Mon, 01 Jun 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Unfall Halle 12 - LumaMove LM-104

Bei uns gab es gestern eine Kollision. Wir haben an den Schutzfeldern nichts Illegales gemacht, sondern nur das Admin-Menü benutzt. Bitte keine Schuldzuweisung, wir brauchen eine pragmatische Lösung.

Datei: emails/2026-06-01_ceo_an_kanzlei_robotik_krise.eml

Von	adelheid.vellbruck@vellbruck-robotics.example
An	leonie.rottkamp@hagemann-rottkamp.example
Datum	Mon, 01 Jun 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Robotik-Krise: bitte heute erstes Ampelbild

Wir brauchen heute eine belastbare erste Einschätzung zu Marktüberwachung, Unfall, Patch und Pflegepilot. Bitte besonders klären, ob wir selbst etwas melden müssen und ob der Patch ohne neue Konformitätsrunde raus darf.

Datei: emails/2026-06-01_klinik_datenschutz_atlascare.eml

Von	datenschutz@ludgerus-klinik.example
An	samira.otten@vellbruck-robotics.example
Datum	Mon, 01 Jun 2026 09:18:00 +0200
Betreff	AtlasCare Pilot - Datenschutzfragen

Die Stationsleitung meldet, dass Patientinnen den Roboter als Überwachungsgerät wahrnehmen. Bitte senden Sie uns DSFA, Betroffeneninformation, Sensorliste und Löschkonzept.

Datei: emails/2026-06-01_security_an_legal_patch_271.eml

Von	jasper.rodenwald@vellbruck-robotics.example
An	legal@vellbruck-robotics.example
Datum	Mon, 01 Jun 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Patch 2.7.1 / Legacy Update Channel

Der Legacy-Modus ist aus meiner Sicht nicht mehr vertretbar. Technisch kann ich ihn remote deaktivieren.
Problem: Einige Kunden verlieren dann vorübergehend Flottenfunktionen.

Datei: emails/2026-06-01_versicherer_fragen.eml

Von	claims@donau-isar-industrie.example
An	legal@vellbruck-robotics.example
Datum	Mon, 01 Jun 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Deckungsvorbehalt Robotikvorfall

Vor Deckungsentscheidung benötigen wir Produktakte, Wartungsnachweise, Rückrufentscheidung, Behördenkorrespondenz und eine Darstellung der Betreiberänderungen.

Datei: logs/lumamove_eventlog_2026-05-27.csv

timestamp	unit	event	zone	speed_m_s	operator	comment
2026-05-27T08:00:14+02:00	LM-100	route recalculated	Halle-1	0.2	system	Parameter nicht abschließend plausibilisiert
2026-05-27T08:05:14+02:00	LM-101	human detected	Halle-2	0.37	nachtmeister	
2026-05-27T08:10:14+02:00	LM-102	protective field reduced	Halle-3	0.54	remote-admin	
2026-05-27T08:15:14+02:00	LM-103	manual override	Halle-4	0.71	service	
2026-05-27T08:20:14+02:00	LM-104	near miss	Halle-1	0.88	system	
2026-05-27T08:25:14+02:00	LM-105	emergency stop	Halle-2	1.05	nachtmeister	
2026-05-27T08:30:14+02:00	LM-106	remote config sync	Halle-3	1.22	remote-admin	
2026-05-27T08:35:14+02:00	LM-107	battery warning	Halle-4	0.2	service	
2026-05-27T08:40:14+02:00	LM-108	route recalculated	Halle-1	0.37	system	
2026-05-27T08:45:14+02:00	LM-100	human detected	Halle-2	0.54	nachtmeister	
2026-05-27T08:50:14+02:00	LM-101	protective field reduced	Halle-3	0.71	remote-admin	
2026-05-27T08:55:14+02:00	LM-102	manual override	Halle-4	0.88	service	
2026-05-27T09:00:14+02:00	LM-103	near miss	Halle-1	1.05	system	
2026-05-27T09:05:14+02:00	LM-104	emergency stop	Halle-2	1.22	nachtmeister	Parameter nicht abschließend plausibilisiert
2026-05-27T09:10:14+02:00	LM-105	remote config sync	Halle-3	0.2	remote-admin	
2026-05-27T09:15:14+02:00	LM-106	battery warning	Halle-4	0.37	service	
2026-05-27T09:20:14+02:00	LM-107	route recalculated	Halle-1	0.54	system	
2026-05-27T09:25:14+02:00	LM-108	human detected	Halle-2	0.71	nachtmeister	
2026-05-27T09:30:14+02:00	LM-100	protective field reduced	Halle-3	0.88	remote-admin	
2026-05-27T09:35:14+02:00	LM-101	manual override	Halle-4	1.05	service	
2026-05-27T09:40:14+02:00	LM-102	near miss	Halle-1	1.22	system	
2026-05-27T09:45:14+02:00	LM-103	emergency stop	Halle-2	0.2	nachtmeister	

timestamp	unit	event	zone	speed_m_s	operator	comment
2026-05-27T09:50:14+02:00	LM-104	remote config sync	Halle-3	0.37	remote-admin	
2026-05-27T09:55:14+02:00	LM-105	battery warning	Halle-4	0.54	service	
2026-05-27T10:00:14+02:00	LM-106	route recalculated	Halle-1	0.71	system	
2026-05-27T10:05:14+02:00	LM-107	human detected	Halle-2	0.88	nachtmeister	
2026-05-27T10:10:14+02:00	LM-108	protective field reduced	Halle-3	1.05	remote-admin	Parameter nicht abschließend plausibilisiert
2026-05-27T10:15:14+02:00	LM-100	manual override	Halle-4	1.22	service	
2026-05-27T10:20:14+02:00	LM-101	near miss	Halle-1	0.2	system	
2026-05-27T10:25:14+02:00	LM-102	emergency stop	Halle-2	0.37	nachtmeister	
2026-05-27T10:30:14+02:00	LM-103	remote config sync	Halle-3	0.54	remote-admin	
2026-05-27T10:35:14+02:00	LM-104	battery warning	Halle-4	0.71	service	
2026-05-27T10:40:14+02:00	LM-105	route recalculated	Halle-1	0.88	system	
2026-05-27T10:45:14+02:00	LM-106	human detected	Halle-2	1.05	nachtmeister	
2026-05-27T10:50:14+02:00	LM-107	protective field reduced	Halle-3	1.22	remote-admin	
2026-05-27T10:55:14+02:00	LM-108	manual override	Halle-4	0.2	service	
2026-05-27T11:00:14+02:00	LM-100	near miss	Halle-1	0.37	system	
2026-05-27T11:05:14+02:00	LM-101	emergency stop	Halle-2	0.54	nachtmeister	
2026-05-27T11:10:14+02:00	LM-102	remote config sync	Halle-3	0.71	remote-admin	
2026-05-27T11:15:14+02:00	LM-103	battery warning	Halle-4	0.88	service	Parameter nicht abschließend plausibilisiert
2026-05-27T11:20:14+02:00	LM-104	route recalculated	Halle-1	1.05	system	
2026-05-27T11:25:14+02:00	LM-105	human detected	Halle-2	1.22	nachtmeister	
2026-05-27T11:30:14+02:00	LM-106	protective field reduced	Halle-3	0.2	remote-admin	
2026-05-27T11:35:14+02:00	LM-107	manual override	Halle-4	0.37	service	
2026-05-27T11:40:14+02:00	LM-108	near miss	Halle-1	0.54	system	

timestamp	unit	event	zone	speed_m_s	operator	comment
2026-05-27T1 1:45:14+02:00	LM-100	emergency stop	Halle-2	0.71	nachtmeister	
2026-05-27T1 1:50:14+02:00	LM-101	remote config sync	Halle-3	0.88	remote-admin	
2026-05-27T1 1:55:14+02:00	LM-102	battery warning	Halle-4	1.05	service	
2026-05-27T1 2:00:14+02:00	LM-103	route recalculated	Halle-1	1.22	system	
2026-05-27T1 2:05:14+02:00	LM-104	human detected	Halle-2	0.2	nachtmeister	
2026-05-27T1 2:10:14+02:00	LM-105	protective field reduced	Halle-3	0.37	remote-admin	
2026-05-27T1 2:15:14+02:00	LM-106	manual override	Halle-4	0.54	service	
2026-05-27T1 2:20:14+02:00	LM-107	near miss	Halle-1	0.71	system	Parameter nicht abschließend plausibilisiert
2026-05-27T1 2:25:14+02:00	LM-108	emergency stop	Halle-2	0.88	nachtmeister	
2026-05-27T1 2:30:14+02:00	LM-100	remote config sync	Halle-3	1.05	remote-admin	
2026-05-27T1 2:35:14+02:00	LM-101	battery warning	Halle-4	1.22	service	
2026-05-27T1 2:40:14+02:00	LM-102	route recalculated	Halle-1	0.2	system	
2026-05-27T1 2:45:14+02:00	LM-103	human detected	Halle-2	0.37	nachtmeister	
2026-05-27T1 2:50:14+02:00	LM-104	protective field reduced	Halle-3	0.54	remote-admin	
2026-05-27T1 2:55:14+02:00	LM-105	manual override	Halle-4	0.71	service	
2026-05-27T1 3:00:14+02:00	LM-106	near miss	Halle-1	0.88	system	
2026-05-27T1 3:05:14+02:00	LM-107	emergency stop	Halle-2	1.05	nachtmeister	
2026-05-27T1 3:10:14+02:00	LM-108	remote config sync	Halle-3	1.22	remote-admin	
2026-05-27T1 3:15:14+02:00	LM-100	battery warning	Halle-4	0.2	service	
2026-05-27T1 3:20:14+02:00	LM-101	route recalculated	Halle-1	0.37	system	
2026-05-27T1 3:25:14+02:00	LM-102	human detected	Halle-2	0.54	nachtmeister	Parameter nicht abschließend plausibilisiert
2026-05-27T1 3:30:14+02:00	LM-103	protective field reduced	Halle-3	0.71	remote-admin	
2026-05-27T1 3:35:14+02:00	LM-104	manual override	Halle-4	0.88	service	

timestamp	unit	event	zone	speed_m_s	operator	comment
2026-05-27T13:40:14+02:00	LM-105	near miss	Halle-1	1.05	system	
2026-05-27T13:45:14+02:00	LM-106	emergency stop	Halle-2	1.22	nachtmeister	
2026-05-27T13:50:14+02:00	LM-107	remote config sync	Halle-3	0.2	remote-admin	
2026-05-27T13:55:14+02:00	LM-108	battery warning	Halle-4	0.37	service	
2026-05-27T14:00:14+02:00	LM-100	route recalculated	Halle-1	0.54	system	
2026-05-27T14:05:14+02:00	LM-101	human detected	Halle-2	0.71	nachtmeister	
2026-05-27T14:10:14+02:00	LM-102	protective field reduced	Halle-3	0.88	remote-admin	
2026-05-27T14:15:14+02:00	LM-103	manual override	Halle-4	1.05	service	
2026-05-27T14:20:14+02:00	LM-104	near miss	Halle-1	1.22	system	
2026-05-27T14:25:14+02:00	LM-105	emergency stop	Halle-2	0.2	nachtmeister	
2026-05-27T14:30:14+02:00	LM-106	remote config sync	Halle-3	0.37	remote-admin	Parameter nicht abschließend plausibilisiert
2026-05-27T14:35:14+02:00	LM-107	battery warning	Halle-4	0.54	service	
2026-05-27T14:40:14+02:00	LM-108	route recalculated	Halle-1	0.71	system	
2026-05-27T14:45:14+02:00	LM-100	human detected	Halle-2	0.88	nachtmeister	
2026-05-27T14:50:14+02:00	LM-101	protective field reduced	Halle-3	1.05	remote-admin	
2026-05-27T14:55:14+02:00	LM-102	manual override	Halle-4	1.22	service	
2026-05-27T15:00:14+02:00	LM-103	near miss	Halle-1	0.2	system	
2026-05-27T15:05:14+02:00	LM-104	emergency stop	Halle-2	0.37	nachtmeister	
2026-05-27T15:10:14+02:00	LM-105	remote config sync	Halle-3	0.54	remote-admin	
2026-05-27T15:15:14+02:00	LM-106	battery warning	Halle-4	0.71	service	
2026-05-27T15:20:14+02:00	LM-107	route recalculated	Halle-1	0.88	system	
2026-05-27T15:25:14+02:00	LM-108	human detected	Halle-2	1.05	nachtmeister	
2026-05-27T15:30:14+02:00	LM-100	protective field reduced	Halle-3	1.22	remote-admin	

timestamp	unit	event	zone	speed_m_s	operator	comment
2026-05-27T1 5:35:14+02:00	LM-101	manual override	Halle-4	0.2	service	Parameter nicht abschließend plausibilisiert
2026-05-27T1 5:40:14+02:00	LM-102	near miss	Halle-1	0.37	system	
2026-05-27T1 5:45:14+02:00	LM-103	emergency stop	Halle-2	0.54	nachtmeister	
2026-05-27T1 5:50:14+02:00	LM-104	remote config sync	Halle-3	0.71	remote-admin	
2026-05-27T1 5:55:14+02:00	LM-105	battery warning	Halle-4	0.88	service	
2026-05-27T1 6:00:14+02:00	LM-106	route recalculated	Halle-1	1.05	system	
2026-05-27T1 6:05:14+02:00	LM-107	human detected	Halle-2	1.22	nachtmeister	
2026-05-27T1 6:10:14+02:00	LM-108	protective field reduced	Halle-3	0.2	remote-admin	
2026-05-27T1 6:15:14+02:00	LM-100	manual override	Halle-4	0.37	service	
2026-05-27T1 6:20:14+02:00	LM-101	near miss	Halle-1	0.54	system	
2026-05-27T1 6:25:14+02:00	LM-102	emergency stop	Halle-2	0.71	nachtmeister	
2026-05-27T1 6:30:14+02:00	LM-103	remote config sync	Halle-3	0.88	remote-admin	
2026-05-27T1 6:35:14+02:00	LM-104	battery warning	Halle-4	1.05	service	
2026-05-27T1 6:40:14+02:00	LM-105	route recalculated	Halle-1	1.22	system	Parameter nicht abschließend plausibilisiert
2026-05-27T1 6:45:14+02:00	LM-106	human detected	Halle-2	0.2	nachtmeister	
2026-05-27T1 6:50:14+02:00	LM-107	protective field reduced	Halle-3	0.37	remote-admin	
2026-05-27T1 6:55:14+02:00	LM-108	manual override	Halle-4	0.54	service	
2026-05-27T1 7:00:14+02:00	LM-100	near miss	Halle-1	0.71	system	
2026-05-27T1 7:05:14+02:00	LM-101	emergency stop	Halle-2	0.88	nachtmeister	
2026-05-27T1 7:10:14+02:00	LM-102	remote config sync	Halle-3	1.05	remote-admin	
2026-05-27T1 7:15:14+02:00	LM-103	battery warning	Halle-4	1.22	service	
2026-05-27T1 7:20:14+02:00	LM-104	route recalculated	Halle-1	0.2	system	
2026-05-27T1 7:25:14+02:00	LM-105	human detected	Halle-2	0.37	nachtmeister	

timestamp	unit	event	zone	speed_m_s	operator	comment
2026-05-27T17:30:14+02:00	LM-106	protective field reduced	Halle-3	0.54	remote-admin	
2026-05-27T17:35:14+02:00	LM-107	manual override	Halle-4	0.71	service	
2026-05-27T17:40:14+02:00	LM-108	near miss	Halle-1	0.88	system	
2026-05-27T17:45:14+02:00	LM-100	emergency stop	Halle-2	1.05	nachtmeister	Parameter nicht abschließend plausibilisiert
2026-05-27T17:50:14+02:00	LM-101	remote config sync	Halle-3	1.22	remote-admin	
2026-05-27T17:55:14+02:00	LM-102	battery warning	Halle-4	0.2	service	
2026-05-27T18:00:14+02:00	LM-103	route recalculated	Halle-1	0.37	system	
2026-05-27T18:05:14+02:00	LM-104	human detected	Halle-2	0.54	nachtmeister	
2026-05-27T18:10:14+02:00	LM-105	protective field reduced	Halle-3	0.71	remote-admin	
2026-05-27T18:15:14+02:00	LM-106	manual override	Halle-4	0.88	service	
2026-05-27T18:20:14+02:00	LM-107	near miss	Halle-1	1.05	system	
2026-05-27T18:25:14+02:00	LM-108	emergency stop	Halle-2	1.22	nachtmeister	
2026-05-27T18:30:14+02:00	LM-100	remote config sync	Halle-3	0.2	remote-admin	
2026-05-27T18:35:14+02:00	LM-101	battery warning	Halle-4	0.37	service	
2026-05-27T18:40:14+02:00	LM-102	route recalculated	Halle-1	0.54	system	
2026-05-27T18:45:14+02:00	LM-103	human detected	Halle-2	0.71	nachtmeister	
2026-05-27T18:50:14+02:00	LM-104	protective field reduced	Halle-3	0.88	remote-admin	Parameter nicht abschließend plausibilisiert
2026-05-27T18:55:14+02:00	LM-105	manual override	Halle-4	1.05	service	
2026-05-27T19:00:14+02:00	LM-106	near miss	Halle-1	1.22	system	
2026-05-27T19:05:14+02:00	LM-107	emergency stop	Halle-2	0.2	nachtmeister	
2026-05-27T19:10:14+02:00	LM-108	remote config sync	Halle-3	0.37	remote-admin	
2026-05-27T19:15:14+02:00	LM-100	battery warning	Halle-4	0.54	service	
2026-05-27T19:20:14+02:00	LM-101	route recalculated	Halle-1	0.71	system	

timestamp	unit	event	zone	speed_m_s	operator	comment
2026-05-27T1 9:25:14+02:00	LM-102	human detected	Halle-2	0.88	nachtmeister	
2026-05-27T1 9:30:14+02:00	LM-103	protective field reduced	Halle-3	1.05	remote-admin	
2026-05-27T1 9:35:14+02:00	LM-104	manual override	Halle-4	1.22	service	
2026-05-27T1 9:40:14+02:00	LM-105	near miss	Halle-1	0.2	system	
2026-05-27T1 9:45:14+02:00	LM-106	emergency stop	Halle-2	0.37	nachtmeister	
2026-05-27T1 9:50:14+02:00	LM-107	remote config sync	Halle-3	0.54	remote-admin	
2026-05-27T1 9:55:14+02:00	LM-108	battery warning	Halle-4	0.71	service	Parameter nicht abschließend plausibilisiert
2026-05-27T2 0:00:14+02:00	LM-100	route recalculated	Halle-1	0.88	system	
2026-05-27T2 0:05:14+02:00	LM-101	human detected	Halle-2	1.05	nachtmeister	
2026-05-27T2 0:10:14+02:00	LM-102	protective field reduced	Halle-3	1.22	remote-admin	
2026-05-27T2 0:15:14+02:00	LM-103	manual override	Halle-4	0.2	service	
2026-05-27T2 0:20:14+02:00	LM-104	near miss	Halle-1	0.37	system	
2026-05-27T2 0:25:14+02:00	LM-105	emergency stop	Halle-2	0.54	nachtmeister	
2026-05-27T2 0:30:14+02:00	LM-106	remote config sync	Halle-3	0.71	remote-admin	
2026-05-27T2 0:35:14+02:00	LM-107	battery warning	Halle-4	0.88	service	
2026-05-27T2 0:40:14+02:00	LM-108	route recalculated	Halle-1	1.05	system	
2026-05-27T2 0:45:14+02:00	LM-100	human detected	Halle-2	1.22	nachtmeister	
2026-05-27T2 0:50:14+02:00	LM-101	protective field reduced	Halle-3	0.2	remote-admin	
2026-05-27T2 0:55:14+02:00	LM-102	manual override	Halle-4	0.37	service	
2026-05-27T2 1:00:14+02:00	LM-103	near miss	Halle-1	0.54	system	Parameter nicht abschließend plausibilisiert
2026-05-27T2 1:05:14+02:00	LM-104	emergency stop	Halle-2	0.71	nachtmeister	
2026-05-27T2 1:10:14+02:00	LM-105	remote config sync	Halle-3	0.88	remote-admin	
2026-05-27T2 1:15:14+02:00	LM-106	battery warning	Halle-4	1.05	service	

Datei: tabellen/offene_unterlagen_matrix.csv

Dokument	Vorhanden	Version	Lücke	Priorität
EU-Konformitätserklärung LumaMove	ja	draft 0.8	Unterzeichner und Normenliste unklar	rot
Risikobeurteilung Werkbank C7	ja	2026-03-11	Update 2.7.1 nicht abgebildet	rot
DSFA AtlasCare	teilweise	2026-05-02	Betroffeneninformation Pflegekräfte fehlt	rot
SBOM VellNet Control	teilweise	export 2026-05-31	FOSS-Lizenzen nicht vollständig	gelb
Wartungsnachweis Betreiber	nein	-	Schutzfeldänderung ungeklärt	rot
Betriebsunterweisung Halle 12	teilweise	2026-02-14	Schichtteam B fehlt	gelb

Tabellenblatt: Risikoampel

Bereich	Risiko	Beleg	Ampel	Sofortmaßnahme	Owner
Maschinenrecht	Schutzfeldänderung nach Auslieferung	Eventlog 27.05.2026	rot	Konfigurationsfreigeze und Betreiberstatement	QM
KI-VO	Zweckwechsel AtlasCare von Assistenz zu Triage-Nähe	Pilotprotokoll Klinik	rot	Funktionsumfang schriftlich begrenzen	Legal
Datenschutz	Kamera/Mikrofon im Patientenzimmer	Beschwerde Schwester R.	rot	DSFA und Information nachziehen	DPO
Cyber	Updatekanal ohne Signaturprüfung im Legacy-Mode	Security Ticket VR-884	rot	Patchplan mit Validierung	Security
Produkthaftung	Marketing übersteigt Zweckbestimmung	Sales Deck Q2	gelb	Vertriebsfreigabe stoppen	Sales
Vertrag	RaaS-Haftungsbegrenzung möglicherweise AGB-riskant	Betreibervertrag § 14	gelb	Redline und Vergleichsfenster	Legal

Tabellenblatt: Produktlinien

Produkt	Typ	Zweck	KI-Funktion	Status
Werkbank C7	Cobot-Zelle	Montageassistenz	Kraft-/Bildsensorik	Serie
LumaMove AMR	Mobile Flotte	Intralogistik	Routenoptimierung	Pilot/Serie gemischt
AtlasCare	Assistenzroboter Pflege	Sturz-/Bringdienst	Personenerkennung	Pilot

Tabellenblatt: Fristen

Frist	Quelle	Datum	Verantwortlich
Behördenantwort	Anschreiben Marktüberwachung	2026-06-19	Legal/QM
Patchentscheidung	Security Ticket	2026-06-04	CTO
Versicherer	Deckungsanfrage	2026-06-07	CFO/Legal
Betriebsrat	Sitzung	2026-06-05	HR/Legal

Mandatsaufnahme und Krisenlage

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 01.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Telefonat 01.06.2026 08:12, Unterlagenanforderung der Marktüberwachung, Unfall Lagerhalle 12. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Telefonat 01.06.2026 08:12: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Unterlagenanforderung der Marktüberwachung: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Unfall Lagerhalle 12: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Cybermeldung vom Wochenende: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Pflegepilot mit Datenschutzbeschwerde: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne

Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Beteiligte und Rollenmatrix

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 02.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Hersteller/Integrator/Betreiber, Cloudanbieter und KI-Modelllieferant, Sensorlieferant OptiSense S.A.. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Hersteller/Integrator/Betreiber: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Cloudanbieter und KI-Modelllieferant: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Sensorlieferant OptiSense S.A.: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Wartungspartner Schärlein Automation: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Versicherer und Behörden: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne

Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Produktübersicht und Zweckbestimmung

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 03.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Werkbank C7 als kollaborierende Roboterzelle, LumaMove AMR als mobile Intralogistikflotte, AtlasCare Pflegepilot als Assistenzsystem. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Werkbank C7 als kollaborierende Roboterzelle: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

LumaMove AMR als mobile Intralogistikflotte: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

AtlasCare Pflegepilot als Assistenzsystem: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

VellNet Control als Cloud/Flottenplattform: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Grenzen der bestimmungsgemäßen Verwendung: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne

Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Betreibervertrag und Wartung

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 04.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Robot-as-a-Service, SLA und Updatefenster, Verbot der Schutzfeldänderung. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Robot-as-a-Service: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

SLA und Updatefenster: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Verbot der Schutzfeldänderung: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Haftungsbegrenzung: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Datenzugang und Audit: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne

Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Unfallbericht Lagerhalle

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 05.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Kollision am 27.05.2026, geänderte Schutzfeldparameter, Schichtdruck vor Feiertag. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Kollision am 27.05.2026: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

geänderte Schutzfeldparameter: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Schichtdruck vor Feiertag: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Betriebsrat und Unterweisung: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Logdaten und Video: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne

Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Marktüberwachung und Unterlagenanforderung

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 06.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Anfrage Regierung von Oberbayern, technische Dokumentation, EU-Konformitätserklärung. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Anfrage Regierung von Oberbayern: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

technische Dokumentation: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

EU-Konformitätserklärung: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Anleitungssprache: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Frist und Kommunikationslinie: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne

Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Datenschutzbeschwerde Pflegepilot

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 07.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Kamera und Mikrofon im Zimmer, Sturzerkennung, Emotion-/Stressindikatoren. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Kamera und Mikrofon im Zimmer: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Sturzerkennung: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Emotion-/Stressindikatoren: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Patienten und Pflegekräfte: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

DSFA und Transparenz: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne

Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Cybersecurity und Patch-Dilemma

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 08.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Updatekanal, SBOM, CVE-Meldung. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Updatekanal: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

SBOM: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

CVE-Meldung: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Remote-Patch ohne Revalidierung: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

CRA-Fristen und Meldeprozess: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne

Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

KI-VO Klassifizierung und Zweckwechsel

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 09.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Art.-3-Prüfung, Sicherheitskomponente, Anhang III Beschäftigung/Pflege. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Art.-3-Prüfung: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Sicherheitskomponente: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Anhang III Beschäftigung/Pflege: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Zweckänderung durch Betreiber: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Human Oversight: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne

Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Produkthaftung, Mitverschulden, Beweislast

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 10.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Produktfehler, berechnigte Sicherheitserwartung, Betreiberfehler. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Produktfehler: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

berechtigte Sicherheitserwartung: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Betreiberfehler: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Update als digitaler Dienst: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Offenlegung technischer Unterlagen: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne

Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Beschlussvorlage Geschäftsführung

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 11.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Sofortmaßnahmen, Kommunikation, Budget. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Sofortmaßnahmen: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Kommunikation: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Budget: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

externe Sachverständige: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Rückrufschwelle: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne

Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

CE-Akte: Lückenliste und Nachforderungen

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 12.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft CE, technische Dokumentation, Risikobeurteilung. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

CE: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

technische Dokumentation: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Risikobeurteilung: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Anleitung: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der

Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics

GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Risikobeurteilung Auszug: mechanisch, elektrisch, digital

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 13.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Gefährdungen, Risikominderung, Validierung. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Gefährdungen: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Risikominderung: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Validierung: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder

verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Betriebsanleitung: Widersprüche und Warnhinweise

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 14.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Sprache, Warnungen, Zielgruppen. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Sprache: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Warnungen: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Zielgruppen: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder

verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Marketingfolien und Zweckbestimmung

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 15.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Werbung, Autonomie, KI. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Werbung: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Autonomie: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

KI: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Sicherheit: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der

Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics

GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

EU-Konformitätserklärung Entwurf

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 16.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Unterzeichner, Normen, Produkte. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Unterzeichner: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Normen: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Produkte: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder

verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Sicherheitsfunktionen im KI-Modul

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 17.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Safety, KI, Sensorfusion. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Safety: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

KI: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Sensorfusion: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder

verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Human-Oversight-Konzept

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 18.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Override, Not-Halt, Rollen. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Override: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Not-Halt: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Rollen: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder

verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Post-Market-Monitoring-Plan

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 19.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Vorfälle, Reklamationen, Trends. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Vorfälle: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Reklamationen: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Trends: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder

verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Field-Action-Plan Patch 2.7.1

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 20.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Patch, Kunden, Validierung. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Patch: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Kunden: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Validierung: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder

verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Safety-Gate-Check und öffentliche Warnung

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 21.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Meldeschwelle, Sprache, Risiko. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Meldeschwelle: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Sprache: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Risiko: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder

verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Fragenkatalog des Versicherers

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 22.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Deckung, Rückrufrkosten, Abwehr. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Deckung: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Rückrufrkosten: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Abwehr: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder

verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Lieferantenvertrag OptiSense S.A.

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 23.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Sensoren, Haftung, Daten. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Sensoren: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Haftung: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Daten: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder

verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

FOSS- und SBOM-Auswertung

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 24.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Open Source, Dependencies, CVE. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Open Source: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Dependencies: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

CVE: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder

verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Cloud-Datenfluss VellNet Control

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 25.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Edge, Cloud, Telemetrie. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Edge: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Cloud: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Telemetrie: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder

verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Data Act und Roboterdaten

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 26.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Nutzerzugang, B2B, Geheimnisse. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Nutzerzugang: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

B2B: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Geheimnisse: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder

verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

DSFA-Entwurf AtlasCare

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 27.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Patienten, Pflegekräfte, Risiko. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Patienten: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Pflegekräfte: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Risiko: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder

verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Betriebsrat: Sitzungsnotiz und Forderungen

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 28.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Mitbestimmung, Überwachung. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Mitbestimmung: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Überwachung: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders

gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Unterweisung Lagerpersonal

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 29.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Betrieb, Schulung, Betriebsanweisung. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Betrieb: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Schulung: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Betriebsanweisung: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder

verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Wartungsprotokolle und Lücken

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 30.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Service, Kalibrierung, Remotezugriff. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Service: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Kalibrierung: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Remotezugriff: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder

verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Update- und Change-Control-Akte

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 31.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Freigabe, Versionen, Zweckänderung. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Freigabe: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Versionen: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Zweckänderung: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder

verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

MDR-Nähe Pflegepilot

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 32.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Medizinprodukt oder Assistenz?. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Medizinprodukt oder Assistenz?: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne

Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Patienteninformation Entwurf

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 33.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Transparenz, Einwilligung, Aufklärung. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Transparenz: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Einwilligung: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Aufklärung: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder

verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Beschaffung Klinik und Lastenheft

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 34.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Vergabe, Kriterien, Abnahme. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Vergabe: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Kriterien: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Abnahme: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder

verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Arbeitsschutz und Gefährdungsbeurteilung

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 35.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Betrieb, Verkehrswege, Prüfung. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Betrieb: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Verkehrswege: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Prüfung: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder

verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Sachverständigenbriefing

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 36.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Hypothesen, Logs, Tests. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Hypothesen: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Logs: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tests: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder

verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Beweismatrix Unfall

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 37.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Beweise, Zeugen, Dokumente. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Beweise: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Zeugen: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Dokumente: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder

verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Klageskizze Geschädigter

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 38.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Ansprüche, Beweis, Schaden. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Ansprüche: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Beweis: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Schaden: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder

verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Verteidigungslinie Vellbruck

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 30.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Einwendungen, Betreiberfehler. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Einwendungen: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Betreiberfehler: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders

gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Regress gegen Lieferkette

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 40.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Sensor, Cloud, Wartung. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Sensor: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Cloud: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Wartung: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder

verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Presse-Q&A

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 41.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Krisenkommunikation. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Krisenkommunikation: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne

Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Behördenantwort Entwurf

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 42.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Unterlagen, Maßnahmen, Vorbehalt. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Unterlagen: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Maßnahmen: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Vorbehalt: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder

verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Vorstandsmemo Risikooptionen

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 43.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Optionen, Kosten, Entscheidungen. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Optionen: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Kosten: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Entscheidungen: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder

verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Export- und Drittstaatenhinweis

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 44.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Drittstaat, Dual-Use, Sanktionen. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Drittstaat: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Dual-Use: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Sanktionen: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder

verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Normenrechercheplan

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 45.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft harmonisierte Normen, Stand der Technik. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

harmonisierte Normen: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Stand der Technik: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders

gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Agile Compliance Gates

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 46.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Definition of Done, Release Board. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Definition of Done: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Release Board: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders

gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Privacy-by-Design-Sprint

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 47.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Sensorik, Minimierung, Löschung. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Sensorik: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Minimierung: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Löschung: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder

verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Security-by-Design-Sprint

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 48.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Threat Model, SBOM, Patch. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Threat Model: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

SBOM: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Patch: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder

verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Barrierefreiheit und Interface

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 49.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Nutzerführung, Inklusion. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Nutzerführung: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Inklusion: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders

gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Krisenstab Chat-Transkript

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 51.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Fragmente, Druck, Entscheidungen. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Fragmente: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Druck: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Entscheidungen: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder

verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Kundenmail Korrekturmaßnahme

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 52.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Field Action, Patch, Schulung. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Field Action: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Patch: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Schulung: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder

verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Abschlussvermerk offene Fragen

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 53.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft Lücken, nächste Schritte. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

Lücken: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

nächste Schritte: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders

gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Quellencheck Robotikrecht

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 54.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Aktenstück betrifft amtliche Quellen, Livecheck. Es ist nicht abschließend freigegeben. Die technische Seite spricht in Versionen, Tickets und Parametern; die rechtliche Seite muss daraus Rollen, Zweckbestimmung, Pflichtenkreis und Beweisrisiko bilden.

Einzelpunkte

amtliche Quellen: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Livecheck: Die Akte enthält hierzu widersprüchliche Hinweise. Für die rechtliche Bewertung muss geklärt werden, ob die Aussage aus Vertrag, Anleitung, Produktakte, Marketing, Logdaten oder nachträglicher Krisenkommunikation stammt.

Tatsachenstand

Die Unterlage ist bewusst nicht glatt: Vertrieb, Technik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Geschäftsführung verwenden nicht immer dieselben Produktnamen. Gerade daraus entsteht das juristische Problem, weil Zweckbestimmung, tatsächliche Nutzung, Werbeaussage und Updatepraxis auseinanderlaufen.

Für die rechtliche Bewertung müssen die technischen Annahmen jeweils mit der Produktakte abgeglichen werden. Eine Risikobeurteilung, die nur den Laborzustand beschreibt, trägt den Pilotbetrieb im Lager oder im Pflegezimmer nicht automatisch.

Die Akte enthält mehrere Spuren, die sich gegenseitig widersprechen: Der Betreiber spricht von einem autonomen Flottensystem, die CE-Unterlage von einem assistierten Transportmittel, die Marketingfolien von lernender Umgebungserkennung und die Bedienungsanleitung von festen Sicherheitszonen.

Die Kanzlei soll keine finale technische Konformität bescheinigen, sondern entscheiden, welche Unterlagen fehlen, welche Sofortmaßnahmen nötig sind und welche Aussagen gegenüber Behörde, Kunden, Versicherer und Betroffenen vertretbar sind.

Detailnotizen

Punkt 1

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 2

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 3

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 4

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 5

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders

gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 6

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Punkt 7

Im Gespräch mit Leonie Rottkamp, Bertram Kiendl und Jasper Rodenwald wurde deutlich, dass die Produktlinie nicht mit einer einzigen rechtlichen Schublade erfasst werden kann. Die Vellbruck Robotics GmbH liefert Hardware, Steuerungssoftware, Cloudfunktionen, Wartung und gelegentlich eine kundenspezifische Parametrisierung. Beim Betreiber Münchner Feinlogistik GmbH wurden Schutzfelder verändert, ohne dass klar ist, ob dies vom Admin-Panel gedeckt oder nur technisch möglich war. Der Pflegepilot im St.-Ludgerus-Klinikum München-Sendling verschärft die Lage, weil dort Sensorik, vulnerable Personen und medizinische Nähe zusammentreffen.

Für die anwaltliche Bearbeitung sollte zu diesem Punkt eine Belegspur angelegt werden: Dokument, Version, Datum, Verfasser, technische Quelle, rechtliche Relevanz und offene Rückfrage. Besonders gefährlich sind Formulierungen wie „selbstlernend“, „voll autonom“, „MDR-ready“, „sicher ohne Schutzzaun“ oder „keine personenbezogenen Daten“, wenn die technische Dokumentation das nicht trägt.

Offene Rückfragen

Welche Firmware war am Unfalltag tatsächlich aktiv?

Welche Zweckbestimmung steht in der final ausgelieferten Anleitung?

Welche Schutzfeldänderungen waren technisch möglich und vertraglich erlaubt?

Welche personenbezogenen Daten werden lokal, in der Cloud und in Supporttickets verarbeitet?

Welche Aussagen wurden gegenüber Kunden, Behörde und Versicherer bereits gemacht?

Mandantenbrief Unterlagenanforderung

Ausgangslage

Ausgangslage 1: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Ausgangslage 2: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Ausgangslage 3: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Rechtliche Kernrisiken

Rechtliche Kernrisiken 1: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Rechtliche Kernrisiken 2: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Rechtliche Kernrisiken 3: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Sofortmaßnahmen

Sofortmaßnahmen 1: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Sofortmaßnahmen 2: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Sofortmaßnahmen 3: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Entscheidungspunkte

Entscheidungspunkte 1: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Entscheidungspunkte 2: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Entscheidungspunkte 3: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Anlagen und Nachweise

Anlagen und Nachweise 1: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Anlagen und Nachweise 2: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Anlagen und Nachweise 3: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Vorstandsvorlage Robotik-Krisenstab

Ausgangslage

Ausgangslage 1: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Ausgangslage 2: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Ausgangslage 3: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Rechtliche Kernrisiken

Rechtliche Kernrisiken 1: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Rechtliche Kernrisiken 2: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Rechtliche Kernrisiken 3: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Sofortmaßnahmen

Sofortmaßnahmen 1: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Sofortmaßnahmen 2: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Sofortmaßnahmen 3: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Entscheidungspunkte

Entscheidungspunkte 1: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Entscheidungspunkte 2: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Entscheidungspunkte 3: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Anlagen und Nachweise


Anlagen und Nachweise 1: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Anlagen und Nachweise 2: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Anlagen und Nachweise 3: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.



Datei: bilder/whiteboard_krisenboard_robotik.jpg



Bilddatei: whiteboard_krisenboard_robotik.jpg

Datei

PDF-Anhang: pdf/anschreiben_marktueberwachung_oberbayern.pdf

Unterlagenanforderung Marktüberwachung

Betreff

Bitte legen Sie technische Dokumentation, Risikobeurteilung, Konformitätserklärung, Anleitung, Normenliste und Maßnahmenplan für die Produktlinien LumaMove AMR und Werkbank C7 vor.

Hinweis

Die Behörde behält sich weitere Maßnahmen vor. Eine Bewertung der Konformität ist mit dieser Anforderung noch nicht verbunden.

Datei

PDF-Anhang: pdf/produktdatenblatt_atlascare_pilot.pdf

Produktdatenblatt AtlasCare Pilotfassung

Produkt

Assistenzroboter zur Unterstützung von Hol- und Bringdiensten, Sturzerkennung und Erinnerungsfunktionen in Pflegeeinrichtungen.

Achtung

Die Aussagen in diesem Datenblatt sind nicht konsistent mit allen internen Freigabedokumenten.

Datei

PDF-Anhang: pdf/security_researcher_report_vr_884.pdf

Security Researcher Report VR-884

Finding

Der Updatekanal akzeptierte im Legacy-Modus eine Paketmetadatei ohne erwartete Signaturprüfung. Die praktische Ausnutzbarkeit hängt von Netzwerkposition und Geräteversion ab.

Empfehlung

Sofortige Deaktivierung des Legacy-Modus, signiertes Update, Kundeninformation und forensische Sicherung der Serverlogs.