Prüfkarte R 14

Datum 19.10.2026
Von Merrensteg Elektrosysteme SE
An Zur Fallakte

Referenzblatt R-14 zeigt Baureihe 14a und eine Versorgung von 24 Volt. Der in der Ausgabe genannte Baustein 14b verlangt 48 Volt. Die Laborkollegin Friederike Kamm sperrte die Ausgabe vor der Bestellung und vermerkte 47 Minuten zur Klärung.