

Bildspur Laborbeobachtung S17

Klinikum Morgenhöhe | Testlabor | Bericht vom 5. Oktober 2026

1 Prüfumgebung

Der Test verwendet 40 synthetische CT-Serien mit einem vorab festgelegten Referenzbefund. Die Serien sind weder Bilder wirklicher Patienten noch eine repräsentative klinische Validierungsstichprobe. Der Versuch prüft die Darstellung und die Reaktion auf ausgewählte Bildmuster. Seine Kennzahlen dürfen nicht als Nachweis einer allgemeinen diagnostischen Leistungsfähigkeit verwendet werden.

2 Beobachtung S17

Die Referenzbeschreibung enthält eine auffällige Veränderung in einer hinteren Bildfolge. Version 2.0 erzeugte dort keinen Marker. In der Standardansicht waren zuerst andere markierte Bildbereiche sichtbar. Nach Auswahl der Gesamtserie konnte Dr. Wagenblast die betreffende Folge öffnen. Der technische Fehler lag daher nicht in einer vollständigen Löschung des Bildmaterials. Welche Eingabeschritte oder Modellmerkmale zum fehlenden Marker führten, wurde noch nicht untersucht.

Im geplanten Arbeitsablauf soll jede Ärztin und jeder Arzt die vollständige Serie eigenständig befunden. Im Test ist das nur für 28 von 40 Vorgängen im Viewer protokolliert. Die übrigen zwölf Einträge belegen keine vollständige Öffnung im Testfenster. Ob andere Wege genutzt wurden, ist nicht erfasst. Für eine Einführung wird ein überprüfbarer Ablauf benötigt; die bloße Zugänglichkeit beweist keine tatsächliche Sichtung.

3 Weiteres Vorgehen

Die Entwickler erhalten den synthetischen Datensatz und die Ereignisprotokolle im vereinbarten Testbereich. Der Zugriff auf echte Patientendaten wird dadurch nicht eröffnet. Ein neuer Test muss dieselben Ausfallbedingungen und den vorgeschlagenen Rückfallweg erfassen. Bis zu dessen Auswertung bleibt der Befund S17 als offener Fehler im Projekt bestehen.