

٦. يجب أن تكون المادة المستخدمة في الحملات مكتوبةً باللغة الإنجليزية عندما يكون الغرض منها مخاطبة الأشخاص المتخصصين وتضاف إليها اللغة العربية عندما يكون الغرض منها مخاطبة المستخدمين العاديين.

٧. استيفاء كافة الموافقات الالزمة من الجهات ذات العلاقة

٨. أي اشتراطات أخرى تطلبها الهيئة وتنشرها على موقعها الإلكتروني..

٢/٢٥ على الهيئة التأكيد من التزام القائمين على الحملات التوعوية والخيرية المتعلقة بالأجهزة والمستلزمات.

الطبية من تطبيق اشتراطات الهيئة.

المادة السادسة والعشرون:

ترافق الهيئة التزام مقدمي الرعاية الصحية بتطبيق اللوائح الفنية داخل مرافق الرعاية الصحية، للتأكد من سلامة الأجهزة والمستلزمات الطبية ومأمونيتها وكفايتها في التشخيص والعلاج.

اللائحة:

١/٢٦ على مقدمي الرعاية الصحية الالتزام بـ

١. متطلبات الاستخدام الآمن للأجهزة والمستلزمات الطبية والمشار إليها في متطلبات رقابة ما بعد التسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية.

٢. اشتراطات الهيئة لقسام الأشعة والطب النووي والعلاج الإشعاعي المنشورة على موقع الهيئة

٣. أي متطلبات أخرى تطلبها الهيئة وتنشرها على موقعها الإلكتروني.

٢/٢٦ على مقدمي الرعاية الصحية إجراء اختبارات توكييد الجودة النوعية للأجهزة الأشعة والتصوير الطبي.

بشكل دوري من خلال مختصين مؤهلين ومدربين داخل مرفق الرعاية الصحية أو إحدى الجهات المرخصة من الهيئة لتقديم هذه الخدمة..

٣/٢٦ على مقدمي الرعاية الصحية في حال وجود فشل بأحد اختبارات توكييد الجودة النوعية للأجهزة.

الأشعة والتصوير الطبي التابعة لهم، إخطار الهيئة وإرفاق خطة تصحيحية لمعالجة الخلل خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقرير نتائج الاختبارات مع ارفاق نسخة من التقرير، وتكون استمرارية استخدام الجهاز مقيدة بالوصيات الواردة في التقرير..

