

٢١/١٠ اشتراطات ترخيص منشآت التحقق من مطابقة الأجهزة والمستلزمات الطبية ونظام إدارة الجودة: .  
على مقدم الطلب تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات وفقاً لمتطلبات منشآت الأجهزة والمستلزمات  
الطبية المنشورة على موقع الهيئة: .

٢٢/١٠ اشتراطات ترخيص مقدمي خدمات توكيد الجودة والقياسات الإشعاعية للمنشآت الصحية  
يجب على مقدمي خدمات توكيد الجودة والقياسات الإشعاعية للمنشآت الصحية استيفاء:  
الاشتراطات التالية:

١. تعبئة النموذج المنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة وتقديم جميع الوثائق المطلوبة.
  ٢. توفير أخصائيين/فنيين من جهة معتمدة لممارسة النشاط: .
  ٣. توفير أجهزة للقياس متوافقة مع المعايير الدولية.
  ٤. أي اشتراطات أخرى تحددها الهيئة وتنشرها على موقعها الإلكتروني: .
- ٢٣/١٠ المتطلبات اللازم توافرها لدى مقدمي خدمات توكيد الجودة والقياسات الإشعاعية للمنشآت  
الصحية:

١. العمل وفق الاشتراطات المشار إليها في المادة (٢٢/١٠): .
٢. التقيد بما ذكر في التعليمات العامة للحماية من الإشعاعات المؤينة في المملكة والتعليمات الوطنية  
لنقل المواد المشعة أو أي وثائق أخرى تصدر من الجهات المختصة لاحقاً.
٣. عدم استخدام مصادر غير مرخصة من حيث العدد والنوع والنشاطية الإشعاعية: .
٤. عدم بيع أو تأجير أو إعارة أو هبة المصادر المشعة التي لدى المرخص له إلى منشأة أخرى دون  
الحصول على الموافقة من الجهات المختصة: .
٥. عدم نقل المصادر المشعة الثابتة إلى أي مكان آخر داخل المنشأة دون الحصول على الموافقة من  
الجهات المختصة.
٦. التخلص من المصادر المشعة في حال عدم الحاجة إليها حسب ما ورد في التعليمات العامة لإدارة  
النفايات المشعة والتعليمات العامة للحماية من الإشعاعات المؤينة في المملكة: .