

ملحق (3) تعريفات قيم درجات الحرارة وظروف النقل و/أو التخزين للأجهزة

والمستلزمات الطبية

التعريف	قيم درجات الحرارة وظروف النقل و/أو التخزين	
درجة حرارة بين -20 و -10 درجة مئوية	المجمّد	Freezer
درجة حرارة بين 2 و 8 درجة مئوية	الثلاجة (البراد)	Refrigerator
درجة حرارة لا تتجاوز 8 درجة مئوية	مكان بارد	Cold Place
درجة حرارة بين 8 و 15 درجة مئوية	مكان معتدل	Cool Place
درجة حرارة بين 15 و 30 درجة مئوية	درجة حرارة الغرفة	Room Temperature
درجة حرارة بين 30 و 40 درجة مئوية	مكان دافئ	Warm Place
درجة حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية	درجة حرارة عالية	Excessive Heat
درجة حرارة بين 2 و 8 درجة مئوية	عدم التخزين في درجة الحرارة تفوق 8 درجات مئوية	Do not store over 8 °C
درجة حرارة بين 2 و 15 درجة مئوية	عدم التخزين في درجة الحرارة تفوق 15 درجة مئوية	Do not store over 15 °C
درجة حرارة بين 2 و 25 درجة مئوية	عدم التخزين في درجة الحرارة تفوق 25 درجة مئوية	Do not store over 25 °C
درجة حرارة بين 2 و 30 درجة مئوية	عدم التخزين في درجة الحرارة تفوق 30 درجة مئوية	Do not store over 30 °C
درجة حرارة بين 8 و 25 درجة مئوية	عدم التخزين في درجة الحرارة تقل عن 8 درجات مئوية	Do not store below 8 °C
نسبة رطوبة لا تتجاوز 60% في ظروف التخزين الاعتيادية. تسلم للمستخدم في عبوة مقاومة للبلل	الحماية من البلل	Protect from moisture
تسلم في عبوة مقاومة للضوء	الحماية من الضوء	Protect from light