

电子显微成像分析

Electron Microscopy

邹滔滔 2023(f)

电子显微成像

- 不同显微镜的对比：

- ❖ 光学：

- 折射、衍射、反射
- 白光、荧光、激光

- ❖ 电子：

- 折射、衍射、反射
- 电子束

- ❖ 探针扫描：

- 探针与样品表面的相互作用

电子显微镜的分类

❖透射电子显微镜

- 透射成像
- 图像是二维的
- 靠欠焦形成一定的图像反差。

❖扫描电子显微镜

- 反射成像
- 图像是三维的，有很好的立体感
- 分辨率低于透射电镜，目前指标分辨率可以达到3个纳米。

不同显微镜的对比:

Technique	Image Formed By	Lowest Resolvable Unit	Approx Lower Limit
Optical Microscopy	Light Rays	Microns (μm)	1 μm (monochromatic light)
Confocal Microscopy	Coherent Light Source (Laser)	Microns (μm)	.1 μm (X-Y Direction)
Transmission Electron Microscopy (TEM)	Electrons	Angstroms (\AA)	2 \AA (high resolution TEM)
Scanning Electron Microscopy (SEM)	Electrons	Nanometers (nm) to Angstroms (\AA)	10 nm (100 \AA)
Atomic Force & Scanning Tunneling Microscopies (AFM/STM)	Molecular Mechanical Probes	Angstroms (\AA)	40 \AA (theoretical)

透射电子显微成像 (TEM)

❖ 电子显微镜的分辨率： $d = \frac{0.61\lambda}{\text{NA}} = \frac{0.61\lambda}{n\sin\theta}$

→ 电子的波长由波粒二象性决定： $\lambda = \frac{h}{p}$

→ 在加速电压V的作用下： $p = mv = \sqrt{2m_0eV}$

→ 不考虑相对论的影响： $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2m_0eV}}$

→ 考虑到相对论：

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2m_0eV\left(1 + \frac{eV}{2m_0c^2}\right)}} \approx \frac{12.27}{\sqrt{V(1 + 0.978 \times 10^{-6}V)}}$$

透射电子显微成像 (TEM)

❖ 电子显微镜的分辨率：

→ 电子在不同加速电压下的物理参数：

Table 1.2. Electron Properties as a Function of Accelerating Voltage

Accelerating voltage (kV)	Nonrelativistic wavelength (nm)	Relativistic wavelength (nm)	Mass ($\times m_0$)	Velocity ($\times 10^8$ m/s)
100	0.00386	0.00370	1.196	1.644
120	0.00352	0.00335	1.235	1.759
200	0.00273	0.00251	1.391	2.086
300	0.00223	0.00197	1.587	2.330
400	0.00193	0.00164	1.783	2.484
1000	0.00122	0.00087	2.957	2.823


透射电子显微成像 (TEM)

❖ 光学显微镜与电子显微镜的对比:

光学显微镜	电子显微镜
$\lambda = 500\text{nm}$	$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_0eV}} = 0.068\text{\AA}(30\text{kV})$
$n = 1.5(\text{glass})$	$n = 1.0(\text{vacuum})$
$\alpha \approx 70^\circ$	$\alpha \leq 1^\circ$
$d \approx 210\text{nm} = 2100\text{\AA}$	$d \approx 4.1\text{\AA}$


$$d = \frac{0.61\lambda}{\text{NA}} = \frac{0.61\lambda}{n\sin\theta}$$

透射电子显微镜(TEM)的基本构造




透射电子显微镜(TEM)的基本构造


❖ 电子源:



钨丝阴极




六硼化镧阴极




场发射阴极

透射电子显微镜(TEM)的基本构造



透射电子显微镜(TEM)的基本构造

❖ 电磁透镜：




因为所有的电子源都是发散性的，电子束必须被“**聚焦**”到样品上。

透射电子显微镜(TEM)的基本构造

❖ 电磁透镜：

电磁透镜：
由洛伦兹力
产生聚焦




光学透镜：
由折射产生
聚焦



透射电子显微镜(TEM)的成像原理

❖ 透射电子显微镜(TEM)的两种成像方式：

传统成像方式：
直接成像




高分辨率成像方式：
衍射成像




透射电子显微镜(TEM)的成像原理

- ❖ 透射电子显微镜(TEM)的两种成像方式：
→ 样品后的电磁透镜决定成像方式




衍射成像



直接成像

透射电子显微镜(TEM)的成像原理



样品


傅里叶变换

衍射图案

反傅里叶变换

成像


透射电子显微镜(TEM)的成像原理



衍射图案



反傅里叶变换




成像

透射电子显微镜(TEM)应用

新冠病毒电子显微镜图像。




SEM



TEM

美国国家过敏与传染病研究所 (NIAID)


透射电子显微镜(TEM)应用



Ting et al, Nature Methods volume 12, pages51–54 (2015)

用于生物大分子的特殊TEM技术


❖ 3D-EM: Why?



普通TEM的成像是一个投影

用于生物大分子的特殊TEM技术

❖ 3D-EM: What?




TRPV1 ion channel
Liao et al Nature 2013

用于生物大分子的特殊TEM技术

❖ 3D-EM: How?

→ 冷冻电镜 (Cryo-EM) 的数据处理:

- Pick particles
- Align
- Classify, average and reconstruction




用于生物大分子的特殊TEM技术

❖ 3D-EM: How?



→ 冷冻电镜 (Cryo-EM) 的数据处理:

Single particle reconstruction



用于生物大分子的特殊TEM技术

averaging of noisy identical image elements




用于生物大分子的特殊TEM技术

❖ 3D-EM: How?

→ 冷冻电镜 (Cryo-EM) 的数据处理:

GroEL
reference free class averages




Align, Classify, Average

用于生物大分子的特殊TEM技术

❖ 3D-EM: How?

→ 冷冻电镜 (Cryo-EM) 的数据处理:

Final vs. x- ray



Average, Reconstruct



The Nobel Prize in Chemistry 2017

Jacques Dubochet, Joachim Frank, Richard Henderson

Share this: [f](#) [G+](#) [Twitter](#) [+](#) [Email](#) 589

The Nobel Prize in Chemistry 2017



© Nobel Media. Ill. N. Elmehed

Jacques Dubochet

Prize share: 1/3



© Nobel Media. Ill. N. Elmehed

Joachim Frank

Prize share: 1/3



© Nobel Media. Ill. N. Elmehed

Richard Henderson

Prize share: 1/3

The Nobel Prize in Chemistry 2017 was awarded to Jacques Dubochet, Joachim Frank and Richard Henderson *"for developing cryo-electron microscopy for the high-resolution structure determination of biomolecules in solution"*.



MRC Laboratory of Molecular Biology