

Protocol Deelopdracht 3: Develop 3

Dit document bevat het protocol voor develop 3 en bestaat uit 2 testen.

Het eerste deel gaat in op CMF en kijkt nog eens waar het product zich plaats op de markt.

De tweede test is een overkoepelde test waarin het volledige systeem tot nu toe getest wordt in de praktijk.

Respondenten:

Dirk	N=1	14/05/2026
Chris	N=1	18/05/2026
Oogatelier	N=3	/

Onderzoeksvragen

- CMF

Hoe ziet de afwerking van het product eruit?

- **Kleur**
- **Materiaal**
- **Afwerking**

- Markpositie

- **Hoe wordt het product verkocht (herkend hulpmiddel/gadget)?**
- **Hoeveel wil een persoon betalen?**
- **Wat is de doelgroep hun mening over sociaal comfort van het product?**

- Overkoepelde test

- Veel studies worden enkel in het labo getest en niet in echte omstandigheden. Daarom voeren we een test uit in de praktijk, waar meer variabelen en onzekerheden aanwezig zijn, om mogelijke problemen beter in kaart te brengen. Hier kun je de onderzoeksvraag formuleren als, **hoe presteert het product in de praktijk.**

Deel 1 CMF en marktpositie

Testomgeving en Setup

Er wordt een variatie aan bestaande producten aan de correspondent voorgelecht. De volgorde dat deze producten overlopen worden is random voor elke persoon om geen valse vooroordelen te creëren.

Variabelen (Benchmark apparaten)

We werken met een set van referentieproducten met vergelijkbare afmetingen, zoals scheermachines, controllers en tandenborstels. Deze variëren in materiaalafwerking, gewicht en knoppresentatie.

Verloop van de Test

De correspondenten krijgen een voor een de producten voorgeschoteld. Op basis van een lijst voorbereide kerntermen gaan we op zoek naar welke CMF-eigenschappen best ons product ondersteunt.

Aan de correspondent worden volgende vragen gesteld:

- Vindt u het product comfortabel om vast te nemen? (Met nadruk op materiaalgevoel)
- Welke materialen denkt u te voelen?
- Zou dit product comfortabel zijn bij langdurig gebruik?
- Helpt het kleurencontrast bij het gebruik van het product?
- Kan u alle knoppen op het apparaat uitmaken?
 - Zo ja, hoe komt het dat u deze knoppen duidelijk vindt?
 - Zo nee, hoe zou u het beter kunnen vinden/maken?

De antwoorden op de vragen werden opgeschreven en worden later in dit rapport besproken.

Hierna werd overgegaan naar vragen over de marktpositie van ons product.

Aan de correspondent werd snel nog eens het volledige concept uitgelecht en in wat het product in staat zou zijn als het op de markt komt. Daarna werden volgende vragen gesteld:

- Zou u interesse hebben als dit product op de markt beschikbaar was?
- Hoeveel zou u betalen voor dit product?
- Zou u het sneller aankopen als het terugbetaald moest worden?
- Zou u een abonnement aangaan voor verdere ondersteuning en continue updates van het product?

Taakverdeling en regels

- **Persoon 1 (Begeleider):** Geeft de verschillende prototypes aan de testpersoon, in helpt de testpersoon.
- **Persoon 2 (observeerder):** Observeert en neemt foto's
- **Persoon 3 (ondervrager):** stelt de testpersoon de vragen en capteert de antwoorden

Dataverzameling

Kwalitatieve data

Welke opmerkingen maken de person uit zichzelf?

Waarom vinden mensen sommige referentieproducten beter dan andere?

Antwoorden op de vragen.

Kwantitatieve data

Zoveel mogelijk bruikbare producten laten onderzoeken door de correspondenten.

Materiaal

- Referentieproducten



- Notitie gerief
- Camera

Deel 2 Overkoepelende test

In deze test leggen we een persoonlijk traject af van een gebruiker om de prestatie van het product te evalueren in de praktijk.


Waarbij de hoofdvraag is:

- hoe presteert het product in de praktijk

Testomgeving en Setup

De correspondenten zijn in de definitie fase bevraagd geweest in verband met trajecten waarbij ze het toestel zouden gebruiken. Hierbij zijn er twee concrete voorbeelden.

Dirk wil graag alleen gaan zwemmen. Jammer genoeg is er geen bushalte juist voor het zwembad. Hij moet wandelen van een verdere bushalte. Dit is een traject waarbij het hem niet lukt om het alleen af te wandelen. Het grootste struikelblok zijn de zebrapaden vinden en de open ruimtes oversteken.. Het traject ziet er als volgt uit.




Chris heeft een traject van Gent-Sint-Pieters naar het MSK in Gent. Dit traject voeren we niet uit in Gent. Een alternatieve route wordt gemaakt in Gullegem. Die route ziet er als volgt uit.



Variabelen (De Prototype)

Het prototype bestaat uit de wegwijzer met controle doos die rond de nek wordt gedragen. De wijzer kan zowel met GPS als manueel bestuurd worden. Via een simpele webapplicatie is het verloop van het traject te volgen. Het prototype geeft een trilsignaal wanneer eden herkenningspunt bereikt is. De gesproken instructies worden door een begeleider gegeven.



Verloop van de Test

Traject Dirk

- Dirk komt toe met de bus aan bushalte Kortrijk weide met bus 66.
- De wegwijzer wordt aangegeven.
- Dirk wordt gevraagd om zijn traject te starten
- Sherpa begint met de weg te wijzen


Herkenningspunt	Trilsignaal	Gespreken instructie
1	Informatie	Start traject, straat volgen naar rechts.
2	Aandacht	Zebepad, Zebepad oversteken daarna rechts de straat volgen.
3	Aandacht	Paaltjes links volgens naar betonnen muur van tunnel.
4	Informatie	Betonnen rand links volgen
5	Informatie	Goot op grond volgen
6	Informatie	Betonnen rand rechts volgen
7	Informatie	Oversteek naar deur zwembad, volg wijzer tot aan paal
8	Informatie	Bestemming bereikt

Traject Chris

- Met Chris wandelen we van haar huis naar het beginpunt
- De wegwijzer wordt aangegeven.
- Chris wordt gevraagd om zijn traject te starten
- Sherpa begint met de weg te wijzen

Herkenningspunt	Trilsignaal	Gespreken instructie
1	Informatie	Start traject, stoeprand volgen
2	Informatie	Riooldeksel, stoeprand blijven volgen
3	Aandacht	Oversteken bij verlaagde stoeprand, volg wijzer.
4	Informatie	Paal op midden van het pad. Na paal rechter grasrand volgen.

5	Informatie	Bij fietsrek links afslaan en grasrand rechts volgen.
6	Informatie	Bestemming bereikt.

Betekenis	Signaal	Beschrijving
Info: Er volgt een instructie		2x lage, pulserende trilling
Gevaar: Er volgt een instructie + let op gevaarlijk punt		3x korte, felle trilling
Bevestiging: Bevestigend signaal na actie		Korte bevestigingstoon
Aan: Gaat aan		Rijzende toon gevolgd door twee tikken
Uit: Toestel gaat uit		Dalende toon

Taakverdeling en regels

- **Persoon 1 (Begeleider):** Staat in voor de veiligheid en correcte werking van het prototype, houdt het dashboard in de gaten en geeft de verbale instructies op de juiste momenten.
- **Persoon 2 (observeerder):** Observeert en neemt foto's
- **Persoon 3 (Bestuurder):** Neemt over als de GPS fouten maakt.

Dataverzameling en requirements

Kwalitatieve data

- Spontane opmerkingen

D3.4	De gebruiker legt minder bekende trajecten af met zelfvertrouwen dankzij het systeem.	<i>Likert 1–7 'Ik had er vertrouwen in dat ik de bestemming zou bereiken.' ≥ 5/7 gemiddeld.</i>
------	---	---

Kwantitatieve data

D1.1	Het systeem begeleidt de gebruiker doorheen een traject zodat elk herkenningspunt aantoonbaar bereikt wordt.	<i>≥ 100% van de herkenningspunten correct bereikt tijdens usability test (observatie per punt: ja/nee).</i>
D1.2	Het systeem geeft eenduidige feedback bij correcte richting, foute richting, herkenningspunten en gevaarlijke locaties	<i>Deelnemer reageert correct (stopt, keert, bevestigt) op elk feedbacksignaal; ≥ 90% correcte reacties per sessie.</i>

D1.3	De gebruiker toont geen verwarring bij de start van het traject.	<i>Geen observeerbare verwarring (pauze > 10 s, foutieve richting, verbale twijfel) in de eerste 60 s; getoetst bij ≥ 4 van 5 deelnemers.</i>
D4.1	Het gebruik van de witte stok wordt niet belemmerd door het product.	<i>Deelnemer raakt geen obstakel dat door de stok gedetecteerd had moeten worden; 0 obstakelcontacten bij ≥ 3 deelnemers tijdens trajecttest.</i>
D5.5	Het systeem is bruikbaar na een enkele uitlegssessie van ≤ 20 minuten.	<i>Na een introductiefase van max. 20 min voltooit de deelnemer het testparcours met ≤ 2 begeleidersinterventies.</i>

Materiaal

- Prototypes
- Laptop met het traject
- Camera