S/I adjustment details

FOSS

Instrument name: IrmaPigen

Serialnumber: IrmaDairySimulatorLab

Products: Milk, Milk (Diluted), Milk 3 rep, Milk with GoodProduct

Applied Intercept: 0,47	RSD: 0,00
Applied slope: 1,21	SD Predicted: 0,29
Bias: 0,00	SEP: 0,00
Correlation: 1,00	Slope Std Error: 0,01
RMSEP: 0,00	Calc. Slope:
	Calc. Icept:

Parameter: Protein

SampleNumber	ParameterName	Result	RefValue	Deviation
10-000007	Protein	1,74	2,58	0,839
10-000008	Protein	2,32	3,28	0,961
10-000009	Protein	2,33	3,30	0,969
10-000010	Protein	2,42	3,40	0,981
10-000011	Protein	2,42	2,45	0,029

ANALYTICS BEYOND MEASURE