

Max Deviation: **Surface Humidifier**

10 lpm PEEP	9 lpm PEEP	8 lpm PEEP	7 lpm PEEP	6 lpm PEEP	5 lpm PEEP	4 lpm PEEP	3 lpm PEEP	2 lpm PEEP	1 lpm PEEP
0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	1	0.9	0.9	0.9

Difference in breathing circuit air pressure

LPM	S.H	B.H
1	0.9	0.9
2	0.9	0.9
3	0.9	0.8
4	1	0.9
5	0.9	0.8
6	0.9	0.8
7	0.8	0.7
8	0.8	0.7
9	0.8	0.7
10	0.8	0.7

Max Deviation: **Bubbling Humidifier**

10 lpm PEEP	9 lpm PEEP	8 lpm PEEP	7 lpm PEEP	6 lpm PEEP	5 lpm PEEP	4 lpm PEEP	3 lpm PEEP	2 lpm PEEP	1 lpm PEEP
0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9

