ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

**ОС.С.32.165.А № 70451/1**

**Срок действия до 09 июля 2023 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
**Термопреобразователи сопротивления ТПС**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
**Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Вакуумаш" (ООО НПО "Вакуумаш"), г. Ижевск**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **71718-18**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
**МП-016/11-2017 с изменением № 1**

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **2 года; 4 года - для ТС классов А, В, С с температурой измерения св. +300 до +400 °С; 5 лет - для ТС классов А, В, С с температурой измерения от -50 до +300 °С включ.; для ТПС серии 400 - первичная поверка до ввода в эксплуатацию**

Свидетельство об утверждении типа переоформлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **28 августа 2020 г. № 1455**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства А.В.Кулешов

"11" 09 2020 г.

Серия СИ № 046376