


由目標濃度求稱取量，再以容量瓶定義最終體積

$$n = CV = (0.2000 \text{ mol L}^{-1})(0.2500 \text{ L}) = 0.05000 \text{ mol}$$
$$m = nM = (0.05000 \text{ mol})(58.44 \text{ g mol}^{-1}) = 2.922 \text{ g}$$



容量瓶刻度決定的是 250.0 mL 最終溶液體積。

容量瓶在校正溫度附近使用；熱溶液先冷卻再定容。