

Spektrograph für Ionendetektion

Aleksey Sokolov, Max Jost, Martin Steiner

Physikalische Anforderungen

1. notwendiger Wellenlängenbereich der Photodiode ca. 300 - 800 nm.
2. Dimensionen von der Wahl der Linsenbrennweiten abhängig.
3. Optik muss genug Lichtintensität durchlassen um die Photodiode in einem möglichst linearem Bereich zu betreiben.
4. Auflösungsziel: $\Delta\lambda$ 0,5 nm.

Fragestellung

Wie gut können Ionen und Moleküle in Lösungen detektiert werden und wie genau kann deren Konzentration bestimmt werden mit einem Selbstgebaute automatisiertem Prismenspektrograph?

Projektaufbau

Der Prismenspektrograph besteht aus stationärer Optik, einem durch Stepper Motor bewegtem Photodetektor und Treiberelektronik. Die stationäre Optik wird einmalig auf ein den sichtbaren Wellenlängenbereich kalibriert und in dieser Konfiguration festgeschraubt o.d.ä. Der bewegliche Photodetektor wird entweder durch eine Raspberry Pi Kamera oder eine Photodiode realisiert die durch einen NEMA 17 Steppermotor hin und her bewegt wird um ein möglichst breites Spektrum genau abzudecken. Bei Verwendung der Photodiode wird die Intensität über einen ADC von einem Arduino Uno gemessen und auf diesem direkt mit jeweiliger Stepperposition "verknüpft". Bei Verwendung der Kamera geschieht die Bilderauswertung und Datenverknüpfung auf dem Raspberry Pi.




Abbildung 1: Skizze des Spektrographen mit Intensitätsaufnahme optional über Kamera oder Photodiode. **LQ**: Lichtquelle; **L1,L2,K,F**: Linsen; **O**: Untersuchungsobjekt; **S**: Spalt; **P**: Prismen; **RP4**: Raspberry Pie 4 zur Datenanalyse; **Kamera**: direkt an RP4; **Photodiode**: über ADC an Arduino angeschlossen; **NEMA 17**: Antrieb für Position der Kamera/Photodiode, über stepper driver an Arduino.

Komponenten und Kosten

Tabelle 1: Skizze

Komponente	Kosten / €
Linsen	15 - 30
Prismen	15 - 30
NEMA 17	8 - 15
Stepper Driver	6 - 10
RP4 komp. Kamera	60
Photodiode	15
sonst. Mat.	50 - 80
Arduino	vorhanden
RP4	vorhanden
Summe	110 - 225

Software

1. Stepper Steuerung und Photodioden Intensitätsmessung (μC)
2. Telemetrie, Datenanalyse, Kalibration (RP4 C/C++ und Python)

Aufwandsabschätzung

Tabelle 2: Skizze

Arbeitspaket	Aufwand / h
Optiktisch/Halterungen	30 - 45
Stepper Steuerung / ADC Messung	10 - 15
RP4 Telemetrie	10 - 20
RP4 Datenanalyse	10 - 20
Kalibration	20 - 30
Debugging	50 - 100
Summe	120 - 230