

Joantest

ID: JOANTEST

Edad: 82 (20/06/1933)

Sexo	Masculino	Altura	175 cm
Origen étnico	Asiático	Peso	75 kg
		IMC	24,5

FVL Tidal

Su FEV1 / Predicho: 59%

Fecha del test	24/11/2015 13:06:32	Interpretación	GOLD(2008)/Hardie	Selección del valor	Mejor valor
Tiempo posterior	24/11/2015 13:07:20	Predicho	ERS/ECCS * 1,00	BTPS (INSP/ESP)	1,09/1,02

	Previo							Post						
Parámetro	Pred	LLN	Mejor	Prueba 1	Prueba-3	Prueba-2	%Pred	Mejor	Prueba 2	Prueba 3	Prueba-1	%Pred	%Camb	
FVC [L]	3,61	2,60	4,19	4,19	5,33	3,53	116	4,14	4,02	4,14	4,61	115	-1	
FEV1 [L]	2,66	1,82	1,57*	1,57*	1,42*	1,20*	59	1,62*	1,62*	1,30*	1,53*	61	3	
FEV1/FVC	0,724	0,606	0,375*	0,375*	0,267*	0,339*	52	0,391*	0,402*	0,315*	0,333*	54	4	
FEF25-75% [L/s]	2,57	0,86	0,93	0,93	1,07	0,84*	36	0,75*	0,75*	0,81*	1,18	29	-20	
PEF [L/s]	7,37	5,38	2,16*	2,16*	1,64*	1,49*	29	2,64*	2,64*	1,80*	1,75*	36	22	
FET [s]	-	-	6,9	6,9	6,0	6,3	-	6,1	6,1	5,4	5,9	-	-12	
FIVC [L]	3,61	2,60	3,92	3,92	4,12	3,10	109	3,76	3,76	3,43	4,35	104	-4	
PIF [L/s]	-	-	2,33	2,33	2,78	1,86	-	1,85	1,85	1,69	3,00	-	-21	

Calidad de la sesión	Previo	D: Sólo una prueba aceptable (FEV1 Var= --L (); FVC Var= --L ())
	Post	D: Resultado no reproducible (FEV1 Var=0,32L (19,6%); FVC Var=0,11L (2,8%))
Interpretación del sistema	Previo	Sin interpretación, sin suficientes maniobras aceptables
	Post	Obstrucción moderada

Atención: Mala calidad de la sesión. Interprete con cuidado.

Atención: Rango de predicción extendido. Interprete con cuidado.

* Indica valor situado fuera del rango normal o cambio posterior significativo.

