分光光度计实验报告

姓名：毛彦杰　　学号：22011603　　班级：22 纳米 3 班

一、实验目的：

1、学习可见分光光度计的基本原理；

2、掌握液体吸光度测量方法，利用吸光度与液体浓度的关系测量液体浓度；

3、掌握测量不同颜色物体的反射和透射光谱，并辨别颜色。

二、实验原理：

（一）分子能级与光谱

分子一般包含若干个原子核和电子，其能量可以表示为：$E=E_e+E_v+E_r+E_n+E_t+E_i$。其中，$E_e$、$E_v$、$E_r$ 分别表示电子、原子间振动、分子转动能量，E_n、E_t、E_i 分别表示分子中原子的核能、分子平移能、集团间内旋能。一般情况下，E_n 不变，E_t、E_i 较小,分子能量最终表示为：$E=E_e+E_v+E_r$。

分子产生跃迁所吸收能量的辐射频率：$\nu=\triangle E_e/h+\triangle E_v/h+\triangle E_r/h$。分子的紫外-可见吸收光谱是由电子跃迁引起的，红外吸收光谱是由于分子中基团的振动和转动能级跃迁引起的，荧光光谱是在紫外或可见光照射下，电子跃迁至单重激发态，并以无辐射方式回到第一单重激发态的最低振动能级，再跃回基态或基态中的其他振动能级。




图 2-1 分子典型能级图

（二）光谱学概念

1、反射率：指的是反射波(I_r)与入射波(I_0)的功率比值，即 $R(\lambda)=I_r/I_0$；

2、透过率：指的是透射波(I_t)与入射波(I_0)的光强比值，即 $T(\lambda)=I_t/I_0$；

3、吸光度：衡量物质对光的吸收程度，即$A_\lambda=-\lg(\frac{S_\lambda-D_\lambda}{R_\lambda-D_\lambda})$。

式中 A_λ为样品在波长λ的吸光度，S_λ为样品在波长λ处的光谱强度，D_λ为波长λ处背景光谱的强度，R_λ为波长λ处参考光谱的强度。

4、色品图：表示颜色系统的工具，可直观了解和比较不同颜色之间的关系和特性，其三维坐标依次表示色调、饱和度、亮度，分别代表基本色、颜色纯度、颜色明暗程度；

（三）朗伯比尔定律

指当一束平行单色光通过均匀、非散射的稀溶液时，溶液对光的吸收程度与溶液的浓度及液层厚度的乘积成正比，光通过溶液时光学传播情况如图 2-3 所示。

朗伯比尔定律描述了浓度与吸光度的关系：$A_\lambda=KCL$

其中 K 为波长λ处样品的消光系数，C 为样品的浓度，L 为吸收光程。当光程一定时，吸光度 A 与浓度 C 呈线性关系。

同时，与入射光(I_0)和出射光(I_1)强度有关：$A_\lambda=-\ln(I_1/I_0)$




图 2-2 色品图




图 2-3 光路图

三、实验仪器：

（一）试剂与材料

酒精、丙酮、不同浓度日落黄染料、不同浓度苋菜红染料、不同颜色色卡等。

（二）仪器

光源、光谱仪、光纤、积分球、标准白班、比色皿、计算机等。

1、光源：光源的作用是提供激发能，发出足够强的连续光谱；

2、光谱仪：把光源发出的光分离出所需要的单色光。通常由入射狭缝、准直镜、色散元件（光栅）、物镜和出口狭缝构成；

3、比色皿：用于盛放试液。石英比色皿用于可见光区的测量，玻璃池只用于可见光区。

四、实验内容：

（一）液体吸光度

1、将纯水倒入比色皿中作为对照液体，将比色皿放入比色皿支架；

2、使用一根光纤连接比色皿支架与光谱仪，另一根光纤连接比色皿支架与光源；

3、通过 USB 数据线连接光谱仪至电脑，用电源线连接光源和插座；

4、双击电脑桌面上“Oceanview”软件，选择选项“Spectroscopy Applicatin Wizard”，再选择“ABsorbance”，点击“仅吸光度”，并点击“下一步”；

5、顺时针旋转激光器强度，光强峰值达到蓝线附近，调整“积分时间”10ms，“多次扫描平均”调至 20~30，“滑动平均宽度”调至 2，勾选“暗噪声校准”和“非线性校准”，点击“下一步”按钮。

6、出现“保存参考光谱”窗口，打开激光器，将旋钮顺时针旋转到激光强度合适，点击图标  ，保存参考光谱，再点击“下一步”；

7、出现“保存背景光谱”窗口,将激光器旋钮逆时针旋至尽头，关闭激光器点击  。保存背景光谱，再点击“完成”；

8、打开激光器并恢复到关闭前的强度，更换样品试剂进行测量；

（二）测量物体颜色

1、拧开激光器上的螺帽，将光纤一端插入激光器并拧紧紧固螺丝；

2、将积分球上端螺帽拧开，将光纤另一端与积分球上端连接并拧紧紧固螺丝，用另一根光纤将积分球与光谱仪连接；

3、用 USB 线连接拉曼光谱仪与电脑，用电源线连接激光器与电源；

4、打开“OceanView”软件，点击新建光谱，点击“Color”选项，选择“新建反射”，点击“下一步”；

5、撕开积分球下端黄色薄膜，将积分球底部出光口对准参考白板，打开激光器，将旋钮顺时针旋转到激光强度最大；

6、调整“积分时间”为 500~800ms，“滑动平均宽度”为 1，勾选“非线性矫正”，点击“下一步”，之后点击保存参考光谱，点击下一步；

7、将激光器旋钮逆时针旋至最低，关闭激光器，点击保存背景光谱，点击“下一步”，勾选“显示参数 “CIE XYZ”和“色品图”；

8、打开激光器，顺时针旋转旋钮至最大，可得到白板的反射光谱与色品图调整图像大

小，并保存图表。

9、将积分球移动至卡纸上，再次点击保存图表到文件，移动积分球移动到其他颜色卡纸上，重复该操作。

五、注意事项：

1、在吸光度实验中，调整软件积分时间前应先将激光器强度调至最大，再调整积分时间，使激光强度处于合适范围。

2、在吸光度实验中，积分时间与多次扫描平均值的乘积应处在合适的范围内。过小会导致测量不准确，过大会导致测量过慢，影响实验。

3、积分球下端黄色薄膜需保存好，做完实验需重新贴上，以免积分球损坏。

4、操作激光时应注意安全，请勿将光纤口对准眼睛。

六、实验数据：

日光下颜色	X轴	Y轴	Z轴
红色	0.6419	0.3297	0.0264
黄色	0.5086	0.4600	0.0307
绿色	0.3230	0.5734	0.0866
浅蓝	0.2326	0.3601	0.4026
深蓝	0.2631	0.2574	0.4779
紫色	0.5161	0.2762	0.2078

波长/nm	450	550	峰位
样品浓度		吸光度	
日落黄-6	0.11	0.02	0.11
日落黄-5	0.17	0.07	0.26
日落黄-4	0.92	0.09	1.73
日落黄-3	0.95	1.11	2.06
日落黄-2	1.05	2.16	2.26
莴菜红-5	0.20	0.10	0.23

姓名： 毛彦杰

学号： 22011603

班级： 22纳米3班

签字：

七、数据分析：




图 7-1 色卡




图 7-2 同浓度的日落黄和莴菜红




图 7-3 日落黄不同浓度




图 7-4 日落黄不同浓度拟合

从图 7-1 可知，在可见光范围内，白光的反射率为 100%，不同颜色需要在指定波长范围内才可 100%反射，因此能够分析出不同色卡其本身的颜色反射出的波长，并以此计算其在色品图中的具体位置：红色：655nm；黄色：550nm；绿色：515nm；浅蓝色：480nm；深蓝色：413nm；紫色：425nm。各颜色相对应的色品图坐标见实验数据报告单。

从图 7-2 可知，不同物质（的溶液）具有不同的吸光度和特征峰，可以通过测定某种物质的吸收谱，根据峰值和峰位来判断出物质或种类。例如实验中用到的 10^{-5}mol/L 苋菜红溶液的特征吸收峰位为 465nm，对该波长的光的吸收为度为 0.23；10^{-5}mol/L 日落黄溶液的特征吸收峰位为 490nm，对该波长的光的吸收为度为 0.26。

从图 7-3 可知，随着日落黄溶液的浓度的升高，相应溶液的吸光度增加，可以认为是因为溶液中溶质的增加，光的透过率下降，即吸光度增加。原则上同一物质的特征吸收峰的峰位是不会随着浓度的变化而变化，但由于浓度之间的数量级差异，浓度越高，从肉眼可以观察到其表面颜色愈发变深，反过来也就是说其吸收的波长往长波方向偏移，从光学上分析就是出现了吸收饱和，因此从图像中可以看出来峰位随浓度的升高向长波方向偏移。同时，吸收的波长变大，其可吸收的范围增加，从图像上反馈为峰下面积增大。但总的来说，测试样品的浓度不宜过大，否则偏移现象的出现会导致人们定性为另外一种物质。

从图 7-4 可知，将吸光度进行对数化，与浓度进行拟合，可知在较低浓度时，样品的吸光度随着浓度的升高而升高，这符合实验事实规律，即朗伯比尔定律。但同样也是由于样本浓度太高，测试时接近吸收饱和，导致曲线并没有完全是线性变化，同样得出样品浓度不宜过大的实验要求。

八、思考题：

1、紫外-可见光谱的范围一般分为三个区域：远紫外区、近紫外区和可见光区那么这三

个区域对应的波长范围分别是多少?

答：远紫外波长：10~200nm、近紫外波长：200~400nm、可见光：400~780nm

2、在可见光区，颜色与波长有一定的对应关系。如果某溶液能够强烈地吸收 480-510nm 波长的光，那么该溶液会呈现什么颜色?如果某溶液呈橙红色，那么该溶液的可见光光谱在哪个波段会缺失?

答：1、溶液呈现出其互补色，为红色或紫色；

2、说明吸收红色和橙色光谱，相对应的缺失其互补色为蓝色、绿色及两者混合色，对应光谱上 425nm~570nm.

3、如果入射光为非单色光或不平行入射，吸收定律(郎伯比尔定律)会发生怎样的偏离?

答：1、非单色光：非单色光包含多种波长的光，不同波长的光能被不同程度地吸收。如果溶液对不同波长的光吸收不同，非单色光源中的某些波长可能会被强烈吸收而其他波长则不会，导致测量结果偏离。

2、不平行入射：光在通过溶液时的路径长度可能会变化，导致不同部分的光受到不同程度的吸收。不平行的光束可能导致溶液中某些区域接受到的光强比其他区域更强，影响吸光度的测量。