
Overlay error (mm)
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
2 mm criterion
L1
L2
L3
L4
L5
Lumbar level (L1 furthest from the P1 bracket, L5 nearest)
P1, drifted focus (mean 2.15 mm, n = 71)
P1, calibrated focus (mean 1.58 mm, n = 22)
P2, f35 (mean 1.43 mm, n = 65)
P2, f50 (mean 1.30 mm, n = 64)