

ref_pbno3_295K_2500GF_06_09_2022 10 1 "D:\Uni\2022 Strasbourg"

MASr = 0Hz // TE=295K en regulation // Gas flow = 2500 l/h // D2 = 20min
reference 207Pb, pour calibration de la temperature / echo de Hahn
plw1=100W => p90=5.3us (approx)

