

ref_pbno3_01_09_2022 8 1 "D:\Uni\2022 Strasbourg"

MASr = 0Hz // TE=255K en regulation // Gas flow = 2500 l/h
reference 207Pb, pour calibration de la temperature / echo de Hahn
signal obtenu du premier coup
plwI=100W => p90=5.3us (approx)

General

DATE = 2022/09/02

TIME = 14:46

INSTRUM = spect

PULPROG = hahnechosync.jr

F1 (207Pb)

SI = 4096

SF = 104.613

SW_p = 100000

