

Tabla de expresión de las Capacidades de Medición y Calibración (CMC) de un laboratorio de calibración acreditado

ACREDITACIÓN

M-60

Fecha de emisión:
Revisión:

2024-05-22
01

I	II	III	IV	V	VI	VII
Mensurando / Instrumento	Método de medida y norma de referencia (cuando aplique)	Intervalo de medida	Condiciones de medición	Incertidumbre expandida de medida	Patrón de referencia usado en la calibración	Observaciones
Masa convencional / Instrumento para pesar de funcionamiento no automático con división de escala (resolución del indicador) $d \geq 0.02$ mg	Comparación directa contra patrones	(0 a 5) g	Densidad del aire: (0.81 ± 1.2) kg/m ³	(0.012 a 0.034) mg	1 Juego de 21 pesas patrón clase E2 de 1 mg a 200 g, serie 1-2-2-5, CCN1506.M/2021. M-24 - ema / CENAM	En sitio
Masa convencional / Instrumento para pesar de funcionamiento no automático con división de escala (resolución del indicador) $d \geq 0.05$ mg	Comparación directa contra patrones	(0 a 50) g	Densidad del aire: (0.81 ± 1.2) kg/m ³	(0.029 a 0.071) mg	1 Juego de 21 pesas patrón clase E2 de 1 mg a 200 g, serie 1-2-2-5, CCN1506.M/2021. M-24 - ema / CENAM	En sitio
Masa convencional / Instrumento para pesar de funcionamiento no automático con división de escala (resolución del indicador) $d \geq 0.1$ mg	Comparación directa contra patrones	(0 a 200) g	Densidad del aire: (0.81 ± 1.2) kg/m ³	(0.058 a 0.19) mg	1 Juego de 21 pesas patrón clase E2 de 1 mg a 200 g, serie 1-2-2-5, CCN1506.M/2021. M-24 - ema / CENAM	En sitio
Masa convencional / Instrumento para pesar de funcionamiento no automático con división de escala (resolución del indicador) $d \geq 0.2$ mg	Comparación directa contra patrones	(0 a 500) g	Densidad del aire: (0.81 ± 1.2) kg/m ³	(0.12 a 0.48) mg	1 Juego de 21 pesas patrón clase E2 de 1 mg a 200 g, serie 1-2-2-5, CCN1506.M/2021. M-24 - ema / CENAM	En sitio
Masa convencional / Instrumento para pesar de funcionamiento no automático con división de escala (resolución del indicador) $d \geq 2$ mg	Comparación directa contra patrones	(0 a 1) kg	Densidad del aire: (0.81 ± 1.2) kg/m ³	(1.2 a 3.4) mg	1 Juego de 8 pesas patrón clase F1 de 100 g a 5000 g, serie 1-2-2-5, ICM-46269. M-13 - ema / CENAM	En sitio
Masa convencional / Instrumento para pesar de funcionamiento no automático con división de escala (resolución del indicador) $d \geq 5$ mg	Comparación directa contra patrones	(0 a 2) kg	Densidad del aire: (0.81 ± 1.2) kg/m ³	(2.9 a 7.1) mg	1 Juego de 8 pesas patrón clase F1 de 100 g a 5000 g, serie 1-2-2-5, ICM-46269. M-13 - ema / CENAM	En sitio
Masa convencional / Instrumento para pesar de funcionamiento no automático con división de escala (resolución del indicador) $d \geq 10$ mg	Comparación directa contra patrones	(0 a 5) kg	Densidad del aire: (0.81 ± 1.2) kg/m ³	(5.8 a 17) mg	1 Juego de 8 pesas patrón clase F1 de 100 g a 5000 g, serie 1-2-2-5, ICM-46269. M-13 - ema / CENAM	En sitio
Masa convencional / Instrumento para pesar de funcionamiento no automático con división de escala (resolución del indicador) $d \geq 0.02$ g	Comparación directa contra patrones	(0 a 10) kg	Densidad del aire: (0.81 ± 1.2) kg/m ³	(0.012 a 0.034) g	1 Juego de 8 pesas patrón clase F1 de 100 g a 5000 g, serie 1-2-2-5, ICM-46269. M-13 - ema / CENAM	En sitio
Masa convencional / Instrumento para pesar de funcionamiento no automático con división de escala (resolución del indicador) $d \geq 0.05$ g	Comparación directa contra patrones	(0 a 20) kg	Densidad del aire: (0.81 ± 1.2) kg/m ³	(0.029 a 0.071) g	1 Juego de 8 pesas patrón clase F1 de 100 g a 5000 g, serie 1-2-2-5, ICM-46269; 1 Juego de 8 pesas patrón clase F1 de 100 g a 5000 g, serie 1-2-2-5, ICM-46494. M-13 - ema / CENAM	En sitio
Masa convencional / Instrumento para pesar de funcionamiento no automático con división de escala (resolución del indicador) $d \geq 2$ g	Comparación directa contra patrones	(0 a 50) kg	Densidad del aire: (0.81 ± 1.2) kg/m ³	(1.2 a 2.2) g	1 Juego de 19 pesas paralelepípedas clase M1 de 10 kg a 20 kg, serie 1-2-2, ICP-APSP-22-689. M-136 - ema / CENAM	En sitio
Masa convencional / Instrumento para pesar de funcionamiento no automático con división de escala (resolución del indicador) $d \geq 5$ g	Comparación directa contra patrones	(0 a 100) kg	Densidad del aire: (0.81 ± 1.2) kg/m ³	(2.9 a 5.0) g	1 Juego de 19 pesas paralelepípedas clase M1 de 10 kg a 20 kg, serie 1-2-2, ICP-APSP-22-689. M-136 - ema / CENAM	En sitio
Masa convencional / Instrumento para pesar de funcionamiento no automático con división de escala (resolución del indicador) $d \geq 10$ g	Comparación directa contra patrones	(0 a 200) kg	Densidad del aire: (0.81 ± 1.2) kg/m ³	(5.8 a 10) g	1 Juego de 19 pesas paralelepípedas clase M1 de 10 kg a 20 kg, serie 1-2-2, ICP-APSP-22-689. M-136 - ema / CENAM	En sitio
Masa convencional / Instrumento para pesar de funcionamiento no automático con división de escala (resolución del indicador) $d \geq 20$ g	Comparación directa contra patrones	(0 a 300) kg	Densidad del aire: (0.81 ± 1.2) kg/m ³	(12 a 19) g	1 Juego de 19 pesas paralelepípedas clase M1 de 10 kg a 20 kg, serie 1-2-2, ICP-APSP-22-689. M-136 - ema / CENAM	En sitio

Tabla de expresión de las Capacidades de Medición y Calibración (CMC) de un laboratorio de calibración acreditado

ACREDITACIÓN

M-60

Fecha de emisión:
Revisión:

2024-05-22
01

I	II	III	IV	V	VI	VII
Mensurando / Instrumento	Método de medida y norma de referencia (cuando aplique)	Intervalo de medida	Condiciones de medición	Incertidumbre expandida de medida	Patrón de referencia usado en la calibración	Observaciones
Masa convencional / Instrumento para pesar de funcionamiento no automático con división de escala (resolución del indicador) d ≥ 100 g	Comparación directa contra patrones	(0 a 500) kg	Densidad del aire: (0.81 a 1.2) kg/m³	(58 a 85) g	1 Juego de 19 pesas paralelepípedas clase M1 de 10 kg a 20 kg, serie 1-2-2, ICP-APSP-22-689; 1 Juego de 9 pesas paralelepípedas clase M2 de 5 kg a 20 kg, serie 1-2-2-5, ICP-APSP-22-659. M-136 - ema / CENAM	En sitio

Lo anterior por conducto de los signatarios autorizados siguientes:

- 1.- Francisco López Escobedo
- 2.- Jorge Rodriguez Martinez