

Tabla de expresión de las Capacidades de Medición y Calibración (CMC) de un laboratorio de calibración acreditado

ACREDITACIÓN

T-125

Fecha de emisión:

2025-06-18

Revisión:

03

I	II	III	IV	V	VI	VII
Mensurando / Instrumento	Método de medida y norma de referencia (cuando aplique)	Intervalo de medida	Condiciones de medición	Incertidumbre expandida de medida	Patrón de referencia usado en la calibración	Observaciones
Temperatura de contacto / Termómetros de Líquido en Vidrio.	Directo por comparación (con un termómetro de contacto).	(- 20 a 150) °C	Medio de generación: Baño líquido. Características de los medios: Profundidad de inmersión: 14 cm. Longitud mínima del sensor a calibrar: 3 cm.	(0.28 a 0.40) °C	Termómetro de resistencia con Indicador Marca: Wika Modelo: CTH7000 Incertidumbre: (0.026 a 0.028) °C T-59 - ema / CENAM.	Calibración en condiciones de laboratorio.
Temperatura de contacto / Termómetros de Lectura Directa con sensor de inmersión.	Directo por comparación (con un termómetro de contacto).	(- 20 a 200) °C	Medio de generación: Baño líquido y Horno con bloque. Características de los medios: Profundidad de inmersión: 14 cm. Longitud mínima del sensor a calibrar: (3 y 4) cm.	(0.24 a 0.44) °C	Termómetro de resistencia con Indicador Marca: Wika Modelo: CTH7000 Incertidumbre: (0.026 a 0.029) °C T-59 - ema / CENAM.	Calibración en condiciones de laboratorio.

Lo anterior por conducto de los siguientes signatarios:

- 1.- Francisco López Escobedo
- 2.- Jorge Rodríguez Martínez