

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

017778_01

1. Dados do Cliente

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|---------|----|------|-----------|
| Empresa: | Paranaguá Saneamento S.A. | | | | |
| Endereço: | Rua Vieira dos Santos, 333 | | | | |
| Cidade: | Paranaguá | Estado: | PR | CEP: | 83203-050 |
| Contratante: | Paranaguá Saneamento S.A. | | | | |

2. Dados do Equipamento

| | | | |
|--------------|-----------------------|----------------|-------------|
| Instrumento: | Estufa de Aquecimento | Parâmetro: | 50 á 200 °C |
| Modelo: | Q317B242 | Nº de Série: | .046 |
| Fabricante: | Quimis | Identificação: | EsBE 046 |

3. Condições Ambientais

| |
|--------------------|
| Temperatura (°C) |
| 25,4 ± 0,4 °C |

| |
|--------------------------|
| Umidade Relativa (%UR) |
| 65 ± 3 % ur |

4. Informações da Calibração

| | | | |
|----------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Técnico Executor: | Giuseppe Zanatta | Data da Calibração: | 01/09/2022 |
| Responsável Técnico: | Wellington Barbosa | Data da Emissão: | 01/09/2022 |
| Local da Calibração: | Laboratório | | |

5. Rastreabilidade dos Padrões

| Código do Padrão | Descrição do Padrão | Orgão Calibrador | Certificado de Calibração | Data da Calibração | Validade da Calibração |
|------------------|---------------------|------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|
| G002A03TH - T | Termômetro Digital | Visomes | LV02172-36533-20-R0 | 15/10/2020 | 15/10/2022 |
| G002A03TH - H | Higrômetro Digital | Visomes | LV02172-36533-20-R0 | 15/10/2020 | 15/10/2022 |
| A002A03TE | Termometro Digital | Visomes | LV02172-04691-21-R0 | 09/02/2021 | 09/02/2023 |



Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

017778_01

6a. Resultados Antes da Calibração

| (VR) Valor de Referência (°C) | (VMO) Valor Médio do Objeto (°C) | (T) Tendência VMO - VR (°C) | (U) Incerteza Expandida (°C) | Fator de Abrangência (k) | Graus de Liberdade Efetivos (veff) |
|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 100,0 | 96,4 | -3,6 | 0,6 | 2,87 | 5 |

6b. Resultados Depois da Calibração

| (VR) Valor de Referência (°C) | (VMO) Valor Médio do Objeto (°C) | (T) Tendência VMO - VR (°C) | (U) Incerteza Expandida (°C) | Fator de Abrangência (k) | Graus de Liberdade Efetivos (veff) |
|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 100,0 | 99,9 | -0,1 | 0,5 | 2,65 | 6 |

7. Procedimento de Calibração

Método de Calibração: A calibração foi realizada conforme Instrução de Calibração IC-06 pelo método comparativo.

O Valor Médio do Objeto foi herdado pela média de 3 leituras obtidas pelo padrão em cada ponto.

8. Informações Complementares

- 1 - A incerteza expandida relatada, é declarada como a incerteza padrão, multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com veff graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
- 2 - O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado.
- 3 - É proibida a reprodução parcial deste certificado, sem prévia autorização do laboratório.

9. Observações

Nenhuma.

10. Responsável Técnico

Wellington Barbosa

Responsável Técnico



(11) 4606-7200



vendas@eranalitica.com.br



www.eranalitica.com.br

Empresa certificada ISO 9001