

## Laboratório Acreditado ISO/IEC 17025

Certificado de Calibração nº

016672\_01

### 1. Dados do Cliente

Empresa:	Atibaia Saneamento S/A				
Endereço:	Rua Aniceto Tavares, 50 - Recreio Estoril - Atibaia/SP				
Cidade:	Atibaia	Estado:	SP	Cep:	12944-042
Contratante:	Atibaia Saneamento S/A				

### 2. Dados do Equipamento

Instrumento:	Balança Analítica	Capacidade:	0,01 - 220 g
Modelo:	ME204	Nº de Série:	B951807744
Fabricante:	Mettler Toledo	Identificação:	08 AB 02

### 3. Condições Ambientais

Temperatura (°C)
19,95 ± 0,3 °C

Umidade Relativa (%ur)
63,85 ± 0,4 % ur

Pressão Atmosférica (hPa)
933,8 ± 0,2 % hPa

### 4. Informações da Calibração

Técnico Executor:	Wellington Barbosa	Data da Calibração:	14/06/2022
Responsável Técnico:	Renato Rainho	Data da Emissão:	14/06/2022
Local da Calibração:	Laboratório - ETE Caetetuba		

### 5. Rastreabilidade dos Padrões

Código do Padrão	Descrição do Padrão	Orgão Calibrador	Certificado de Calibração	Data da Calibração	Validade da Calibração
J001A03TE	Termômetro Digital	Visomes	LV02172-10092-21-R0	25/03/2021	25/03/2023
J001A03TH	Higrômetro Digital	Visomes	LV02172-10092-21-R0	25/03/2021	25/03/2023
J001A03BA	Barômetro Digital	Visomes	LV02172-09593-21-R0	25/05/2021	23/03/2023
H002A01JM	Conjunto de Pesos Padrão	WL Pesos Padrão	WL 1337/2021	15/12/2021	15/12/2023



## Laboratório Acreditado ISO/IEC 17025

Certificado de Calibração nº

016672\_01

### 6. Resultados da Excentricidade

#### Sem ajuste

Pontos	1	2	3	4	5
Valor ( g )	0,0000	-0,0001	-0,0004	0,0000	0,0000

Valor de Referência ( g )	100,0000
Desvio Máximo Encontrado ( g )	0,0000

#### Com ajuste

Pontos	1	2	3	4	5
Valor ( g )	0,0000	-0,0001	-0,0002	0,0000	0,0000

Valor de Referência ( g )	100,0000
Desvio Máximo Encontrado ( g )	0,0000

### 7. Resultados da Repetibilidade

#### Sem ajuste

Valor de Referência ( g )	200,0000
---------------------------	----------

Número de Leituras	Valor ( g )
1	200,0119
2	200,0118
3	200,0119
4	200,0119
5	200,0118

Desvio Padrão	0,0000547723
---------------	--------------

#### Com ajuste

Valor de Referência ( g )	200,0000
---------------------------	----------

Número de Leituras	Valor ( g )
1	200,0005
2	200,0005
3	200,0005
4	200,0005
5	200,0005

Desvio Padrão	0,0000000000
---------------	--------------

**Laboratório Acreditado ISO/IEC 17025**

Certificado de Calibração nº

016672\_01

**8a. Resultados da medição Antes da Calibração**

(VR) Valor de Referência (g)	(VMO) Valor Médio do Objeto (g)	(T) Tendência (VMO-VR) (g)	(U) Incerteza Expandida (g)	Fator de Abrangência (k)	Graus de Liberdade Efetivos (Veff)
1,0001	1,0003	0,0002	0,0001	2,00	Infinito
10,0001	10,0008	0,0007	0,0002	2,00	Infinito
20,0001	20,0009	0,0008	0,0002	2,00	Infinito
50,0001	50,0031	0,0030	0,0002	2,00	Infinito
100,0001	100,0063	0,0062	0,0003	2,00	Infinito
200,0003	200,0116	0,0113	0,0005	2,00	Infinito

**8b. Resultados da medição Depois da Calibração**

(VR) Valor de Referência (g)	(VMO) Valor Médio do Objeto (g)	(T) Tendência (VMO-VR) (g)	(U) Incerteza Expandida (g)	Fator de Abrangência (k)	Graus de Liberdade Efetivos (Veff)
1,0001	1,0000	-0,0001	0,0001	2,00	Infinito
10,0001	10,0000	-0,0001	0,0002	2,00	Infinito
20,0001	20,0000	-0,0001	0,0002	2,00	Infinito
50,0001	50,0001	0,0000	0,0002	2,00	Infinito
100,0001	100,0001	0,0000	0,0003	2,01	327,55
200,0003	200,0005	0,0002	0,0005	2,00	Infinito



ER Analítica Ltda EPP

CNPJ: 17.358.703/0001-99 - I.E. 712.057.230.110

Rua Itaici, 130 - Jd. Itajaí - Várzea Paulista / SP - CEP. 13224-250



## Laboratório Acreditado ISO/IEC 17025

Certificado de Calibração nº

016672\_01

### 9. Procedimento de Calibração

Método de Calibração: A calibração foi realizada conforme procedimento PR-14 pelo método comparativo.  
O Valor Médio do Objeto foi herdado pela média de 3 leituras obtidas pelo padrão em cada ponto.

### 10. Informações Complementares

- 1 - A incerteza expandida relatada, é declarada como a incerteza padrão, multiplicada pelo fator de abrangência  $k$ , o qual para uma distribuição  $t$  com  $v_{eff}$  graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
- 2 - A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- 3 - Os valores acima informados estão arredondados para o número de casas decimais referente a resolução do equipamento.
- 4 - O ajuste não faz parte do escopo de acreditação da ER Analítica.
- 5 - O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado.
- 6 - É proibida a reprodução parcial deste certificado, sem prévia autorização do laboratório.
- 7 - Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre/Inmetro que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida

### 11. Observações

Nenhuma.

### 12. Responsável Técnico

Renato Rainho

Signatário Autorizado



(11) 4606-7200



vendas@eranalitica.com.br



www.eranalitica.com.br

Laboratório Acreditado ISO/IEC 17025.