

**ER Analítica Ltda EPP**

CNPJ: 17.358.703/0001-99 - I.E. 712.057.230.110

Rua Itaici, 130 - Jd. Itajaí - Várzea Paulista / SP

CEP. 13224-250

**Certificado de Calibração****Número:** 011359\_01**1. Dados do Cliente**

Empresa:	Sanágua Tecnologia em Análise Ambiental e Derivados de Petróleo Ltda.				
Endereço:	Rua Spipe Calarge, 632				
Cidade:	Campo Grande	Estado:	MS	CEP:	79.050-261
Contratante:	Sanágua Tecnologia em Análise Ambiental e Derivados de Petróleo Ltda.				

**2. Dados do Equipamento**

Instrumento:	Espectrofotômetro	Capacidade (nm):	340 - 900
Modelo:	DR2800	Largura de Banda (nm):	5
Fabricante:	Hach	Região Espectral:	VIS
Nº de Série:	13189586	Resolução em (nm):	1
Identificação:	SNG 043/10	Resolução em (Abs):	0,001

Local da Calibração:	Laboratório de Calibração ER Analítica
----------------------	--

**3. Condições Ambientais**

Temperatura Ambiente
27,8 ± 0,4 °C

Umidade Relativa
48 ± 2 % ur

**4. Informações da Calibração**

Técnico Executor	Ygor Padovan	Signatário Autorizado	Wellington Barbosa
Data da Calibração	19/01/2021	Data da Emissão	19/01/2021

**5. Rastreabilidade dos Padrões**

Código do Padrão	Descrição do Padrão	Orgão Calibrador	Certificado de Calibração	Data da Calibração	Validade da Calibração
H001A03FH	Filtro de Oxido de Holmio	Visomes	LV02172-27498-19-R0	09/09/2019	09/09/2021
H001A03FD	Filtro de Oxido de Didmio	Visomes	LV02172-27497-19-R0	09/09/2019	09/09/2021
H001A03FN	Filtro de Densidade Neutra	Visomes	LV02172-27499-19-R0	10/09/2019	10/09/2021
H002A03FN	Filtro de Densidade Neutra	Visomes	LV02172-27499-19-R0	10/09/2019	10/09/2021
H003A03FN	Filtro de Densidade Neutra	Visomes	LV02172-27499-19-R0	10/09/2019	10/09/2021
H004A03FN	Filtro de Densidade Neutra	Visomes	LV02172-27499-19-R0	10/09/2019	10/09/2021
G004A03TH	Termohigrometro Digital	Visomes	LV02172-17943-20-R0	26/06/2020	26/06/2022

**E-mail:** [vendas@eranalitica.com.br](mailto:vendas@eranalitica.com.br) / **Fone:** (11) 4606-7200 / [eranalitica.com.br](http://eranalitica.com.br)

**ER Analítica Ltda EPP**

CNPJ: 17.358.703/0001-99 - I.E. 712.057.230.110

Rua Itaici, 130 - Jd. Itajaí - Várzea Paulista / SP

CEP. 13224-250

**Certificado de Calibração****Número:** 011359\_01**6. Resultados da Medição para Comprimento de Onda**

Comprimento de Onda					
Valor do Padrão (nm)	Média Instrumento (nm)	Desvio (nm)	Incerteza Expandida	Fator k	Veff
360	360	0	1 nm	2,00	Infinito
431	431	0	1 nm	2,00	Infinito
474	474	0	1 nm	2,00	Infinito
529	528	-1	1 nm	2,00	Infinito
585	585	0	1 nm	2,00	Infinito
641	641	0	1 nm	2,00	Infinito
685	684	-1	1 nm	2,00	Infinito
749	748	-1	1 nm	2,00	Infinito
807	807	0	1 nm	2,00	Infinito
880	879	-1	1 nm	2,00	Infinito

## Certificado de Calibração

Número: 011359\_01

### 7. Resultados da Calibração Escala Fotométrica Visível

Região Visível

Valor de um divisão: 0,001 A

Filtro padrão de 5% transmitância			
Comprimento de onda (nm)	Valor do padrão (Abs)	Valor do instrumento (Abs)	Desvio (Abs)
440	1,3714	1,367	-0,004
465	1,2719	1,271	-0,001
546	1,3205	1,316	-0,004
590	1,3947	1,390	-0,005
635	1,3731	1,368	-0,005

Filtro padrão de 10% transmitância			
Comprimento de onda (nm)	Valor do padrão (Abs)	Valor do instrumento (Abs)	Desvio (Abs)
440	1,0205	1,016	-0,004
465	0,9380	0,937	-0,001
546	0,9648	0,960	-0,005
590	1,0201	1,015	-0,005
635	1,0172	1,012	-0,005

Filtro padrão de 25% transmitância			
Comprimento de onda (nm)	Valor do padrão (Abs)	Valor do instrumento (Abs)	Desvio (Abs)
440	0,6594	0,656	-0,003
465	0,6116	0,611	-0,001
546	0,6349	0,632	-0,003
590	0,6704	0,667	-0,003
635	0,6601	0,656	-0,004

Filtro padrão de 50% transmitância			
Comprimento de onda (nm)	Valor do padrão (Abs)	Valor do instrumento (Abs)	Desvio (Abs)
440	0,3369	0,334	-0,003
465	0,3041	0,302	-0,002
546	0,3067	0,304	-0,003
590	0,3246	0,322	-0,003
635	0,3325	0,329	-0,004

Incerteza Expandida	Fator k	Veff
0,005 Abs	2,00	Infinito

**ER Analítica Ltda EPP**

CNPJ: 17.358.703/0001-99 - I.E. 712.057.230.110

Rua Itaici, 130 - Jd. Itajaí - Várzea Paulista / SP

CEP. 13224-250

**Certificado de Calibração****Número: 011359\_01****8. Método de Calibração**

O instrumento foi calibrado por comparação conforme descrito a seguir:

Item 1. Foi calibrado a escala de comprimento de onda do instrumento com um filtro padrão de Óxido de Hólmio nos pontos indicados e expressa a média de três leituras como resultado para cada ponto. Referência utilizada foi o ar.

Item 2. Foi calibrada a escala fotométrica do instrumento em absorbância, sendo o resultado expresso, a média de três leituras.

**9. Notas**

- 1 - Foi utilizada a norma ASTM E 925 como referência.
- 2 - Desvio do instrumento = Valor do instrumento - Valor do padrão / VIS = região espectral visível / UV = região espectral ultravioleta.
- 3 - A incerteza expandida de medição relatada é baseada em uma incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k, para um nível da confiança de aproximadamente 95%.  $V_{eff}$  = grau de liberdade efetivo.
- 4 - O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado.
- 5 - É proibida a reprodução parcial deste certificado, sem prévia autorização do laboratório.

**10. Observações**

Nenhuma.

**11. Responsável Técnico**

---

Wellington Barbosa  
Signatário Autorizado

E-mail: [vendas@eranalitica.com.br](mailto:vendas@eranalitica.com.br) / Fone: (11) 4606-7200 / [eranalitica.com.br](http://eranalitica.com.br)