

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

014177_01

1. Dados do Cliente

Empresa:	Cia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo S/A				
Endereço:	Rua Cristo Redentor, 20				
Cidade:	Presidente Prudente	Estado:	SP	CEP:	19050-640
Contratante:	Cia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo S/A				

2. Dados do Equipamento / Eletrodo

Instrumento:	Phmetro Portátil	Capacidade:	.-2 a 20 pH
Modelo:	Orion Star A221	Nº de Série:	K02319
Fabricante:	Thermo Scientific	Identificação:	2027476
Modelo Eletrodo:	Analyser	Identificação Eletrodo:	RGHH18054

3. Condições Ambientais

Temperatura (°C)
24,55 ± 0,6 °C

Umidade Relativa (%ur)
39,6 ± 2 % ur

4. Informações da Calibração

Técnico Executor:	Jhonny Nolasco	Data da Calibração:	24/11/2021
Signatário Autorizado:	Renato Rainho	Data da Emissão:	24/11/2021
Local da Calibração:	Laboratório de Calibração - ER Analítica		

5. Rastreabilidade dos Padrões

Código do Padrão	Descrição do Padrão	Órgão Calibrador	Certificado de Calibração	Data da Calibração	Validade da Calibração
G004A03TH - T	Termômetro Digital	Visomes	LV02172-17943-20-R0	26/06/2020	26/06/2022
G004A03TH - H	Higrômetro Digital	Visomes	LV02172-17943-20-R0	26/06/2020	26/06/2022
H001A03SI	Simulador de pH / mV	IPT	174540-101	11/12/2019	10/12/2021
H004A03TE	Termometro Digital	Fluke	B9B27016	26/11/2019	25/11/2021
MRC 1 pH 4	Solução Tampão de pH 4	Visomes	PMR-0513-R0	13/07/2020	31/01/2022
MRC 1 pH 6	Solução Tampão de pH 6,9	Visomes	PMR-0527-R0	13/10/2020	30/04/2022
MRC 2 pH 10	Solução Tampão de pH 10	Visomes	PMR-0558-R0	07/05/2021	30/11/2022

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

014177_01

6. Resultados da Calibração Elétrica - (mV)

(VR) Valor de Referência (mV)	(VMO) Valor Médio do Objeto (mV)	(T) Tendência VMO - VR (mV)	(U) Incerteza Expandida (mV)	Fator de Abragência (k)	Graus de Liberdade Efetivos (veff)
-500,0	-499,8	0,2	1,1	4,53	2,061699319
-400,0	-399,6	0,4	1,1	4,53	2,061699319
-300,0	-299,7	0,3	1,1	4,53	2,061699319
-200,0	-199,8	0,2	1,1	4,53	2,061699319
-100,0	-99,9	0,1	1,1	4,53	2,061699319
-50,0	-50,0	0,0	1,1	4,53	2,061699319
0,0	0,0	0,0	1,1	4,53	2,061699319
50,0	49,8	-0,2	1,1	4,53	2,061699319
100,0	99,9	-0,1	1,1	4,53	2,061699319
200,0	199,8	-0,2	1,1	4,53	2,061699319
300,0	299,8	-0,2	1,1	4,53	2,061699319
400,0	399,8	-0,2	1,1	4,53	2,061699319
500,0	499,5	-0,5	1,1	4,53	2,061699319

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

014177_01

7. Resultados da Calibração Elétrica - (pH)

(VR) Valor de Referência (pH)	(VMO) Valor Médio do Objeto (pH)	(T) Tendência VMO - VR (pH)	(U) Incerteza Expandida (pH)	Fator de Abrangência (k)	Graus de Liberdade Efetivos (veff)
1,00	0,98	-0,02	0,02	2,52	6,125055041
2,00	1,99	-0,01	0,02	2,52	6,125055041
3,00	3,00	0,00	0,02	2,52	6,125055041
4,00	3,99	-0,01	0,02	2,52	6,125055041
5,00	5,00	0,00	0,02	2,52	6,125055041
6,00	6,00	0,00	0,02	2,52	6,125055041
7,00	7,00	0,00	0,02	2,52	6,125055041
8,00	8,00	0,00	0,02	2,52	6,125055041
9,00	9,00	0,00	0,02	2,52	6,125055041
10,00	10,00	0,00	0,02	2,52	6,125055041
11,00	11,01	0,01	0,02	2,52	6,125055041
12,00	12,01	0,01	0,02	2,52	6,125055041
13,00	13,01	0,01	0,02	2,52	6,125055041
14,00	14,02	0,02	0,02	2,52	6,125055041
15,00	15,02	0,02	0,02	2,52	6,125055041

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

014177_01

8. Resultados da Calibração do Sistema de Medição Indicador / Eletrodo com MRC

(VR) Valor de Referência (pH)	(VI) Valor Indicado (pH)	(U) Incerteza Expandida (pH)	Fator de Abrangência (k)
4,01	3,98	0,04	2,00
6,87	6,87	0,04	2,00
10,02	10,01	0,04	2,00

Parâmetro	Símbolo	Resultado
"Slope" Real	k'	59,16
pH de potencial zero	pH _o	7,07
Eficiência Eletromotriz	β	0,99
"Slope" Relativo em %	k'/k*100	98,5%

9. Procedimento de Calibração

Método de Calibração: A calibração foi realizada conforme Instrução de Calibração PR-20 pelo método comparativo.
O Valor Médio do Objeto foi herdado pela média de 3 leituras obtidas pelo padrão em cada ponto.

10. Informações Complementares

- 1 - A incerteza expandida relatada, é declarada como a incerteza padrão, multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com ν_{eff} graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
- 2 - O ajuste não faz parte do escopo de acreditação da ER Analítica.
- 3 - O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado.
- 4 - É proibida a reprodução parcial deste certificado, sem prévia autorização do laboratório.
- 5 - Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre/Inmetro que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida

11. Observações

Nenhuma.

12. Responsável Técnico

Renato Rainho

Signatário Autorizado



(11) 4606-7200



vendas@eranalitica.com.br



www.eranalitica.com.br

Laboratório Acreditado ISO/IEC 17025.