

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

019460_01

1. Dados do Cliente

Empresa:	Suzaquim Indústrias Químicas Ltda				
Endereço:	Rua Rafael da Anunciação Fontes, 349				
Cidade:	Suzano	Estado:	SP	CEP:	08655-243
Contratante:	Suzaquim Indústrias Químicas Ltda				

2. Dados do Equipamento / Eletrodo

Instrumento:	Phmetro de Bancada	Capacidade:	0 a 14 pH
Modelo:	PH31	Nº de Série:	206447
Fabricante:	Hach	Identificação:	IME-061
Modelo Eletrodo:	50 10T	Identificação Eletrodo:	19172-006

3. Condições Ambientais

Temperatura (°C)
25,45 ± 1,3 °C

Umidade Relativa (%ur)
78,8 ± 5 %ur

4. Informações da Calibração

Técnico Executor:	Wellington Barbosa	Data da Calibração:	06/12/2022
Signatário Autorizado:	Renato Rainho	Data da Emissão:	06/12/2022
Local da Calibração:	Laboratório		

5. Rastreabilidade dos Padrões

Código do Padrão	Descrição do Padrão	Órgão Calibrador	Certificado de Calibração	Data da Calibração	Validade da Calibração
G001A03TH - T	Termômetro Digital	Visomes	LV02172-24846-22-R0	19/08/2022	19/08/2024
G001A03TH - H	Higrômetro Digital	Visomes	LV02172-24846-22-R0	19/08/2022	19/08/2024
I001A03SI	Simulador de pH / mV	IPT	191656-101	02/08/2022	02/08/2024
H004A03TE	Termometro Digital	Fluke	LV02172-05798-22-R1	29/04/2022	29/04/2024
MRC 1 pH 4	Solução Tampão de pH 4	Visomes	PMR-0576-R0	28/09/2021	31/03/2023
MRC 1 pH 7	Solução Tampão de pH 7	Visomes	PMR-0591-R0	20/12/2021	30/06/2023
MRC 3 pH 10	Solução Tampão de pH 10	Visomes	PMR-0575-R0	21/09/2021	31/03/2023

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

019460_01

6. Resultados da Calibração Elétrica - (mV)

(VR) Valor de Referência (mV)	(VMO) Valor Médio do Objeto (mV)	(T) Tendência VMO - VR (mV)	(U) Incerteza Expandida (mV)	Fator de Abrangência (k)	Graus de Liberdade Efetivos (veff)
-500,0	-500,2	-0,2	0,1	2,00	Infinito
-400,0	-400,2	-0,2	0,1	2,00	Infinito
-300,0	-300,2	-0,2	0,1	2,00	Infinito
-200,0	-200,2	-0,2	0,1	2,00	Infinito
-100,0	-100,2	-0,2	0,1	2,00	Infinito
-50,0	-50,2	-0,2	0,1	2,00	Infinito
0,0	-0,2	-0,2	0,1	2,00	Infinito
50,0	49,8	-0,2	0,1	2,00	Infinito
100,0	99,8	-0,2	0,1	2,00	Infinito
200,0	199,8	-0,2	0,1	2,00	Infinito
300,0	299,8	-0,2	0,1	2,00	Infinito
400,0	399,8	-0,2	0,1	2,00	Infinito
500,0	499,8	-0,2	0,1	2,00	Infinito

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

019460_01

7. Resultados da Calibração Elétrica - (pH)

(VR) Valor de Referência (pH)	(VMO) Valor Médio do Objeto (pH)	(T) Tendência VMO - VR (pH)	(U) Incerteza Expandida (pH)	Fator de Abrangência (k)	Graus de Liberdade Efetivos (v _{eff})
1,00	1,02	0,02	0,01	2,00	Infinito
2,00	2,02	0,02	0,01	2,00	Infinito
3,00	3,02	0,02	0,01	2,00	Infinito
4,00	4,01	0,01	0,01	2,00	Infinito
5,00	5,01	0,01	0,01	2,00	Infinito
6,00	6,01	0,01	0,01	2,00	Infinito
7,00	7,00	0,00	0,01	2,00	Infinito
8,00	8,00	0,00	0,01	2,00	Infinito
9,00	9,00	0,00	0,01	2,00	Infinito
10,00	10,01	0,01	0,01	2,00	Infinito
11,00	11,01	0,01	0,01	2,00	Infinito
12,00	12,01	0,01	0,01	2,00	Infinito
13,00	13,02	0,02	0,01	2,00	Infinito
14,00	14,02	0,02	0,01	2,00	Infinito
15,00	15,02	0,02	0,01	2,00	Infinito

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

019460_01

8. Resultados da Calibração do Sistema de Medição Indicador / Eletrodo com MRC

(VR) Valor de Referência (pH)	(VI) Valor Indicado (pH)	(U) Incerteza Expandida (pH)	Fator de Abrangência (k)
4,01	3,96	0,19	2,00
7,00	7,00	0,19	2,00
10,00	10,02	0,19	2,00

Parâmetro	Símbolo	Resultado
"Slope" Real	k'	59,16
pH de potencial zero	pH ₀	6,84
Eficiência Eletromotriz	β	0,94
"Slope" Relativo em %	k'/k*100	93,7%

9. Procedimento de Calibração

Método de Calibração: A calibração foi realizada conforme Instrução de Calibração PR-20 pelo método comparativo.
O Valor Médio do Objeto foi herdado pela média de 3 leituras obtidas pelo padrão em cada ponto.

10. Informações Complementares

- 1 - A incerteza expandida relatada, é declarada como a incerteza padrão, multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com ν_{eff} graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
- 2 - O ajuste não faz parte do escopo de acreditação da ER Analítica.
- 3 - O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado.
- 4 - É proibida a reprodução parcial deste certificado, sem prévia autorização do laboratório.
- 5 - Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre/Inmetro que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida

11. Observações

Nenhuma.

12. Responsável Técnico

Renato Rainho

Signatário Autorizado



(11) 4606-7200



vendas@eranalitica.com.br



www.eranalitica.com.br

Laboratório Acreditado ISO/IEC 17025.