

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

015319_01

1. Dados do Cliente

| | | | | | |
|--------------|---|---------|----|------|----------|
| Empresa: | Vectorcontrol Ind. e Com. Prod. Agrop. Ltda | | | | |
| Endereço: | Rua Antonio Pinhata, 70 | | | | |
| Cidade: | Campinas | Estado: | SP | CEP: | 13280000 |
| Contratante: | Vectorcontrol Ind. e Com. Prod. Agrop. Ltda | | | | |

2. Dados do Equipamento

| | | | |
|--------------|-------------|----------------|-------------------|
| Instrumento: | Banho Maria | Parâmetro: | Ambiente à 100 °C |
| Modelo: | 314-8DN | Nº de Série: | 39579 |
| Fabricante: | Ethik | Identificação: | VEC 011 |

3. Condições Ambientais

| |
|------------------|
| Temperatura (°C) |
| 22,1 ± 0,4 °C |

| |
|------------------------|
| Umidade Relativa (%ur) |
| 48 ± 2 % ur |

4. Informações da Calibração

| | | | |
|----------------------|--|---------------------|------------|
| Técnico Executor: | Jhonny Nolasco | Data da Calibração: | 04/05/2022 |
| Responsável Técnico: | Wellington Barbosa | Data da Emissão: | 04/05/2022 |
| Local da Calibração: | Laboratório de Calibração - ER Analítica | | |

5. Rastreabilidade dos Padrões

| Código do Padrão | Descrição do Padrão | Órgão Calibrador | Certificado de Calibração | Data da Calibração | Validade da Calibração |
|------------------|---------------------|------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|
| G004A03TH - T | Termômetro Digital | Visomes | LV02172-17943-20-R0 | 26/06/2020 | 26/06/2022 |
| G004A03TH - H | Higrômetro Digital | Visomes | LV02172-17943-20-R0 | 26/06/2020 | 26/06/2022 |
| G001A03TE | Termometro Digital | Visomes | LV02172-36459-20-R0 | 14/10/2020 | 14/10/2022 |



Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

015319_01

6a. Resultados Antes da Calibração

| (VR) Valor de Referência (°C) | (VMO) Valor Médio do Objeto (°C) | (T) Tendência VMO - VR (°C) | (U) Incerteza Expandida (°C) | Fator de Abrangência (k) | Graus de Liberdade Efetivos (veff) |
|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| 70,0 | 70,1 | 0,1 | 1,0 | 2,00 | Infinito |
| 80,0 | 80,2 | 0,2 | 1,0 | 2,00 | Infinito |

6b. Resultados Depois da Calibração

| (VR) Valor de Referência (°C) | (VMO) Valor Médio do Objeto (°C) | (T) Tendência VMO - VR (°C) | (U) Incerteza Expandida (°C) | Fator de Abrangência (k) | Graus de Liberdade Efetivos (veff) |
|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| 70,0 | 70,1 | 0,1 | 1,0 | 2,00 | Infinito |
| 80,0 | 80,2 | 0,2 | 1,0 | 2,00 | Infinito |

7. Procedimento de Calibração

Método de Calibração: A calibração foi realizada conforme Instrução de Calibração IC-06 pelo método comparativo.
O Valor Médio do Objeto foi herdado pela média de 3 leituras obtidas pelo padrão em cada ponto.

8. Informações Complementares

- 1 - A incerteza expandida relatada, é declarada como a incerteza padrão, multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com v_{eff} graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
- 2 - O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado.
- 3 - É proibida a reprodução parcial deste certificado, sem prévia autorização do laboratório.

9. Observações

Nenhuma.

10. Responsável Técnico

Wellington Barbosa

Responsável Técnico



(11) 4606-7200



vendas@eranalitica.com.br



www.eranalitica.com.br

Empresa certificada ISO 9001