

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

020612_01

1. Dados do Cliente

| | | | | | |
|--------------|--|---------|----|------|------------|
| Empresa: | Serviços de Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto | | | | |
| Endereço: | Rua Doutor Getúlio Vargas | | | | |
| Cidade: | Presidente Getúlio | Estado: | SC | CEP: | 89.150-000 |
| Contratante: | Serviços de Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto | | | | |

2. Dados do Equipamento

| | | | |
|--------------|----------------------|----------------|--------------|
| Instrumento: | Colorímetro Portátil | Parâmetro: | Flúor |
| Modelo: | Pocket Flúor II | Nº de Série: | 18120E375739 |
| Fabricante: | Hach | Identificação: | 010000002164 |

3. Condições Ambientais

| |
|--------------------|
| Temperatura (°C) |
| 23,7 ± 0,3 °C |

| |
|--------------------------|
| Umidade Relativa (%ur) |
| 58 ± 2 %ur |

4. Informações da Calibração

| | | | |
|------------------------|---------------|---------------------|------------|
| Técnico Executor: | Kaio Perine | Data da Calibração: | 01/03/2023 |
| Signatário Autorizado: | Renato Rainho | Data da Emissão: | 01/03/2023 |
| Local da Calibração: | ETA | | |

5. Rastreabilidade dos Padrões

| Código do Padrão | Descrição do Padrão | Órgão Calibrador | Certificado de Calibração | Data da Calibração | Validade da Calibração |
|------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|
| G004A03TH - T | Termômetro Digital | Visomes | LV02172-24848-22-R0 | 19/08/2022 | 19/08/2024 |
| G004A03TH - H | Higrômetro Digital | Visomes | LV02172-24848-22-R0 | 19/08/2022 | 19/08/2024 |
| I002A03FL | Padrão de Gelex de Fluor | ER Analítica | 019598_01 | 03/01/2023 | 03/01/2024 |



Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

020612_01

6a. Resultados Antes da Calibração com Material de Referência - mg/L

| (VR) Valor de Referência (mg/L) | (VMO) Valor Médio do Objeto (mg/L) | (T) Tendência VMO - VR (mg/L) | (U) Incerteza Expandida (mg/L) | Fator de Abrangência (k) | Graus de Liberdade Efetivos (v _{eff}) |
|--|--|--|---|----------------------------------|---|
| 0,37 | 0,44 | 0,07 | 0,02 | 2,00 | Infinito |
| 1,02 | 1,08 | 0,06 | 0,02 | 2,00 | Infinito |
| 1,62 | 1,57 | -0,05 | 0,02 | 2,00 | Infinito |

6b. Resultados Depois da Calibração com Material de Referência - mg/L

| (VR) Valor de Referência (mg/L) | (VMO) Valor Médio do Objeto (mg/L) | (T) Tendência VMO - VR (mg/L) | (U) Incerteza Expandida (mg/L) | Fator de Abrangência (k) | Graus de Liberdade Efetivos (v _{eff}) |
|--|--|--|---|----------------------------------|---|
| 0,37 | 0,37 | 0,00 | 0,02 | 2,00 | Infinito |
| 1,02 | 1,02 | 0,00 | 0,02 | 2,00 | Infinito |
| 1,62 | 1,60 | -0,02 | 0,02 | 2,00 | Infinito |

7. Procedimento de Calibração

Método de Calibração: A calibração foi realizada conforme Instrução de Calibração IC-09 pelo método comparativo.
O Valor Médio do Objeto foi herdado pela média de 3 leituras obtidas pelo padrão em cada ponto.

8. Informações Complementares

- 1 - A incerteza expandida relatada, é declarada como a incerteza padrão, multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com v_{eff} graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
- 2 - O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado.
- 3 - É proibida a reprodução parcial deste certificado, sem prévia autorização do laboratório.

9. Observações

Nenhuma.

10. Responsável Técnico

Renato Rainho

Responsável Técnico



(11) 4606-7200



vendas@eranalitica.com.br



www.eranalitica.com.br

Empresa certificada ISO 9001