

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

018588_01

1. Dados do Cliente

Empresa:	Águas de Holambra Saneamento SPE LTDA				
Endereço:	Rua Petúnia, 14, Jardim das Tulipas				
Cidade:	Holambra	Estado:	SP	CEP:	13825-000
Contratante:	Águas de Holambra Saneamento SPE LTDA				

2. Dados do Equipamento

Instrumento:	Turbidímetro Portátil	Capacidade:	0 - 1000 NTU
Modelo:	DM-TU	Nº de Série:	68710
Fabricante:	Digimed	Identificação:	Não especificado.

3. Condições Ambientais

Temperatura (°C)
24,65 ± 0,5 °C

Umidade Relativa (%ur)
50,5 ± 2 %ur

4. Informações da Calibração

Técnico Executor:	Bruno Franco	Data da Calibração:	13/10/2022
Signatário Autorizado:	Wellington Barbosa	Data da Emissão:	13/10/2022
Local da Calibração:	Laboratório de Análise - Águas de Holambra		

5. Rastreabilidade dos Padrões

Código do Padrão	Descrição do Padrão	Órgão Calibrador	Certificado de Calibração	Data da Calibração	Validade da Calibração
G001A03TH - T	Termômetro Digital	Visomes	LV02172-24846-22-R0	19/08/2022	19/08/2024
G001A03TH - H	Higrômetro Digital	Visomes	LV02172-24846-22-R0	19/08/2022	19/08/2024
26598.42	Padrão de Formazina - 1 NTU	Hach	A10334	12/04/2022	30/11/2023
26848.01	Padrão de Formazina - 20 NTU	Hach	A2112	06/05/2022	30/07/2023
26849.01	Padrão de Formazina - 100 NTU	Hach	A2139	14/06/2022	30/09/2023
26605.01	Padrão de Formazina - 800 NTU	Hach	A2127	26/05/2022	30/08/2023



(11) 4606-7200



vendas@eranalitica.com.br



www.eranalitica.com.br

Empresa certificada ISO 9001

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

018588_01

6. Resultados Antes da Calibração com Material de Referência - NTU

(VR) Valor de Referência (NTU)	(VMO) Valor Médio do Objeto (NTU)	(T) Tendência VMO - VR (NTU)	(U) Incerteza Expandida (NTU)	Fator de Abrangência (k)	Graus de Liberdade Efetivos (v _{eff})
1,03	0,61	-0,42	0,05	2,00	Infinito
20,5	28,0	7,5	1,0	2,00	Infinito
102,3	97,7	-4,6	5,0	2,00	Infinito
813	851	38	40	2,00	Infinito

6. Resultados Depois da Calibração com Material de Referência - NTU

(VR) Valor de Referência (NTU)	(VMO) Valor Médio do Objeto (NTU)	(T) Tendência VMO - VR (NTU)	(U) Incerteza Expandida (NTU)	Fator de Abrangência (k)	Graus de Liberdade Efetivos (v _{eff})
1,03	1,03	0,00	0,05	2,00	Infinito
20,5	20,5	0,0	1,0	2,00	Infinito
102,3	102,3	0,0	5,0	2,00	Infinito
813	812	-1	40	2,00	Infinito

7. Procedimento de Calibração

Método de Calibração: A calibração foi realizada conforme Instrução de Calibração IC-05 pelo método comparativo.

O Valor Médio do Objeto foi herdado pela média de 3 leituras obtidas pelo padrão em cada ponto.

8. Informações Complementares

- 1 - A incerteza expandida relatada, é declarada como a incerteza padrão, multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com v_{eff} graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
- 2 - O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado.
- 3 - É proibida a reprodução parcial deste certificado, sem prévia autorização do laboratório.

9. Observações

Nenhuma.

10. Responsável Técnico

Wellington Barbosa

Responsável Técnico



(11) 4606-7200



vendas@eranalitica.com.br



www.eranalitica.com.br

Empresa certificada ISO 9001