

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

016634_01

1. Dados do Cliente

Empresa:	Opsan Resíduos Industriais S/A				
Endereço:	Rua Nelson da Silva, 288 - Rio de Janeiro/RJ				
Cidade:	Rio de Janeiro	Estado:	RJ	CEP:	23565-160
Contratante:	Opsan Resíduos Industriais S/A				

2. Dados do Equipamento

Instrumento:	Dispensador	Nº de Série:	3801050
Modelo:	Finnpipette - 5 ml	Identificação:	OPS-DIS/002
Fabricante:	Thermo Scientific	Unidade:	mL
Faixa de Trabalho:	1 -5	Valor de Divisão:	0,10

3. Condições Ambientais

Temperatura Ambiente:	21,9 ± 0,2 °C
Umidade Relativa Ambiente:	59 ± 0,4 % ur

Pressão Barométrica:	1012 ± 0,2 % ur
Massa Específica da Água:	0,9997 g/ml

4. Informações da Calibração

Técnico Executor:	Guilherme Silva	Data da Calibração:	07/06/2022
Signatário Autorizado:	Wellington Barbosa	Data da Emissão:	07/06/2022
Local da Calibração:	Laboratório Central		

5. Rastreabilidade dos Padrões

Código do Padrão	Descrição do Padrão	Orgão Calibrador	Certificado de Calibração	Data da Calibração	Validade da Calibração
H001A03TE	Termômetro Digital	Visomes	LV02172-25484-21-R0	04/08/2021	04/08/2023
H001A03TH	Higrômetro Digital	Visomes	LV02172-25484-21-R0	04/08/2021	04/08/2023
H001A03BA	Barômetro Digital	Visomes	LV02172-25004-21-R0	28/07/2021	28/07/2023
H001A01BA	Balança Analítica	ER Analítica	015413_01	07/01/2022	07/01/2023
J004A03TE	Termometro Digital	Fluke	C1318133	18/03/2021	18/03/2023



Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

016634_01

6. Resultados da Calibração

(VR) Valor de Referência (mL)	(VMO) Valor Médio do Objeto (mL)	(T) Tendência VMO - VR (mL)	(U) Incerteza Expandida (mL)	Fator de Abrangência (k)	Graus de Liberdade Efetivos (v_{eff})
1,0	1,0	0,0	0,0	2,00	Infinito
2,5	2,5	0,0	0,0	2,00	Infinito
5,0	5,0	0,0	0,0	2,00	Infinito

7. Procedimento de Calibração

Método de Calibração: A calibração foi realizada conforme Procedimento de Calibração PR-27 pelo método gravimétrico.
O Valor Médio do Objeto foi herdado pela média de 10 leituras obtidas pelo padrão em cada ponto.

8. Informações Complementares

A incerteza expandida relatada, é declarada como a incerteza padrão, multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com v_{eff} graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.

O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado.

É proibida a reprodução parcial deste certificado, sem prévia autorização do laboratório.

9. Observações

Nenhuma.

10. Responsável Técnico

Wellington Barbosa

Signatário Autorizado



(11) 4606-7200



vendas@eranalitica.com.br



www.eranalitica.com.br

Empresa certificada ISO 9001

Menu Principal