

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

016167_01

1. Dados do Cliente

Empresa:	Agrivalle Brasil Indústria e Comércio de Produtos Agrícolas S.A.				
Endereço:	Av. Horst Frederico João Heer, 1420				
Cidade:	Indaiatuba	Estado:	SP	CEP:	13348-758
Contratante:	Agrivalle Brasil Indústria e Comércio de Produtos Agrícolas S.A.				

2. Dados do Equipamento

Instrumento:	Bureta Digital	Nº de Série:	21E69783
Modelo:	Titrette	Identificação:	Não Especificado
Fabricante:	Brand	Unidade:	mL
Faixa de Trabalho:	50	Valor de Divisão:	0,10

3. Condições Ambientais

Temperatura Ambiente:	21,35 ± 0,3 °C
Umidade Relativa Ambiente:	47,5 ± 0,9 % ur

Pressão Barométrica:	946,85 ± 0,3 % ur
Massa Específica da Água:	1,001 g/ml

4. Informações da Calibração

Técnico Executor:	Ygor Padovan	Data da Calibração:	19/04/2022
Signatário Autorizado:	Renato Rainho	Data da Emissão:	19/04/2022
Local da Calibração:	Laboratório de Controle de Qualidade Físico-Químico		

5. Rastreabilidade dos Padrões

Código do Padrão	Descrição do Padrão	Orgão Calibrador	Certificado de Calibração	Data da Calibração	Validade da Calibração
J001A03TE	Termômetro Digital	Visomes	LV02172-10092-21-R0	25/03/2021	25/03/2023
J001A03TH	Higrômetro Digital	Visomes	LV02172-10092-21-R0	25/03/2021	25/03/2023
J001A03BA	Barômetro Digital	Visomes	LV02172-09593-21-R0	25/05/2021	23/03/2023
J001A01BA	Balança Analítica	ER Analítica	013375_01	03/08/2021	03/08/2022
J003A03TE	Termometro Digital	Fluke	C0B17104	16/11/2020	16/11/2022



6. Resultados da Calibração

(VR) Valor de Referência (mL)	(VMO) Valor Médio do Objeto (mL)	(T) Tendência VMO - VR (mL)	(U) Incerteza Expandida (mL)	Fator de Abrangência (k)	Graus de Liberdade Efetivos (v _{eff})
5,0	5,0	0,0	0,1	2,00	Infinito
25,0	25,0	0,0	0,1	2,00	Infinito
50,0	50,0	0,0	0,1	2,00	Infinito

7. Procedimento de Calibração

Método de Calibração: A calibração foi realizada conforme Procedimento de Calibração PR-27 pelo método gravimétrico.
O Valor Médio do Objeto foi herdado pela média de 10 leituras obtidas pelo padrão em cada ponto.

8. Informações Complementares

A incerteza expandida relatada, é declarada como a incerteza padrão, multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com v_{eff} graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.

O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado.

É proibida a reprodução parcial deste certificado, sem prévia autorização do laboratório.

9. Observações

Nenhuma.

10. Responsável Técnico

Renato Rainho

Responsável Técnico

