

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

016555_01

1. Dados do Cliente

Empresa:	Carbono Meio Ambiente Ltda - ME				
Endereço:	Estada Par Parnaíba, 6501, Sala G.Oluc-L - Jardim das Colinas - Franco da Rocha/SP				
Cidade:	Franco da Rocha	Estado:	SP	CEP:	07811-060
Contratante:	Carbono Meio Ambiente Ltda - ME				

2. Dados do Equipamento / Eletrodo

Instrumento:	Phmetro Portátil	Capacidade:	-2 a 20 pH
Modelo:	PG1400	Nº de Série:	15022602001006
Fabricante:	Gehaka	Identificação:	PH-01
Modelo Eletrodo:	2A09 E	Identificação Eletrodo:	17925

3. Condições Ambientais

Temperatura (°C)
20,35 ± 0,4 °C

Umidade Relativa (%ur)
55,5 ± 2 % ur

4. Informações da Calibração

Técnico Executor:	Ygor Padovan	Data da Calibração:	27/05/2022
Signatário Autorizado:	Wellington Barbosa	Data da Emissão:	27/05/2022
Local da Calibração:	Laboratório de Calibração - ER Analítica		

5. Rastreabilidade dos Padrões

Código do Padrão	Descrição do Padrão	Órgão Calibrador	Certificado de Calibração	Data da Calibração	Validade da Calibração
G004A03TH - T	Termômetro Digital	Visomes	LV02172-17943-20-R0	26/06/2020	26/06/2022
G004A03TH - H	Higrômetro Digital	Visomes	LV02172-17943-20-R0	26/06/2020	26/06/2022
C001A03PR	Calibrador Digital	IPT	183143-101	08/02/2021	08/02/2023
J003A03TE	Termometro Digital	Fluke	C0B17104	16/11/2020	16/11/2022
MRC 2 pH 4	Solução Tampão de pH 4	Visomes	PMR-0560-R0	20/05/2021	30/11/2022
MRC 2 pH 6	Solução Tampão de pH 6,9	Visomes	PMR-0561-R0	27/05/2021	30/11/2022

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

016555_01

6. Resultados da Calibração Elétrica - (mV)

(VR) Valor de Referência (mV)	(VMO) Valor Médio do Objeto (mV)	(T) Tendência VMO - VR (mV)	(U) Incerteza Expandida (mV)	Fator de Abrangência (k)	Graus de Liberdade Efetivos (veff)
-500,0	-500,6	-0,6	0,1	2,00	Infinito
-400,0	-400,2	-0,2	0,1	2,00	Infinito
-300,0	-300,5	-0,5	0,1	2,00	Infinito
-200,0	-200,1	-0,1	0,1	2,00	Infinito
-100,0	-100,5	-0,5	0,1	2,00	Infinito
-50,0	-50,2	-0,2	0,1	2,00	Infinito
0,0	0,0	0,0	0,1	2,00	Infinito
50,0	50,0	0,0	0,1	2,00	Infinito
100,0	99,5	-0,5	0,1	2,00	Infinito
200,0	199,9	-0,1	0,1	2,00	Infinito
300,0	299,7	-0,3	0,1	2,00	Infinito
400,0	400,2	0,2	0,1	2,00	Infinito
500,0	499,8	-0,2	0,1	2,00	Infinito

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

016555_01

7. Resultados da Calibração Elétrica - (pH)

(VR) Valor de Referência (pH)	(VMO) Valor Médio do Objeto (pH)	(T) Tendência VMO - VR (pH)	(U) Incerteza Expandida (pH)	Fator de Abrangência (k)	Graus de Liberdade Efetivos (v _{eff})
1,00	1,00	0,00	0,01	2,00	Infinito
2,00	2,00	0,00	0,01	2,00	Infinito
3,00	2,99	-0,01	0,01	2,00	Infinito
4,00	3,99	-0,01	0,01	2,00	Infinito
5,00	4,99	-0,01	0,01	2,00	Infinito
6,00	5,98	-0,02	0,01	2,00	Infinito
7,00	6,99	-0,01	0,01	2,00	Infinito
8,00	8,02	0,02	0,01	2,00	Infinito
9,00	9,03	0,03	0,01	2,00	Infinito
10,00	10,03	0,03	0,01	2,00	Infinito
11,00	11,04	0,04	0,01	2,00	Infinito
12,00	12,04	0,04	0,01	2,00	Infinito
13,00	13,04	0,04	0,01	2,00	Infinito
14,00	14,05	0,05	0,01	2,00	Infinito
15,00	15,05	0,05	0,01	2,00	Infinito

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

016555_01

8. Resultados da Calibração do Sistema de Medição Indicador / Eletrodo com MRC

(VR) Valor de Referência (pH)	(VI) Valor Indicado (pH)	(U) Incerteza Expandida (pH)	Fator de Abrangência (k)
6,87	6,85	0,02	2,00
4,01	4,00	0,02	2,00

Parâmetro	Símbolo	Resultado
"Slope" Real	k'	59,16
pH de potencial zero	pH ₀	6,93
Eficiência Eletromotriz	β	0,97
"Slope" Relativo em %	k'/k*100	97,0%

9. Procedimento de Calibração

Método de Calibração: A calibração foi realizada conforme Instrução de Calibração PR-20 pelo método comparativo.
O Valor Médio do Objeto foi herdado pela média de 3 leituras obtidas pelo padrão em cada ponto.

10. Informações Complementares

- 1 - A incerteza expandida relatada, é declarada como a incerteza padrão, multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com ν_{eff} graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
- 2 - O ajuste não faz parte do escopo de acreditação da ER Analítica.
- 3 - O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado.
- 4 - É proibida a reprodução parcial deste certificado, sem prévia autorização do laboratório.
- 5 - Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre/Inmetro que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida

11. Observações

Nenhuma.

12. Responsável Técnico

Wellington Barbosa

Signatário Autorizado



(11) 4606-7200



vendas@eranalitica.com.br



www.eranalitica.com.br

Laboratório Acreditado ISO/IEC 17025.