

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

013735_01

1. Dados do Cliente

| | | | | | |
|--------------|---|---------|----|------|-----------|
| Empresa: | Cia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo S/A | | | | |
| Endereço: | Rua Cristo Redentor, 20 | | | | |
| Cidade: | Presidente Prudente | Estado: | SP | Cep: | 19050-640 |
| Contratante: | Cia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo S/A | | | | |

2. Dados do Equipamento

| | | | |
|--------------|------------------------|----------------|-------------|
| Instrumento: | Medidor Respirometrico | Capacidade: | 0 à 40 mg/L |
| Modelo: | WTW40 | Nº de Série: | 05191553 |
| Fabricante: | WTW | Identificação: | 266 |

3. Condições Ambientais

| |
|------------------|
| Temperatura (°C) |
| 19,7 ± 0,4 °C |

| |
|------------------------|
| Umidade Relativa (%ur) |
| 47 ± 2 % ur |

4. Informações da Calibração

| | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Técnico Executor: | Guilherme Silva | Data da Calibração: | 08/09/2021 |
| Signatário Autorizado: | Wellington Barbosa | Data da Emissão: | 08/09/2021 |

| | |
|----------------------|---------------------|
| Local da Calibração: | Laboratório Central |
|----------------------|---------------------|

5. Rastreabilidade dos Padrões

| Código do Padrão | Descrição do Padrão | Orgão Calibrador | Certificado de Calibração | Data da Calibração | Validade da Calibração |
|------------------|---------------------|------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|
| G003A03TH - T | Termômetro Digital | Visomes | LV02172-17945-20-R0 | 26/06/2020 | 26/06/2022 |
| G003A03TH - H | Higrômetro Digital | Visomes | LV02172-17945-20-R0 | 26/06/2020 | 26/06/2022 |
| I001A03KP | Vacuômetro Digital | Wika | LMP292358/20 | 23/07/2020 | 23/07/2022 |



Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

013735_01

6. Resultados da Calibração em mg/L de DBO

| Faixa de Medição: 0 - 40 mg/L | | Resolução: 1 mg/L | Identificação do Sensor: Não Especificado | | |
|---------------------------------------|--|----------------------------|---|--------------------------------|--|
| (VR) Valor de Referência (mg/L) | (VMO) Valor Médio do Objeto (mg/L) | (T) Tendência (mg/L) | (U) Incerteza Expandida (mg/L) | Fator de Abrangência (k) | Graus de Liberdade Efetivos (ν_{eff}) |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 2,00 | Infinito |
| 10 | 10 | 0 | | | |
| 20 | 20 | 0 | | | |
| 30 | 30 | 0 | | | |
| 40 | 40 | 0 | | | |

7. Procedimento da Calibração

Calibração foi realizada pelo método comparativo, tomando como base o princípio de medição do equipamento (Respirométrico), utilizando pressão como grandeza de entrada, sendo realizado 2 ciclos de medição, considerando em cada ciclo os sentidos ascendentes e descendente da pressão correspondente. O valor de Referência foi herdado pela média de 3 medições obtidas pelo padrão em cada ponto.

8. Informações Complementares

- 1) Tendência = Leitura do instrumento - Leitura de Referência
- 4) A incerteza expandida de medição relatada é declarada como incerteza padrão de medição, multiplicada pelo fator de abrangência "k", o qual para uma distribuição t com graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
- 5) É proibida a reprodução parcial ou total deste certificado, sem prévia autorização.
- 6) Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela CGCRE que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI).
- 7) Foi utilizado como referência o Standard Method 5210.

9. Observações

Nenhuma.

10. Responsável

Wellington Barbosa

Signatário Autorizado



(11) 4606-7200



vendas@eranalitica.com.br



www.eranalitica.com.br

Laboratório Acreditado ISO/IEC 17025.