

Certificado de Análise

Sistema de Gestão da Qualidade Certificado ISO 9001

NÚMERO: 104673

Padrão: Redox 468 mV Código Produto: SQ35486 Data de Expedição: 07/2020 Densidade (20 °C): 1,0959 g/mL

Fabricante: Quimlab Produtos de Química Fina Ltda.

Número de Lote: F20F0180G Validade: 12 meses Matriz: Água

Valor Certificado: 468 mV +/- 5 mV

1 - Informações

Este padrão consiste em uma solução de sulfato ferroso amoniacal $[Fe(NH_4)_2(SO_4)_2]$, sulfato férrico amoniacal $[Fe(NH_4)(SO_4)_2]$ e ácido sulfúrico (H_2SO_4) dissolvidos em água tipo I (>18 M Ω .cm). Foi preparado segundo metodologia baseada no Standards Methods for Examination of Water and Wastewater, 21^{th} Edition método 2580-B. É destinado principalmente ao uso em medições potenciométricas de potencial redox em meio aquoso com eletrodo indicador de platina.

Potencial redox da solução de Light a 25°C com eletrodos de platina e diferentes eletrodos de referência

	Tipo de Eletrodo de Referência				
	Calomelano (Hg/Hg ₂ Cl ₂)	Prata/Cloreto de Prata (Ag/AgCl)	Prata/Cloreto de Prata (Ag/AgCl)	Prata/Cloreto de Prata (Ag/AgCl)	Padrão Hidrogênio
Tipo de Eletrólito	KCl Saturado	KC1 1,00 M	KC1 4,00 M	KCl Saturado	-
Potencial (mV)	+422	+431	+467	+468	+667

2 - Incertezas

A incerteza calculada é dada pela seguinte expressão: U = (2 u_c)

Onde u, é a incerteza combinada calculada de acordo com o Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, ISBN 85-07-00251-X, 3ª Ed. INMETRO (2003). O valor de U reportado corresponde a duas vezes o desvio padrão das incertezas combinadas associadas a exatidão e precisão do equipamento.

3 - Rastreabilidade

O equipamento utilizado para determinação do potencial desta solução foi calibrado por laboratório pertencente à Rede Brasileira de Calibração (RBC).

4 - Utilização

Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C).

Manter a solução na embalagem original e em local fresco e ventilado.

Usar óculos de segurança para manusear esta solução.

Nunca retornar para o frasco original restos de soluções já fracionadas.

Comparar o potencial desta solução de acordo com o tipo de eletrodo de referência que esta sendo usado com o eletrodo indicador de platina.

Este certificado restringe-se apenas ao número de lote fornecido.

5 - Aprovação

Data de aprovação: 07/2020

Elaborado por: Samara Minussi Rodrigues – Técnica Assistente – CRQ 044102063 – 4ª Região

Samara Minussi Rodrigues

Aprovado por: Msc. Nilton Pereira Alves Granado – Responsável Técnico – CRQ 04428809 – 4ª Região

APROV	
Responsável: Well	ng tau
Padrão: La ZA	OBRX
Data: 14/08/	2020
Validade: 01/07	7/2021